
SHOOTER

LIGADOR DE VARICES ESOFAGICAS





Descripción

- El capuchón de Opti-Vu incluye un disparador de dos hilos y bandas embutidas, que permiten conseguir la máxima visualización endoscópica mientras se mantiene la aspiración
- Indicador con banda trasparente cuando solo queda una banda por utilizar

Indicaciones

- Ligadura endoscópica de varices esofágicas o hemorroides internas

Dimensiones

- Longitud: 240 cm

Canal de trabajo

- Canal de accesorios mínimo: 2.8mm

Contraindicaciones

- Coagulopatia y preparación insuficiente del intestino

Complicaciones posibles

- Asociadas a la endoscopia gastrointestinal: perforación, sangrado o hemorragia, aspiración, fiebre, infección, hipotensión, paradas respiratorias y arritmias.

- Pueden surgir durante polipectomia: Quemaduras transmurales, lesión térmica al paciente y explosión.

Precauciones

- Cuando se utilice AcuSnare la punta de la aguja del lazo debe retraerse por completo al interior de la vaina antes de introducir el lazo y la aguja.
- Tras finalizar el procedimiento, desconecte el cable activo del mango del dispositivo y deséchelo.

Fabricante

- Wilson-Cook Medical Inc

Almacenamiento

- Lugar seco y protegido de temperaturas extremas

Presentación

- Sobre con una unidad

Esterilización

- Desechable, único uso

Disposición final

- Residuo contaminado peligroso

Clasificación de riesgo

- Riesgo Alto (IIB)

Registro sanitario

- INVIMA 2008-DM-0002161

Referencias comercializadas

Order Number	Reference Part Number	Endoscope Outer Diameter mm	Trigger Cord Length cm	Number of Bands	Minimum Accessory Channel mm
G24654	MBL-6-OV	9.5-11.5	122	6	2.8
G22613	MBL-4	9.5-13	122	4	2.8
G22553	MBL-6	9.5-13	122	6	2.8
G22614	MBL-10	9.5-11.5	122	10	2.8
G25424	MBL-6-XS	8.6-9.2	122	6	2.8
G25119	MBL-6-XL	11-14	122	6	2.8
G25221	MBL-6-XL-C	11-14	190	6	2.8
G22692	MBL-6-F	9.5-13	142	6	2.8