FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO

REFERENCIA	NOMBRE COMERCIAL	NOMBRE GENÉRICO
01CV15703	**CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN**	**CATETER VENOSO CENTRAL INVIMA: CATETERES PARA VENA CENTRAL DE UN LUMEN Y MULTILUMEN CON SUS ACCESORIOS ARROW**

DESCRIPCIÓN

CAT. VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM GA. 16, 18, 18, TÉCNICA SELDINGER REF.01CV15703

REGISTRO SANITARIO	MODALIDAD DE REGISTRO	CLASIFICACION DE RIESGO
2020DM-0021733	IMPORTAR Y VENDER	III

NOMBRE DEL FABRICANTE

ARROW INTERNACIONAL INC.
ARROW INTERVENTIONAL INC (SUBSIDIARY OF ARROW INTI, INC)
ARROW INTERNATIONAL CR, A.S
ARROW INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA S.A DE C.V

PRESENTACIONES	VIDA UTIL	CÓDIGO INTERNACIONAL (GTIN)
JUEGO DE CATETERES CON ACCESORIOS	5 años	30801902000591

INDICACIONES Y USOS

PACIENTES QUE CARECEN DE LUGARES DE ACCESO IV PERIFÉRICO DISPONIBLES.
PACIENTES QUE REQUIEREN DE MONITOREO DE PVC.
PACIENTES QUE REQUIEREN DE NPT.
PACIENTES QUE RECIBEN MEDICAMENTOS INCOMPATIBLES.
PACIENTES QUE REQUIEREN MÚLTIPLES INFUSIONES,MEDICAMENTOS O QUIMIOTERAPIA. PACIENTES SUJETOS A FRECUENTES MUESTREOS DE SANGRE O QUE RECIBEN TRANSFUSIONES.
PACIENTES QUE RECIBEN INFUSIONES QUE SEAN HIPERTONICAS, HIPEROSMOLARES O INFUSIONES CON VALORES DE DE PH DIVERGENTES.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

NO UTILIZAR, SI EL PAQUETE ESTÁ PREVIAMENTE ABIERTO O DAÑADO.
LEER EL INSTRUCTIVO DE MANEJO INCLUIDO EN EL PAQUETE, ANTES DEL USO.
USAR UNA SOLA VEZ, NO REESTERILIZAR.
EL PROCEDIMIENTO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CAPACITADO.
EL CAT. DEBE SER IRRIGADO O DESTAPADO CON JERINGA NO MENOR DE 10CC.

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

1 CATETER TRILUMEN CENTRAL EN POLIURETANO RADIOPACO DE 7 FR X20 CM CON PUNTA AZUL FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION.
1 GUIA .O32"X60CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.
1 AGUJA INTRODUCTORA 18 GA.
1 JERINGA DE 5CC
1 DILATADOR
2 CLAMP

POLIURETANO
ALTO GRADO DE BIOCOMPATIBILIDAD BUENA FUERZA DE TENSIÓN
RESISTENCIA AL USO

TROMBO RESISTENTE
RESISTENCIA A MUCHOS QUIMICOS
RESISTENCIA AL ACODAMIENTO
SE ABLANDA DENTRO DEL CUERPO CAPACIDAD PARA EL USO EN TECNICAS PERCUTANEAS