FICHA TECNICA - REFERENCIA FB-230K.A



Pinzas de biopsia, desechables, copa oval lisa

Pinzas de biopsia, desechables, copa oval lisa, canal de 2.8mm, Longitud de 155cm. canal de 2.8mm, Longitud de 155cm

Marca: OLYMPUS

Material: Polímero - Metales

Indicaciones de uso:

Recoleccion de muestra

Fabricante: Olympus Latin America Inc.

Beneficios del producto:

Características:	Beneficios:
Copas fenestradas para biopsias de mayor tamaño	Copas fenestradas
Mecanismo de mandíbula oscilante para facilitar las biopsias tangenciales	Mandibula oscilante
Vaina acanalada y recubierta para facilitar la inserción	Vaina acanalada
Funda codificada por colores para un fácil reconocimiento de la compatibilidad del área.	Codificacion por color

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

Precauciones:

Utilización exclusiva por personal médico certificado y capacitado

Contraindicaciones:

No utilizar el dispositivo si se encuentra con algun defecto

Humedad	40% - 85%
Dispositivo de un solo uso	SI
Temperatura almacenamiento	Temperatura ambiente
Ciclos de reprocesamiento	N/A

Método	Radiacion Gama
Disposición Final	Celda de seguridad

Condiciones de Reprocesamiento: Dispositivo de un solo uso

Registro Sanitario	2019DM-0019205
Clasificación de riesgo	IIa
Vida útil	Desechable
Calibración	NO
Presentación comercial	UNIDAD
Unidades por empaque	1
Unidad mínima de venta	1

Observaciones:

Funda recubierta acanalada para facilitar la insercion, copas fenestradas para biposias mas grandes, mecanismo unico swingjaw para ayudar a las biopsias tangenciales, vainas codificadas por colores para un facil reconocimiento de la compañia del area

ESPECIFICACIONES
- Longitud de trabajo (mm): 1550mm.
- Mínimo canal de trabajo (mm): 2,8mm
- Diámetro de apertura (mm): 5.0mm

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."