GEOTEK
MEDİKAL VE SAĞLIK HİZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

FICHA TÉCNICA AGUJA DE BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA

Tipos de producto:	Agujas de biopsia semiautomáticas con coaxial		
SI TU:	Se utiliza para obtener muestras de biopsia de núcleos de tejidos blandos y órganos (es decir, hígado, mama, riñón, pulmón, etc.)		
Descripción:	• Desechable, para uso exclusivo de Sigle. Sin • látex • No pirogénico • Aguja de biopsia semiautomática con resorte que tiene estiletes con muesca de muestra, cánula con marcador de eco en la punta distal. Aguja coaxial con marcadores de • profundidad y buje luerlock		
Materias primas:	**Nombre de parte:**	**Material**	**Contacto corporal:**
	Piezas de agujas (semiautomáticas y coaxiales)	S / S 304	Transitorio
	Hub (semiautomático y coaxial)	PC y ABS	NO
	Caja exterior	PC y ABS	NO
	Primavera	S / S 302	NO
Longitud de la muesca	10 mm / 20 mm ajustable		
Variaciones de tamaño:	Aguja semiautomática OD: 14G-16G-18G-20G, Longitud 10cm-15cm20cm-25cm Diámetro externo de la aguja coaxial: 13G-15G-17G-19G, longitud 5 cm-5,5 cm-10 cm-10,5 cm-11 cm-11,5 cm-15 cm-15,5 cm		
Embalaje y almacenamiento:	• Las agujas semiautomáticas y coaxiales se empaquetan en las mismas bolsas blandas • El producto debe almacenarse bajo humedad relativa y mantenerse alejado del calor y la luz solar directa. • Condiciones de almacenamiento: entre 5-30ºC y% 30-70 de humedad • La etiqueta incluye toda la información del producto con respecto a la descripción y uso relativo, código, lote de producción, fecha de caducidad, tipo de esterilización, fabricante y advertencia: por ejemplo, estéril, apirógeno, desechable.		
Esterilidad:	Estéril		
Método de esterilización:	ETO		
Duracion:	5 años		
Clase:	IIa		
Directiva:	93/42 / CEE		
Fabricante:	Geotek Medical Health Care Products Ltd.		
	CE 1023 ISO13485		