ORDEN DE SERVICIO

CÓDIGO: F-IM-DT-P-005-05
VERSIÓN: 11
F.A.: 2023-02-23

1. Datos del cliente

Orden de servicio:	**ODS-25-CAR-SAMC-3123-CONTRATO**	**Razón social:**	**Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental**
Fecha :	**2025-09-26**	**Dirección:**	**Av. Troncal de occidente No. 18 - 76 Parque industrial Santo Domingo Manzana C Bodega 13**
No de OS del cliente:	**No aplica**	**Contacto:**	**Jorge Hernán Pérez Jiménez**
No de PE de INGOBAR:	**No aplica**	**Correo electrónico:**	jperezj@car.gov.co, geidlia@car.gov.co

2. Datos sobre el servicio

Dirección y ciudad del servicio:	Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental
Nombre del cliente para el certificado:	Avenida Troncal de occidente No. 18 - 76, Parque industrial Santo Domingo Manzana C Bodega 13
Persona de contacto:	Jorge Hernán Pérez Jiménez
Correo electrónico / teléfono:	jperezj@car.gov.co, geidlia@car.gov.co

Ítem	Servicio	Instrumento	Marca	Modelo	Serie	Código interno	Ubicación	Punto o intervalo de medición	Número certificado o informe	Fecha programada del servicio
1	Calibración	INCUBADORA	Memmert	IN 55	D216-1056	EMI-27723	Por confirmar	41 °C +/- 0,5 °C	IM-ISO-25-0387	2025-10-20 2025-10-24
2	Calibración	INCUBADORA	Memmert	IN 55	D216-1055	EMI-27724	Por confirmar	44,5 °C	IM-ISO-25-0388	2025-10-20 2025-10-24
3	Calibración	INCUBADORA	Memmert	IN 55	D216-1246	EMI-27765	Por confirmar	22 °C +/- 3 °C 37 °C +/- 0,5 °C	IM-ISO-25-0389	2025-10-20 2025-10-24
4	Calibración	INCUBADORA	MEMMERT	INE 300	E311-0222	EMI-27722	Por confirmar	38 °C ± 0,5 °C	IM-ISO-25-0390	2025-10-20 2025-10-24
5	Calibración	INCUBADORA	MEMMERT	INE550	E911-0275	EMI-27766	Por confirmar	35 °C ± 0,5 °C	IM-ISO-25-0391	2025-10-20 2025-10-24
6	Calibración	Nevera de reactivos	HACEB	AZ1335DS REACTIVOS M9-1L	69932 306953 G97055130	EAA-27854	Por confirmar	4 °C	IM-ISO-25-0394	2025-10-20 2025-10-24
7	Calibración	CUARTO FRIO DE LABORATORIO	Por confirmar	Por confirmar	37 6181828	EFA-27608	Por confirmar	2 °C a 7 °C	IM-ISO-25-0406	2025-10-20 2025-10-24
8	Calibración	Estufa de secado	Memmert	UN110	B417 2350	EFA-28314	Por confirmar	85 °C, 104 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 150 °C	IM-ISO-25-0407	2025-10-20 2025-10-24
9	Calibración	Estufa de secado	Memmert	UN110	B4152433	ESU-27684	Por confirmar	85 °C, 104 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 150 °C	IM-ISO-25-0408	2025-10-20 2025-10-24

Personal asignado para la prestación del servicio

Metrólogo o persona asignada	Número de identificación	EPS	ARL	Número de celular
Miguel Angel Hernandez Ardila	1,007,395,705	Coosalud	Seguros Bolívar	3022421682
Denis Fabián Bohada	14,623,349	Compensar	Seguros Bolívar	3006098258

3. Observaciones sobre la prestación del servicio

1. INGOBAR Metrología S.A.S., informa que el personal no manipulará los equipos del cliente al realizar el servicio de calibración y/o calificación, como es el encendido y programación de equipos de medios isotérmicos, ajuste de balanzas, mantenimiento de cabinas, por lo anterior se informa que el cliente deberá estar presente y realizar manipulación de los equipos.
2. Se solicita confirmación de la aceptación de la programación del servicio, de igual manera se informa que un día antes de la ejecución del servicio se confirmara la actividad a realizar.
3. El cliente debe informar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a tener en cuenta por parte del personal de INGOBAR Metrología S.A.S. como respuesta al recibido de la presente programación del servicio, en caso de no recibir condiciones se remitirá a personal con las instrucciones de nuestra organización.
4. La información consignada en el presente formato será la que se registrará en el certificado de calibración y/o informe de calificación, por lo anterior si existe alguna corrección a la respuesta de confirmación; realizar la solicitud o informar al metrólogo el día de ejecución del servicio los cambios sobre la información general que se deben tener presentes.

4. Patrones, Herramientas y equipamiento

Item	Código Interno	Descripción	Observaciones
1	IM-EQ-065	Registrador de temperatura	Ninguna
2	IM-EQ-148	Registrador de temperatura	Ninguna
3	Otros	Extensión, sensores hitemp	Ninguna

5. Observaciones

El metrólogo confirma la información de los equipos en sitio

Programación realizada por:	**Nombre:**	Edna Rocío Aragón Aragón
	Cargo:	Coordinador
	Fecha:	2025-10-16

FIN DEL DOCUMENTO