ORDEN DE SERVICIO

CÓDIGO: F-IM-DT-P-005-05
VERSIÓN: 11
F.A.: 2023-02-23

1. Datos del cliente

Orden de servicio:	**ODS-25-CAR-SAMC-3123-CONTRATO**	**Razón social:**	**Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental**
Fecha :	**2025-09-26**	**Dirección:**	**Av. Troncal de occidente No. 18 - 76 Parque industrial Santo Domingo Manzana C Bodega 13**
No de OS del cliente:	**No aplica**	**Contacto:**	**Jorge Hernán Pérez Jiménez**
No de PE de INGOBAR:	**No aplica**	**Correo electrónico:**	jperezj@car.gov.co, geidlia@car.gov.co

2. Datos sobre el servicio

Dirección y ciudad del servicio:	Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental
Nombre del cliente para el certificado:	Avenida Troncal de occidente No. 18 - 76, Parque industrial Santo Domingo Manzana C Bodega 13
Persona de contacto:	Jorge Hernán Pérez Jiménez
Correo electrónico / teléfono:	jperezj@car.gov.co, geidlia@car.gov.co

Ítem	Servicio	Instrumento	Marca	Modelo	Serie	Código interno	Ubicación	Punto o intervalo de medición	Número certificado o informe	Fecha programada del servicio
1	Calibración	Estufa de secado	Memmert	UN110	B417 2350	EFA-28314	Por confirmar	85 °C, 104 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 150 °C	IM-ISO-25-0407	2025-11-05 2025-11-14
2	Calibración	Estufa de secado	Memmert	UN110	B4152433	ESU-27684	Por confirmar	85 °C, 104 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 150 °C	IM-ISO-25-0408	2025-11-05 2025-11-14
3	Calibración	Nevera	BIOBASE	BXC-V1500M	G1701000202BCX-V1500M	EFA-27857	Por confirmar	4 °C	IM-ISO-25-0412	2025-11-05 2025-11-14
4	Calibración	Estufa de secado	Memmert	UN110	B416.0720	EFA-27683	Por confirmar	85 °C,104 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 150 °C	IM-ISO-25-0409	2025-11-05 2025-11-14
5	Calibración	Horno	Por confirmar	Por confirmar	9010-0128 04-70688	EFA-27713	Por confirmar	180 °C y 250 °C	IM-ISO-25-0410	2025-11-05 2025-11-14
6	Calibración	Nevera	REVCO	RS4504120	R16M-57085-RM	EFA-27858	Por confirmar	4 °C	IM-ISO-25-0414	2025-11-05 2025-11-14

Personal asignado para la prestación del servicio

Metrólogo o persona asignada	Número de identificación	EPS	ARL	Número de celular
Yuliana Rodríguez	1,037,777,352	Coosalud	Seguros Bolívar	3022421682
Fabián Bohada	14,623,349	Compensar	Seguros Bolívar	300 6098258

3. Observaciones sobre la prestación del servicio

1. INGOBAR Metrología S.A.S., informa que el personal no manipulará los equipos del cliente al realizar el servicio de calibración y/o calificación, como es el encendido y programación de equipos de medios isotérmicos, ajuste de balanzas, mantenimiento de cabinas, por lo anterior se informa que el cliente deberá estar presente y realizar manipulación de los equipos.
2. Se solicita confirmación de la aceptación de la programación del servicio, de igual manera se informa que un día antes de la ejecución del servicio se confirmara la actividad a realizar.
3. El cliente debe informar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a tener en cuenta por parte del personal de INGOBAR Metrología S.A.S. como respuesta al recibido de la presente programación del servicio, en caso de no recibir condiciones se remitirá a personal con las instrucciones de nuestra organización.
4. La información consignada en el presente formato será la que se registrará en el certificado de calibración y/o informe de calificación, por lo anterior si existe alguna corrección a la respuesta de confirmación; realizar la solicitud o informar al metrólogo el día de ejecución del servicio los cambios sobre la información general que se deben tener presentes.

4. Patrones, Herramientas y equipamiento

Item	Código Interno	Descripción	Observaciones
1	IM-EQ-065	Registrador de temperatura	Ninguna
2	IM-EQ-068	Registrador de temperatura	Ninguna
3	Otros	Extensión	Ninguna

5. Observaciones

El metrólogo conftima la información de los equipos en sitio

Programación realizada por:	**Nombre:**	Edna Rocío Aragón Aragón
	Cargo:	Coordinador
	Fecha:	2025-10-31

FIN DEL DOCUMENTO