SECRETARIA DE SALUD	FORMATO DE ACTA No. SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	CODIGO	SSP-FOR-007
		VERSION	002
		FECHA DE APROBACION	2022-08-30

	INFORME
PROCESO	SERVICIOS DE SALUD
DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
AREA	AREAS TECNICAS LDSP
TEMAS	REVISIÓN TÉCNICA DEL INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN PRESTADOS POR EL PROVEEDOR NOVATEK DEL CARIBE S.A.S. Y SUS ANEXOS.
OBJETIVO	REALIZAR EL ANÁLISIS Y REVISIÓN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL PROVEEDOR NOVATEK DEL CARIBE S.A.S., EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (LDSP), CONFORME AL PLAN METROLÓGICO DE LA VIGENCIA 2025-2026

FECHA (AAAA-MM-DD)	HORA INICIO	HORA FINALIZACION	DURACION
2026-04-23	02:00 PM	4:00 PM	2 HORAS

DESARROLLO

Contrato N°	202501963		
Nombre del responsable seguimiento y auditoría	ELCY SIBAJA ALEAN		
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del contratista	NOVATEK DEL CARIBE SAS		
Identificación del contratista	NIT. 900.375.197-6		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CALIFICACIÓN Y VALIDACION DE LOS EQUIPOS RELACIONADOS, CONFORME AL PLAN DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DEL LABORATORIO DE SALUDPÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.		
Plazo	HASTA EL 31-12-2025		
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 60.000.000,00 Adición 1: $0.0 Total: $ 60.000.000,00		
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
29-08-2025	31-12-2025	26 – 12 – 2025	NA

EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial	$ 60.000.000,00
Adición No. 1	$ 0.0
Valor Total del contrato	$ 60.000.000,00
Valor Ejecutado del Contrato	**$ 37.521.890,00**
Valor por ejecutar	$ 22.478.110,00

1. INDICADORES GENERALES DE EJECUCION

Total equipos contratados	Equipos ejecutados	% de avance	Equipos pendientes
68	47	69.1%	21

Concepto	Valor ejecutado (iva incluido)	% Presupuestal
Equipos intervenidos	$37.521.890	63%
Equipos no intervenidos	$22.478.110	37%
TOTAL CONTRATO	**$60.000.000**	**100%**

2. ESTADO DE EJECUCION POR CATEGORIA DE EQUIPOS

A continuación, se presenta la ejecución del servicio discriminado por categoría de equipo. De los 47 servicios realizados, la intervención estuvo liderada por los equipos de refrigeración, seguida de las cabinas de bioseguridad, extractoras y de flujo laminar, y los sistemas de congelación y ultracongelación. En todos los casos, los resultados obtenidos cumplen con los estándares técnicos exigidos por el Plan de Aseguramiento Metrológico, sin registrar hallazgos que requieran intervención correctiva inmediata.

Categoría de equipo	Ejecutados	Observaciones	% del total ejecutado
Refrigeradores	20	Funcionamiento estable, cumplimiento de rangos térmicos	42,5%
Cabinas de bioseguridad, extractoras y de flujo laminar	15	Certificación de flujos y niveles de filtración	31,9%
Congeladores y ultracongeladores	12	Verificación de estabilidad y distribución térmica	25,5%
TOTAL	**47**		**100%**

3. IDENTIFICACION DE EQUIPOS EJECUTADOS

A continuación, se presenta la identificación detallada de los equipos intervenidos, junto con la trazabilidad del servicio prestado. Cada equipo cuenta con una etiqueta de trazabilidad adherida que permite verificar la fecha de ejecución y el alcance del servicio realizado

ITEM	CODIGO INTERNO	NOMBRE DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN/AREA	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO en los casos que aplique	FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO. INFORME CALIFICACION
2	EQU-102	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-290	BE06MNG1T00Q EH2J0006	RECEPCION AMBIENTE	1	$ 722.330,00	Viernes 5 de diciembre de 2025	CF-4756
3	VC-00-FO-140	CONGELADOR	SANYO	MDF - U5312	10120194	RECEPCION AMBIENTE	1	$ 722.330,00	Miercoles 10 de diciembre de 2025	CF-4758
4	VC-00-FO-83	REFRIGERADOR	THERMO SCIENTIFIC	3768A	2018091246555	FISICOQUIMICO	1	$ 722.330,00	Jueves 27 de noviembre de 2025	CF-4738
5	VC-00-FO-102	REFRIGERADOR	SANYO	MPR - 721	10100272	FISICOQUIMICO	1	$ 722.330,00	Jueves 27 de noviembre de 2025	CF-4738
6	EQU-36	CABINA EXTRACTORA	JP INGLOBAL	JPCEGH120- FA	4587801	FISICOQUIMICO	1	$ 893.690,00	Martes 16 de diciembre de 2025	CF-4760
7	EQU-168	CONGELADOR	HAIER	DW-40L278	BE0F15EAV00Q JLCE0005	FISICOQUIMICO	1	$ 722.330,00	Martes 25 de noviembre de 2025	CF-4743
8	EQU-101	REFRIGERADOR	HAIER Biomedical	HYC-290	BE06MNG1T00Q EH8T0001	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 722.330,00	Lunes 24 de noviembre de 2025	CF-4737
9	EQU-16	REFRIGERADOR	HAIER Biomedical	HYC-390	BE06MFE1T00Q EG2H0011	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 722.330,00	Viernes 21 de noviembre de 2025	CF-4705
10	EQU-14	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-610	BE06PAE0U00Q QG380005	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 722.330,00	viernes, 21 de noviembre de 2025	CF-4704
11	VC-03-MD-76	REFRIGERADOR	THERMO SCIENTIFIC	KF6L23CA22	N14V-14543-MV	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 722.330,00	viernes, 21 de noviembre de 2025	CF-4760
12	VC-00-MD-79	ULTRACONGELAD OR	SANYO	MD FU- 5488SC	10127007	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 761.600,00	viernes, 21 de noviembre de 2025	CF-4752
13	VC-03-MD-06	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	36209-04-Y	408827	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 1.003.170,00	martes, 16 de diciembre de 2025	CF-4783
14	VC-03-MD-001	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	3620504 DELTA	030128472Z	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 1.003.170,00	Martes 16 de diciembre de 2025	CF-4784
15	EQU-175	CABINA DE BIOSEGURIDAD	ESCO	AC2-452	2020-158373	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 1.003.170,00	Martes de 16 diciembre de 2025	CF-4782
16	VC-04-EM-28	CABINA EXTRACTORA	EXTRACOR	C100X	265675	LAVADO DE FISICOQUIMICO	1	$ 893.690,00	Miercoles 17 de diciembre de 2025	CF- 4744

17	VC-01-MD-04	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	36200004DEL TA	030126471F	LAVADO DE FISICOQUIMICO	1	$ 1.003.170,00	Miercoles 17 de diciembre de 2025	CF-4779
18	VP-05-MCR-51	ULTRACONGELADOR	SANYO	MDF- U538650	80812873	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	Martes 25 de noviembre de 2025	CF-4739
20	VP-06-MC-75	REFRIGERADOR	THERMO SCIENTIFIC	FRGL5004A2 4	1181090111 0816	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 722.330,00	Jueves 20 de noviembre de 2025	CF-4775
21	VP-04-BM-52	CONGELADOR	PANASONIC	MDF-U334- PA	12110284	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 722.330,00	Jueves 20 de noviembre de 2025	CF-4771
22	EQU-171	ULTRACONGELADOR	HAIER	DW-86L728J	BE0GYPE1T00Q GLCY0017	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	Jueves 27 de noviembre de 2025	CF-4786
23	EQU-172	ULTRACONGELADOR	HAIER	DW-86L728J	BE0GYPE1T00Q GM120004	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	Jueves 20 de noviembre de 2025	CF-4779
24	EQU-169	ULTRACONGELADOR	HAIER	DW-86L728J	BE0GYPE1T00Q GM120003	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	Jueves 20 de noviembre de 2025	CF-4778
26	VP-05-LCV-27	REFRIGERADOR	THERMO SCIENTIFIC	FORMA	116143901110727	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 722.330,00	Jueves 20 de noviembre de 2025	CF-4776
27	EQU-19	REFRIGERADOR	HAIER	MDF- U538680	BE0GPAE0U00Q GG380004	VIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Jueves 27 de noviembre de 2025	CF-4750
29	EQU-15	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-390	BE0MPG1T00U GST0001	VIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Jueves 27 de noviembre de 2025	CF-4749
28	EQU-168	CONGELADOR	HAIER	DW-30L508	BE0ST1EAU00Q JMGN0002	VIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Jueves 27 de noviembre de 2025	CF-4748
30	VC-03-MD-48	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	AC2-4S2	2008-31924	VIROLOGIA	1	$ 893.690,00	Lunes 15 de diciembre de 2025	CF-4797
31	EQU-187	CONGELADOR	HAIER	DW-30L508	BE0ST1EAU00Q JMGN0003	BIOTERIO	1	$ 722.330,00	Lunes 1 de diciembre de 2025	CF-4762
32	EQU-185	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	BC2-4E2	2021-167220	BIOTERIO	1	$ 893.690,00	Jueves 11 de diciembre de 2025	CF-4788
33	EQU-18	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-610	BE0GPAE0U00Q GG380003	ZOONOSIS Y PARASITOLOGIA	1	$ 722.330,00	Jueves 4 de diciembre de 2025	CF-4753
34	VP-010-BM-06	CABINA SEGURIDAD BIOLÓGICA	LABCONCO	3620904 DELTA	021225864F	BIOLOGIA MOLECULAR - BACTERIAS	1	$ 1.003.170,00	Lunes 15 de diciembre de 2025	CF-4796
35	VP-010-BM-09	CABINA FLUJO LAMINAR	ESCO	SCR-2A2	2010-51012	BIOLOGIA MOLECULAR - BACTERIAS	1	$ 1.003.170,00	Lunes 15 de diciembre de 2025	CF-4798
36	VP-010-BM-08	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	36208-04W	265675	RECEPCION CLINICA	1	$ 893.690,00	Jueves 18 de diciembre de 2025	CF-4814
37	VP-05-LCV-26	REFRIGERADOR	THERMO SCIENTIFIC	FRGL1204A2 2	31204MGA0ZZDJ 00A	RECEPCION CLINICA	1	$ 722.330,00	Viernes 5 de diciembre de 2025	CF-4755
38	EQU-184	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	SC2-4E2	2021-167219	MICROBIOLOGIA DE AGUAS	1	$ 893.690,00	Jueves 18 de diciembre de 2025	CF-4809
39	VP-09-MCR-67	REFRIGERADOR	PANASONIC	MPR-721-PA	12120468	MICROBIOLOGIA DE AGUAS	1	$ 722.330,00	Martes 25 de noviembre de 2025	CF-4782
40	EQU-34	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-68A	BE07T0EDN00Q EG850023	COLERA	1	$ 722.330,00	Martes 25 de noviembre de 2025	CF-4741
41	VP-08-LZP-01	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	Clas-36202- 04V	409109	COLERA	1	$ 893.690,00	Miercoles 17 de diciembre de 2025	CF-4722
43	EQU-273	REFRIGERADOR	PANASONIC	MPR-721PA	12120467	MICROBIOLOGIA CLINICA	1	$ 722.330,00	Miercoles 10 de diciembre de 2025	CF-4759
45	EQU-190	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-390	BE07C3EAQ00Q JMSH0018	MICROBIOLOGIA CLINICA	1	$ 722.330,00	Miercoles 10 de diciembre de 2025	CF-4757
47	EQU-167	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-68A	BE0093E0000Q ELAP0011	MICOBACTERIAS	1	$ 722.330,00	Martes 2 de diciembre de 2025	CF-4763
48	EQU-186	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	SC2-4E2	2021-167218	MICOBACTERIAS	1	$ 1.003.170,00	Martes 16 de diciembre de 2025	CF-4768
51	EQU-189	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-940	BE03L7E0N00Q JM150005	ENTOMOLOGIA	1	$ 902.020,00	Lunes 1 de diciembre de 2025	CF-4760
54	EQU-02	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	AC2-4E2	2012-69722	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 714.000,00	Jueves 18 de diciembre de 2025	CF-4789
56	VC-04-EM-22	REFRIGERADOR	SAMSUNG	RS20CCSW	16544AAALC000 80H	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Miercoles 10 de diciembre de 2025	CF-4749
65	EQU-174	ULTRACONGELADOR	HAIER	DW-86L338J	BE0H85E1T00Q GM100020	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	Viernes 28 de noviembre	CF-4761
67	EQU-068	CONGELADOR	HELMER	ILF105	2039080	ZOONOSIS Y PARASITOLOGIA	1	$ 722.330,00	Jueves 4 de diciembre de 2025	CF-4754

Nota: La totalidad de los informes de calificación correspondientes a los servicios prestados fueron entregados por el proveedor mediante enlace de acceso a Drive. Dichos informes fueron revisados en su integridad, y las inconsistencias identificadas relacionadas con datos incorrectos asociados a los equipos intervenidos fueron comunicadas oportunamente al proveedor y subsanadas en su totalidad.

Adicionalmente, se realizó la verificación de los costos facturados contrastándolos con la propuesta económica presentada por el proveedor, encontrándose plena concordancia entre los valores ofertados y los efectivamente cobrados por los servicios ejecutados.

4. EQUIPOS NO INTERVENIDOS

A continuación, se detallan los equipos no intervenidos por el proveedor:

ITEM	CODIGO INTERNO	NOMBRE DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN/AREA	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO en los casos que aplique	FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
1	EQU-115	CONGELADOR	MABE	CMC1458	130429296A006 18	RECEPCION AMBIENTE	1	$ 722.330,00	Pendiente programar servicio
25	EQU-170	ULTRACONGELADOR	HAIER	DW-86L728J	BE0GYPE1T00Q GM130005	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	Pendiente programar servicio
55	EQU-01	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	AC2-4E2	2011-62401	BIOLOGIA MOLECULAR DE MIROLOGIA	1	$ 823.480,00	Pendiente programar servicio
59	EQU-45	CONGELADOR	HAIER	DW-40L508	BE0ST3B1T00Q EF8Q0002	BIOLOGIA MOLECULAR DE MIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Pendiente programar servicio
61	EQU-239	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-940	BE03LWE0N00Q JMC30002	BIOLOGIA MOLECULAR DE MIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Pendiente programar servicio
62	EQU-240	CONGELADOR	HAIER	DW-40L508	BE0ST4EAV00Q JN2J0011	BIOLOGIA MOLECULAR DE MIROLOGIA	1	$ 722.330,00	Pendiente programar servicio
64	EQU-218	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	SC2-4E2	2021-168460	RECEPCIÓN DE BIOLOGIA MOLECULAR DE MIROLOGÍA	1	$ 714.000,00	Pendiente programar servicio

ITEM	CODIGO INTERNO	NOMBRE DE EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN/AREA	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO en los casos que aplique	ESTADO ACTUAL Y/O MOTIVOS DE LA NO INTERVENCIÓN A LA FECHA
18	EQU-069	ULTRACONGELADOR	HELMER	IUF116	2038253	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	FUERA DE SERVICIO, SE RECOMIENDA DIRECCIONAR EL PRESUPUESTO
42	VP-06-MC-74	AUTOCLAVE	SERCON	HS80168	110038	LAVADO DE AREA CLINICA	1	$ 791.350,00	ESTE EQUIPO NO SE ENCUENTRA APTO PARA LA CALIFICACIÓN, PRESENTA FUGA EN LA CÁMARA, ESTA DEBE SER CAMBIADA, ADICIONAL SE DEBE AJUSTAR MECÁNICAMENTE TODO EL EQUIPO Y TODO LOS SENSORES Y TRANSDUCTORES QUE HACEN PARTE DEL PROCESO.
44	EQU-35	REFRIGERADOR	HAIER	HYC-68A	QE0950025	MICROBIOLOGIA CLINICA	1	$ 722.330,00	DURANTE LA INSPECCIÓN GENERAL SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ESTÁ FUERA DE SERVICIO, RAZÓN POR LA CUAL NO POSIBLE CALIFICARLO, SE RECOMIENDA PASAR EL EQUIPO A LA FASE DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO DE FALLA CON LISTADO DE REPUESTOS
48	VP-09-MCR-09	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	LABCONCO	36205-04V	409112	MICROBIOLOGIA CLINICA	1	$ 893.690,00	DURANTE EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO SE EVIDENCIÓ QUE EL EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS AL PARECER EN LA PARTE ELÉCTRICA, NO SE ENCUENTRA APTO PARA CALIFICAR ; SIN EMBARGO, SE RECOMIENDA PASAR EL EQUIPO A LA FASE DE DIAGNÓSTICO CON LISTADO DE PARTES Y REPUESTOS.
49	VP-06-MC-77	REFRIGERADOR	SANYO	MPR-721	11100612	MICOBACTERIAS	1	$ 722.330,00	EN EL DIAGNOSTICO REALIZADO SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ESTÁ FUERA DE SERVICIO Y NO SE ENCUENTRA APTO PARA LA CALIFICACIÓN SE RECOMIENDA REALIZAR DIAGNOSTICO INCLUYENDO LISTADO DE PARTES Y REPUESTOS.

50	EQU-50	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	JPINGLOBAL	3017	4587029	BIOBACTERIAS	1	$ 893.690,00	EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA INSTALADO, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE CALIFICACIÓN, SE RECOMIENDA PASAR DIAGNÓSTICO Y LISTAR PARTES FALTANTES PARA LA INSTALACIÓN ADEMÁS DE COORDINAR TODA LA LOGÍSTICA CORRESPONDIENTE
52	VP-05 LCV-01	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	CLASS 4 BSC	2006-18521	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 893.690,00	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA PUERTA TIPO GUILLOTINA, NO ESTA EN CONDICIONES DE CALIFICACIÓN, SE RECOMIENDA REALIZAR DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO Y LISTADO DE PARTES A CAMBIAR
53	EQU-200	CABINA EXTRACTORA	JINGLOBAL	JPEGH120PP TOPA 220	4589027	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 893.690,00	EN LA INSPECCION REALIZADA SE EVIDENCIA QUE ESTE EQUIPO NO SE ENCUENTRA INSTALADA, POR TAL RAZON NO ES VIABLE LA CALIFICACIÓN SE RECOMIENDA PASAR A LA FASE DE DIAGNOSTICO Y ESTIMACION DE PARTES Y ACCESORIO FALTANTES, REALIZAR ANÁLISIS LOGÍSTICO DE PUNTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAMIENTO DE EQUIPO
57	EQU-125	REFRIGERADOR	HAIER	HBC-70	BE07FDEPN00Q FSC0002	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 722.330,00	ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR DAÑOS EN EL SISTEMA ELECTRICO, NO ESTA APTO PARA LA CALIFICACIÓN SE RECOMIENDA PASAR A LA FASE DE DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE N° PARTES Y REPUESTOS.
58	EQU-173	ULTRACONGELADOR	HAIER	DW88L338J	BE0H85E1T00Q GM1Q0021	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 761.600,00	DURANTE EL PROCESO DE DIAGNOSTICO, SE EVIDENCIA DAÑO EN USO DE SUS COMPONENTES ELÉCTRICOS (CAPACITOR Y OTROS COMPONENTES ELÉCTRICOS) DEBIDO A ESTA SITUACION NO ES VIABLE LA CALIFICACIÓN, SIN EMBARGO SE LE RECOMIENDA A LA ENTIDAD CONTRATANTE INVERTIR PARTE DEL RUBRO DISPONIBLE EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DIRECCIONADO A ESTE EQUIPO
60	EQU-183	CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA	ESCO	SC2-4E2	2021-167221	BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 823.480,00	PRESENTA DAÑO EN LA PUERTA ABATIBLE, NO ESTÁ EN CONDICIONES DE SER CALIFICADA, DEBE PASAR A DIAGNÓSTICO Y GENERACIÓN DE NÚMERO DE PARTES Y REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA MECÁNICO.
63	VP-05 LCV-05	REFRIGERADOR	PANASONIC	MDF724	12120449	RECEPCION DE BIOLOGIA MOLECULAR DE VIROLOGIA	1	$ 722.330,00	EL EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUERA DE USO, POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA DIAGNOSTICAR Y CONFIRMAR PARTES AFECTADAS QUE REQUIERAN CAMBIO
66	VP-05 LCV-10	ULTRACONGELADOR	SO-LOW	EVBS-18	506707	CUARTO DE REFRIGERACION	1	$ 761.600,00	EQUIPO DE BAJA, SE RECOMIENDA REASIGNAR PRESUPUESTO
68	VC-00-PIA21	AUTOCLAVE	STERILOF	90/1PGRPYSv	629674	MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS	1	$ 791.350,00	EL EQUIPO FUERA DE USO REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL, SE RECOMIENDA REASIGNAR ESTE PRESUPUESTO

Novedades reportadas por el proveedor:

- Fallas Críticas (11 equipos): Equipos fuera de servicio por daños en compresores, sistemas eléctricos o fugas de vacío que requieren mantenimiento correctivo previo.
- Pendientes por Logística (6 equipos): Unidades pendientes de instalación física o adecuación de puntos eléctricos/hidráulicos.
- Reasignación Sugerida (4 equipos): Equipos diagnosticados como "De Baja" o con daños cuya reparación supera el valor de reposición, donde se recomienda liberar el presupuesto

CONCLUSIONES

El contrato presenta un avance del 69.1%, equivalente a 47 equipos intervenidos de los 68 programados, con una ejecución presupuestal del 63%, correspondiente a $37.521.890 IVA incluido. Este nivel de cumplimiento se considera satisfactorio en relación con los equipos que se encontraban operativos y disponibles al momento de la intervención.

- El 30.9% de los equipos no pudo ser intervenido por causas documentadas y verificadas durante la revisión técnica del presente informe, siendo estas en su totalidad ajenas al proveedor. Las condiciones identificadas son: Fallas críticas preexistentes, deficiencias logísticas de instalación y equipos técnicamente irrecuperables.

- Los informes de calificación individuales fueron entregados por el proveedor a través de un enlace Drive y sometidos a revisión técnica, durante la cual se identificaron y subsanaron inconsistencias en los datos asociados a los equipos intervenidos, garantizando así la trazabilidad y confiabilidad de la información.

- En todos los casos, los equipos no ejecutados requieren la realización de mantenimiento preventivo o correctivo como condición previa e indispensable para poder adelantar el proceso de calificación. Esta situación es completamente ajena al alcance y responsabilidad del proveedor Novatek del Caribe S.A.S., quien ha documentado de manera detallada el estado de cada equipo y las acciones requeridas.


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cargar los informes de los servicios de calificación de cada uno de los equipos intervenidos a las hojas de vida.	**Area de gestión metrológica**	**Inmediato**
Socialización de informes de servicios de calificación con los referentes técnicos LDSP.	**Area de gestión metrológica**	**Mayo 2026**


EVIDENCIAS

1. **Enlace de acceso a informes de servicio.**

https://drive.google.com/drive/folders/1pufhtYd7qq0-uYyQJSHca-nFdtxN2RuQ?usp=drive_link



2. Evidencia fotográfica durante la realización de los servicios de calificacion



ASISTENTES
Aprobado por: CARLOS ANDRES CARMONA PATIÑO Líder Laboratorio de salud pública Departamental **Revisado por ELSY SIBAJA ALEAN** Profesional universitario – Coordinadora grupo LDSP Laboratorio de salud pública Departamental **Proyectado por. MANUEL VASQUEZ CARMONA** Profesional de apoyo a la gestión metrológica