Bogotá; 19 de diciembre 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
ATT. Carlos Eduardo Rodriguez
Supervisor Contrato
Cundinamarca – Colombia

REF: Certificado Calibración antenas del GPR Proex Mala

Fig. 2. Antena 800 MHz





Fig. 2. Antena 100 Mhz



Agradecemos su atención.

Vlady R.

Cordialmente: Vladimir Rodríguez
Soporte Técnico
Sandox Científica Ltda.

SANDOX CIENTÍFICA LTDA
CRA. 47A No. 93-45 – TEL. 533 4949 – 610 2385 - BOGOTA D.C. –
E-mail: soportetecnico@sandoxcientifica.com| www.sandoxcientifica.com

SANDOX® CIENTÍFICA
Equipos y Servicios para Geociencias e Ingeniería
Cra. 47 A No 93 – 45 Bogotá-Colombia
Tels.: (+571) 5334949 | (+571) 6102385

Certificado de calibración

Cliente	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Equipo/Modelo	Terrameter LS S/N 24068004
Fecha de calibración	19-12-2025
Temperatura ambiente	20 +/-2
Equipo de testeo	Multímetro Fluke 115 S/N 9302010
Método de calibración	Los canales de entrada están calibrados a diferentes voltajes. Estos voltajes son medidos usando como referencia el multímetro Fluke. El transmisor de corriente esta calibrado a diferentes corrientes. La corriente se emite usando el Terrameter LS 2 y se mide con el multímetro Fluke como referencia
Documento Nº	LS2-24068010-Rev-1

Ingeniero: Vladimir Rodríguez

Fecha: diciembre 19 2025

Firma

Vladimir Rodriguez

Representantes Exclusivos
SANDOX CIENTIFICA LTDA.
TEL. 533 49 49 - FAX: 610 23 85
BOGOTA
sandox@col.net.co

Este documento lo expedimos en calidad de representantes exclusivos de Guideline Geo Para Colombia

depto.comercial@sandoxcientifica.com | www.sandoxcientifica.com