

INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026: A PRESENTAR PROPUESTA PARA CELEBRAR CONTRATO DE SUMINISTRO CON LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS.						
4 EXPERIENCIA						
4	EXPERIENCIA DEL PROponente	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.	HOSPITÉCNICA S.A.S.	ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	DRAEGER COLOMBIA S.A.	
A	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
B	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	
JACKSON PELAEZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS EVALUACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA Sara Lucía Espinosa Estrada SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA APOYO AL COMPONENTE ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA						
YENY ALEXANDRA GARCIA LOZANO - ABOGADA CONTRATISTA RECURSOS FÍSICOS APOYO AL COMPONENTE ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA						

NOTA: EL OFERENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S. NO SOPORTA EL NUMERAL 4 EN LOS LITERALES A Y B, CORRESPONDIENTES A EXPERIENCIA GENERAL Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA, DEBERÀ SUBSANAR.

1

1

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
27	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
32	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
45	MANGA DE PUERTO IRIS	INCUBADORA	DRAGER	ISOLETTE 8000	2019EBC-0 002880-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Número de registro sanitario INVIMA aportado no ampara el modelo ISOLETTE 8000. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
52	SENSOR DE PIEL	INCUBADORA	DRAGER	ISOLETTE 8000	2020EBC-0 005197-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
62	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
67	CABLE INTERFAZ SENSOR DE FLUJO	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	EVITA V300 / VN500	2020EBC - 0021716	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
68	SENSOR DE FLUJO NEONATAL	VENTILADOR MECANICO	DRAGER	EVITA VN500	2019EBC-0003277-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Número de registro sanitario INVIMA aportado no ampara el modelo EVITA VN500. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBL E CON TODAS LAS MARCAS	-	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO MEDIANO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBL E CON TODAS LAS MARCAS	-	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO GRANDE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBL E CON TODAS LAS MARCAS	-	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.
90	BOMBA NIPB	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda.

NOTA GENERAL: LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZÓ CONFORME AL FORMATO NÚMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR LOS ITEMS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.

NOTA 1: EL PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A. NO SE ENCUENTRA HABIL PARA NINGUNO DE LOS ITEMS OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. SE PRECISA QUE LOS ITEMS DEMARCADOS CON "X" CORRESPONDEN A ASPECTOS DE CARÁCTER SUBSANABLE, POR LO CUAL EL PROPONENTE PODRÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO DEL PROCESO.



JACKSON PELÁEZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS



SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA

COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
7	CABLE 5 LEADS	BTL 08 HOLTER	BTL	BTL 08	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
17	VÁLVULA ESPIRATORIA	VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
18	VALVULA ESPIRATORIA	VENTILADOR MECANIGO DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
20	VÁLVULA ESPIRATORIA	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	GRAPHNET TS	NO CORRESPONDE	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia. Número de registro sanitario enviado tiene como observación que "...ampara accesorios y repuestos exclusivos de los modelos y/o referencias: BRINA BRINA NEO", por tanto no corresponde con el modelo del equipo.
22	EMPAQUE ARANDELA DE YUGO	REGULADOR DE OXIGENO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
23	BRAZALETES DOBLE VÍA PEDIÁTRICO 13.8-21.5cm	TENSIÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO VERIFICABLE	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia. Número de registro sanitario aportado no produce ningún resultado de búsqueda en la página de consulta de INVIMA, por tanto, no es posible confirmar su existencia, vigencia y concordancia.
24	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO 27.5-36.5cm.	TENSIÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO VERIFICABLE	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia. Número de registro sanitario aportado no produce ningún resultado de búsqueda en la página de consulta de INVIMA, por tanto, no es posible confirmar su existencia, vigencia y concordancia.
25	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO EXTRA LARGE 35.5-46cm	TENSIÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO VERIFICABLE	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia. Número de registro sanitario aportado no produce ningún resultado de búsqueda en la página de consulta de INVIMA, por tanto, no es posible confirmar su existencia, vigencia y concordancia.


ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
26	PERA CON VÁLVULA METALICA	TENSIONMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2019DM-0019975	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
27	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
28	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BIOLIGHT	M8000A	2020DM-0021151	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		X	Aporta número de registro sanitario INVIMA. Sin embargo ficha técnica no corresponde, información de compatibilidad no indica que sea para el modelo M8000A y en imagen de referencia se evidencia que el conector no es acorde al del equipo.
29	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"			X	Aporta número de registro sanitario INVIMA, y ficha técnica con imágenes de referencia en concordancia. Sin embargo, la información de compatibilidad no indica específicamente que sea para los modelos IMEC 12 / UMEC 10.
30	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80 / STAR8000+	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca COMEN. Ficha técnica no corresponde, información de compatibilidad no indica que sea para los modelos C80 / STAR8000+ y en imagen de referencia se evidencia que el conector no es acorde al del equipo.
31	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"			X	Aporta número de registro sanitario INVIMA, y ficha técnica con imágenes de referencia en concordancia. Sin embargo, la información de compatibilidad no indica específicamente que sea para los modelos IMEC 12 / UMEC 10.
32	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
33	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80 / STAR8000+	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE		X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca COMEN. Ficha técnica no corresponde, información de compatibilidad no indica que sea para los modelos C80 / STAR8000+ y en imagen de referencia se evidencia que el conector no es acorde al del equipo.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
34	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BIOLIGHT	M8000A	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"			X	Aporta número de registro sanitario INVIMA, y ficha técnica con imágenes de referencia en concordancia. Sin embargo, la información de compatibilidad no indica específicamente que sea para el modelo M8000A.
35	TARJETA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN	MONITOR FETAL	EDAN	F6	2019EBC-0020636	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
48	CABLE 10 LEADS	ELECTROCARDÍOGRAFO	EDAN	SE-3 / SE-301	2021DM-0024182	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"			X	Aporta número de registro sanitario INVIMA, y ficha técnica con imagen de referencia. Sin embargo, la información de compatibilidad no corresponde a lo ofertado.
50	SENSOR TRONCAL SPO2 PEDIÁTRICO TIPO NELLCOR	PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	2020DM-0021151	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
51	BOMBILLO 3900	OFTALMOSCOPIO / OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
54	SENSOR DE PIEL	INCUBADORA	NINGBO DAVID	TI-2000	NO CORRESPONDE	NO APORTA	NO APORTA		X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca NINGBO DAVID. No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
55	SENSOR DE PIEL	INCUBADORA	NINGBO DAVID	YP-90	NO CORRESPONDE	NO APORTA	NO APORTA		X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca NINGBO DAVID. No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
56	SENSOR DE TEMPERATURA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2020DM-0021156	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
59	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA SUCCIÓN/ FILTRO HIDROFÓBICO	ASPIRADORE DE SECRECIÓN	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2021DM-0023809	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA RENDONDA PARA CO2 MODULO CON AGENTES ANESTESICOS	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
61	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
62	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
63	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80 / STAR8000+	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
64	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BIOLIGHT	M8000A	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
70	ELECTRODO DE SUCCIÓN PEDIÁTRICO	ELECTROCARDIOGRA FO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
71	ELECTRODO CLAMP ADULTO	ELECTROCARDIOGRA FO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
72	ELECTRODO CLAMP PEDIÁTRICO	ELECTROCARDÍOGRA FO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
73	ELECTRODO SUCCIÓN ADULTO	ELECTROCARDÍOGRA FO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
74	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE AISLADO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	2019EBC-0003405-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
76	BOMBILLO 04900-LED	OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
77	BOMBILLO 06500-LED	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
78	BOMBILLOS WA HPX 060	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
79	BOMBILLO REF. 03400	EQUIPOS DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO MEDIANO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO GRANDE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
83	BOMBILLO REF. 03100	EQUIPOS DE ORGANOS	WELCH ALLYN		NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
84	BOMBILLO REF. 03700	EQUIPOS DE ORGANOS	WELCH ALLYN		NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
85	TRANSDUCTOR TOCO (6 PINES-UNA GUIA)	MONITOR FETAL	EDAN	F6/F3	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
87	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO (6 PINES-DOS GUIAS)	MONITOR FETAL	EDAN	F3	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
91	MARCADOR DE EVENTOS	MONITOR FETAL	EDAN	F6/F3	NO APLICA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
95	CELDA DE OXIGENO	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	GRAPHNET TS	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
NOTA GENERAL: LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZÓ CONFORME AL FORMATO NÚMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR LOS ÍTEMS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.										
NOTA 1: EL PROPONENTE ELECTROMEDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S. SE ENCUENTRA HÁBIL TÉCNICAMENTE PARA LOS ÍTEMS 27 Y 32 OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.										
NOTA 2: EL PROPONENTE ELECTROMEDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S. NO SE ENCUENTRA HÁBIL PARA LOS DEMAS ÍTEMS OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. SE PRECISA QUE LOS ÍTEMS DEMARCADOS CON "X" CORRESPONDEN A ASPECTOS DE CARÁCTER SUBSANABLE, POR LO CUAL EL PROPONENTE PODRÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO DEL PROCESO.										
 										
JACKSON PELAEZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS					SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA					
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO					APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO					

‘

‘

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE TÉCNICA ELECROMEDICA

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	BATERÍA	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
2	BATERÍA	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
3	BATERÍA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
4	BATERÍA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
5	BOMBA NIBP (12V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
6	BOMBA NIBP (6V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
8	ELECTROVÁLVUL A DUAL (12V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
9	ELECTROVÁLVUL A DUAL (6V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10/ UMEC 12	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE TÉCNICA ELECTROMEDICA

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FECHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
15	MÓDULO DE CAPNOGRAFIA	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
16	PANTALLA PARA MONITORES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
21	TARJETA DE CONTROL TACTIL	LAMPARA CIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
24	BRAZALETES DOBLE VIA	TENSIOMETROS	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	ADULTO	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
29	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12/ UMEC10	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
37	OLVIAS DE ROSCA	FONENDOSCOPIA	LITTMAN, SECA, WELCH ALLYN, ESTANDAR		NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
43	BAATERIA DE LITIO	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
56	SENSOR DE TEMPERATURA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12/ UMEC 10	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
57	SENSOR DE TEMPERATURA	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	ADVANCE	A4051	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA REDONDA CO2	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
61	CABLE ECG	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12/ UMEC10	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN


ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
66	SENSOR DE FLUJO	VENTILADOR MECANICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
69	BATERIAL 11.1 V 4500 mAh	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW TS	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
70	ELECTRODOS DE SUCCION	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
71	ELECTRODO CLAMP	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	ADULTO	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
72	ELECTRODO CLAMP	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
73	ELECTRODO DE SUCCION	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	ADULTO	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
81	BRAZALETE UNA VIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO MEDIANO	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN
82	BRAZALETE UNA VIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO GRANDE	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR NO ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE TÉCNICA ELECTROMEDICA




ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
86	CABLE ELECTRODOS PARA PRUEBA DE DESFIBRILACION	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH D3/D6	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
92	TRANSDUCTOR TOC 4 PINES 1 GUIA	MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN
93	TRANSDUCTOR TOC 5 PINES 1 GUIA	MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	NO ADJUNTAN NUMERO DE REGISTRO INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A EL ITEM	NO ADJUNTAN		X	EL PROVEEDOR ADJUNTA DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

NOTA GENERAL: LA EVALUACION TECNICA SE REALIZO CONFORME AL FORMATO NUMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR LOS ITEMS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.


NOTA 1: EL PROPONENTE TECNICA ELECTROMEDICA S.A.S. NO SE ENCUENTRA HABIL TECNICAMENTE PARA NINGUN ITEM. SE PRECISA QUE LOS ITEMS DEMARCADOS CON "X" CORRESPONDEN A ASPECTOS DE CARACTER SUBSANABLE, POR LO CUAL EL PROPONENTE PODRA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO DEL PROCESO.

 JACKSON PELÁEZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS	Sara Iruja Espinosa Estrada SARA IRUJA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO	APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO








EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3	DESFIBRILADOR	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS DESFIBRILADORES MINDRAY BENEHEART D3 DE LAS SERIES EZ Y EL.
2	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6	DESFIBRILADOR	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS DESFIBRILADORES MINDRAY BENEHEART D6 SERIES DH Y DG.
3	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12.
4	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NI IMAGEN DE REFERENCIA DEL REPUESTO OFERTADO.
23	BRAZALETES DOBLE VÍA PEDIÁTRICO 13.8-21.5cm	TENSIOMETRO	2022DM-0008709-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NI IMAGEN DE REFERENCIA DEL REPUESTO OFERTADO.




EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
24	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO 27.5-36.5cm.	TENSIOMETRO	2022DM-0008709-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NI IMAGEN DE REFERENCIA DEL REPUESTO OFERTADO.
25	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO EXTRA LARGE 35.5-46cm	TENSIOMETRO	2022DM-0008709-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NI IMAGEN DE REFERENCIA DEL REPUESTO OFERTADO.
26	PERA PARA TENSIOMETRO CON VALVULA METALICA	TENSIOMETRO	2021DM-0024553	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA PERA NEUMÁTICA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
27	SENSOR SPO2 NEONATAL DRAGUER VISTA 120S	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
28	SENSOR SPO2 NEONATAL BIOLIGHT MB000A	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
29	SENSOR SPO2 NEONATAL MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
30	SENSOR SPO2 NEONATAL COMEN C80 / STAR8000+	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
31	SENSOR SPO2 ADULTO MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.




EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
32	SENSOR SPO2 ADULTO DRAGUER VISTA 120S	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
33	SENSOR SPO2 ADULTO COMEN C80 / STAR8000+	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
34	SENSOR SPO2 ADULTO BIOLIGHT M8000A	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
41	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3	ELECTROCARDIOGRAFO	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
42	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO CAREWELL 1103L	ELECTROCARDIOGRAFO	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
43	BATERÍA ION DE LITIO MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	MAQUINA DE ANESTESIA	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
46	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS ATOM	INCUBADORA NEONATAL	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
48	CABLE 10 LEADS EKG EDAN	ELECTROCARDIOGRAFO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.




EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
49	CABLE 10 LEAD EKG UNIVERSAL (CAREWELL, MEDIANA)	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
50	SENSOR TRONCAL SPO2 PEDIÁTRICO PARA PULSIOXÍMETRO EDAN HI100B TIPO NELLCOR	PULSIOXÍMETRO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
52	SENSOR DE PIEL INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000	INCUBADORA NEONATAL	2019DM-0019686	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
54	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID TI-2000	INCUBADORA NEONATAL	2019DM-0019686	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
55	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID YP-90	INCUBADORA NEONATAL	2019DM-0019686	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
56	SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0019686	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
57	SENSOR DE TEMPERATURA LÁMPARA DE CALOR RADIANTE ADVANCE A4051	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	2019DM-0019686	NO APORTA FICHA TÉCNICA ARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.



EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
58	CABLE INTERFAZ PARA ELECTROBISTURÍ MARCA WEM	ELECTROBISTURÍ	2019EBC-0020514	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
59	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA SUCCIÓN / FILTRO HIDROFÓBICO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2020DM-0022585	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA RENDONDA PARA CO2 MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 65 MODULO CON AGENTES ANESTÉSICOS	MÁQUINA DE ANESTESIA	2023EBC-0026515	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
61	CABLE ECG MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10 TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ÁRA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
62	CABLE ECG MONITOR DRAGER VISTA 120S TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ÁRA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
63	CABLE ECG MONITOR COMEN C80 / STAR8000+ TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ÁRA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
64	CABLE ECG MONITOR BIOLIGHT M8000A TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA ÁRA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
69	BATERÍA 11.1 V 4500 mAh PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW TS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA ÁRA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
70	ELECTRODO DE SUCCIÓN PEDIÁTRICO PARA ECG	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
71	ELECTRODO CLAMP ADULTO	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
72	ELECTRODO CLAMP PEDIÁTRICO	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
73	ELECTRODO SUCCIÓN ADULTO	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
75	BATERIA ION DE LITIO PARA MONITOR DRAGER VISTA 120S 14.8V 5000mAh (2606229)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2022DM-0008709-R1	NO APORTA FICHA TÉCNICA	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO MEDIANO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL BRAZALETE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS


ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIATRICO GRANDE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL BRAZALETE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
85	TRANSDUCTOR TOCO MONITOR FETAL EDAN F6/F3 (6 PINES-UNA GUÍA)	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
87	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES DOS GUÍAS)	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	NO APORTA FICHA TÉCNICA	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS
91	MARCADOR DE EVENTOS PARA MONITOR FETAL F3/F6	MONITOR FETAL	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL TRANSDUCTOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
92	TRANSDUCTOR TOCO 4 PINES 1 GUÍA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL TRANSDUCTOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.



EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
93	TRANSDUCTOR US 5 PINES 1 GUIA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	NO APORTA FICHA TÉCNICA	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS EL OFERENTE APORTA FICHA TÉCNICA DE UNA CELDA DE OXIGENO, SIN EMBARGO NO SE ESPECIFICA NI SE EVIDENCIA LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO PARA EL CUAL SE REQUIERE EL REPUESTO.
94	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO AEONMED VG70	VENTILADOR MECÁNICO	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	
95	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT GRAPHNET TS	VENTILADOR MECÁNICO	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL OFERENTE APORTA FICHA TÉCNICA DE UNA CELDA DE OXIGENO, SIN EMBARGO NO SE ESPECIFICA NI SE EVIDENCIA LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO PARA EL CUAL SE REQUIERE EL REPUESTO.

NOTA GENERAL: LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZÓ CONFORME AL FORMATO NÚMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR LOS ÍTEMS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.

NOTA 1: EL PROPONENTE HOSPITÉCNICA S.A.S. SE ENCUENTRA HABIL TÉCNICAMENTE PARA LOS ÍTEMS 1,2,3,26,29,30,31,33,41,48,49,50,56,58,59,60,70,71,72,73,81,82,85,91 Y 92. OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. LOS DEMÁS ÍTEMS OFERTADOS DEBERÁN SER SUBSANADOS PRESENTANDO LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.

 JACKSON PÉREZ PÉREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS		Sara Lucía Espinosa Estrada
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO		APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

COMPONENTE ECONÓMICO		
BTL Colombia S.A.S con Nit 900.397.663-1		
ÍTEM	VALOR PROMEDIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD	VALOR UNITARIO OFERTADO BLT + IVA
7	\$ 880.023	\$ 4.400.025
NOTA 1: SE RECHAZA LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL OFERENTE BTL Colombia S.A.S PARA EL ITEM 7, DEBIDO A QUE EL ÍTEM SUPERA EL VALOR PORMEDIO UNITARIO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. REQUISITO NO SUBSANBLE		
NOTA 2: LA EVALUACIÓN ECONOMICA DE LOS OTROS OFERENTES SE REALIZARÁ UNA VEZ SE AGOTE LA ETAPA DE SUBSANCIÓN REQUERIDA POR LA ENTIDAD		
 JACKSON PELÁEZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS		
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA		
 SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA		
APOYO AL COMPONENTE ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA		
 YENY ALEXANDRA GARCIA LOZANO - ABOGADA CONTRATISTA RECURSOS FISICOS		
APOYO AL COMPONENTE ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA		



Oficina Jurídica <contratacionhospitalquindio@gmail.com>

EVALUACION DE PROPUESTAS INVITACION 0085 (REPUESTOS)

4 mensajes

OFICINA JURIDICA <contratacionhospitalquindio@gmail.com>
16 de abril de 2026 a las 15:50
Para: Carlos Andres Salinas <comercial1@electromedica.com.co>, comercial3@electromedica.com.co, Manuela Alvarez Isaza <manuela.alvarez@tecnicaelectromedica.com>, Sandra Milena Duque Rodelo <medellin@hospitecnica.com.co>, ayalaa@btlnet.com, bonillaa@btlnet.com, "Otalvaro, Diana" <diana.otalvaro@draeger.com>, yenyhospitalquindio@gmail.com, Recursos Fisicos Hospital <recursosfisicos@hospitalquindio.gov.co>, Ingeniería Biomédica Hospital <ingenierabiomedica@hospitalquindio.gov.co>, carlos bautista valencia <carlosbautistavalencia@outlook.es>

Cordial saludo,

Remito traslado de evaluaciones para su conocimiento y fines pertinentes .

Atentamente,



UNIVERSITARIO DEL QUINDIO
SAN JUAN
DE DIOS

José Alvaro Arce Pimentel
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Ext.: 239

2 adjuntos

INFORME DE EVALUACION JURIDICO20260416_10233721.pdf 301K

INFORME DE EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y EXPERIENCIA.pdf 2315K

Mail Delivery Subsystem <maler-daemon@googlemail.com>
Para: contratacionhospitalquindio@gmail.com

Address not found

Your message wasn't delivered to **bonillaa@btlnet.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

LEARN MORE

The response was:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser>

Final-Recipient: rfc822; bonillaa@btlnet.com
Action: failed
Status: 5.1.3
Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser>
Last-Attempt-Date: Thu, 16 Apr 2026 13:50:53 -0700 (PDT)

noname 8K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: contratacionhospitalkindio@gmail.com

16 de abril de 2026 a las 15:51

La bandeja de entrada del destinatario está llena




El mensaje no se ha podido enviar a **comercial1@electromedica.com.co**. Puede que su bandeja de entrada esté llena o que esté recibiendo demasiados mensajes ahora mismo.

Esta es la respuesta del servidor remoto:

550 Mailbox is full / Blocks limit exceeded / Inode limit exceeded

Final-Recipient: rfc822; comercial1@electromedica.com.co
Action: failed
Status: 5.7.0
Remote-MTA: dns; mail.electromedica.com.co. (162.241.123.44, the server for the domain electromedica.com.co.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 Mailbox is full / Blocks limit exceeded / Inode limit exceeded
Last-Attempt-Date: Thu, 16 Apr 2026 13:51:02 -0700 (PDT)



5K

noname

OFICINA JURIDICA <contratacionhospitalkindio@gmail.com>
Para: montesn@btlnet.com

Atentamente,



UNIVERSITARIO DEL QUINDIO
SAN JUAN
DE DIOS

José Alvaro Arce Pimentel
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora Jurídica
Ext.: 239

2 adjuntos

INFORME DE EVALUACION JURIDICO20260416_10233721.pdf 301K

INFORME DE EVALUACION TECNICA, ECONOMICA Y EXPERIENCIA.pdf 2315K

[El texto citado está oculto]

1

2

VERIFICACION DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES			
			PROPONENTE
		DRAEGER COLOMBIA SA	CUMPLE / NO CUMPLE
		TECNICA ELECTROMEDICA SA	CUMPLE / NO CUMPLE
		ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	CUMPLE / NO CUMPLE
12	ITE M	CRITERIO	Capacidad Jurídica
			De conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Contratación de la E.S.E., podrán participar todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, consideradas legalmente capaces por la normatividad vigente, también las sociedades, consorcios y uniones temporales, quienes deberán demostrar su capacidad legal, habilidad, compatibilidad para contratar, y acreditar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) año más, al tenor de las disposiciones vigentes sobre la materia y cuyo objeto social o actividad económica, comprenda la realización de actividades directamente relacionadas con el objeto del contrato. En caso de consorcios y uniones temporales el objeto social o comercial de cada una de las personas que lo integran deberá cumplir con tal requisito.
			CUMPLE
			CUMPLE
			CUMPLE


Con el fin de continuar con el trámite establecido en el cronograma de la invitación directa No. 0085 del 09 DE ABRIL DE 2026, se procede a realizar la verificación de los requisitos habilitantes jurídicos a subsanar de las propuestas presentadas, así:

ITEM	PROPONENTE	NIT
1	DRAEGER COLOMBIA SA	900194910-4
2	TECNICA ELECTROMEDICA SA	830004892-2
3	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	900585549-6
4	HOSPITECNICA S.A.S.	830131869-6
5	BTL COLOMBIA S.A.S	900397663-1

De lo anterior, se presentaron los siguientes oferentes, así:

OBJETO "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS."

INVITACION DIRECTA No. 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES A SUBSANAR

	
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN INVITACIÓN DIRECTA	JURÍDICA
Página: 1 de 5 Código: JU-FO-34 Versión: 01 Vigente a partir de: Mayo 24 de 2019	

I.	Existencia y representación legal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
II.	Persona Natural - Registro Mercantil	N/A	N/A	N/A
III.	Consortio o Unión Temporal	N/A	N/A	N/A
IV.	Situaciones de inhabilidad e incompatibilidad	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
V.	Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VI.	Multas y declaraciones de incumplimiento contractual	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VII.	Compromiso anticorrupción	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
VIII.	Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
IX.	Garantía de seriedad de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONTENIDO DE LA OFERTA				
a)	Formato único hoja de vida de la función pública (persona jurídica).	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
b)	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona jurídica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Libreta Militar (Artículo 20 de la Ley 1780 de 2016 los hombres deben tener definida su situación militar)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Certificado de Registro Único Tributario RUT expedido por la DIAN. Vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Declaración de renta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f)	Consulta de estado de multas en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RMMC (https://Srvpsi.Policia.Gov.Co/Psc/Frm_Cnp_Consulta.aspx) del representante legal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g)	Certificado de Antecedentes - Procuraduría General de la Nación (Vigencia no mayor a 3 meses) de la persona jurídica y el representante legal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	Certificado de Antecedentes Fiscales - Contraloría General	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

A)	EXPERIENCIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	EXPERIENCIA		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i)	Certificado de inhabilidades (Delitos Sexuales www.inhabilidades.policia.gov.co)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k)	Certificado de Registro de deudores alimentarios morosos (www.redam.gov.co)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j)	Declaración juramentada de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para celebrar contratos con Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios firmada por el representante legal de la persona jurídica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
i)	Certificado de Antecedentes Judiciales - Policía Nacional de Colombia (vigencia no mayor a 3 meses) del representante legal.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	de la República (vigencia no mayor a 3 meses) de la persona jurídica y el representante legal.				

i)	Certificado de Antecedentes Judiciales - Policía Nacional de Colombia (vigencia	CUMPLE	RECHAZADO
h)	Certificado de Antecedentes Fiscales - Contraloría General de la República (vigencia no mayor a 3 meses) de la persona jurídica y el representante legal.	CUMPLE	RECHAZADO
g)	Certificado de Antecedentes - Procuraduría General de la Nación (vigencia no mayor a 3 meses) de la persona jurídica y el representante legal.	CUMPLE	RECHAZADO
f)	Consulta de estado de multas en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (https://Srvpsi.Policia.Gov.Co/Psc/Frm_Cnp_Consulta.aspx) del representante legal.	CUMPLE	RECHAZADO
e)	Declaración de renta	CUMPLE	RECHAZADO
d)	Certificado de Registro Único Tributario RUT expedido por la DIAN. Vigente.	CUMPLE	RECHAZADO
c)	Libreta Militar (Artículo 20 de la Ley 1780 de 2016 los hombres deben tener definida su situación militar)	CUMPLE	RECHAZADO
b)	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona jurídica.	CUMPLE	RECHAZADO
a)	Formato único hoja de vida de la función pública (persona jurídica).	CUMPLE	RECHAZADO
X.	CONTENIDO DE LA OFERTA		
IX.	Garantía de seriedad de la oferta	CUMPLE	RECHAZADO
VIII.	Carta de presentación de la propuesta	CUMPLE	RECHAZADO
VII.	Compromiso anticorrupción	CUMPLE	RECHAZADO
VI.	Multas y declaratorias de incumplimiento contractual	CUMPLE	RECHAZADO
V.	Cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social.	CUMPLE	RECHAZADO
IV.	Situaciones de inhabilidad e incompatibilidad	CUMPLE	RECHAZADO
III.	Consortio o Unión Temporal	N/A	RECHAZADO
II.	Persona Natural - Registro Mercantil	N/A	RECHAZADO
I.	Existencia y representación legal	CUMPLE	RECHAZADO

JOSE ALVARO ARCE PIMENTEL
Jefe Oficina Asesora Juridica


CARLOS ANDRÉS BAUTISTA VALENCIA
Abogado Contarista Oficina Jurídica

Para constancia, se firma por el comité evaluador jurídico el veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

- El proponente **DRAEGER COLOMBIA SA. NIT. 900194910-4, CUMPLE** con la totalidad de los mismos, por lo tanto, se encuentra habilitado desde el componente jurídico para calificar la oferta.
- El proponente **TECNICA ELECTROMEDICA SA. NIT. 830004892-2, CUMPLE** con la totalidad de los mismos, por lo tanto, se encuentra habilitado desde el componente jurídico para calificar la oferta.
- El proponente **ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS. NIT. 900585549-6, CUMPLE** con la totalidad de los mismos, por lo tanto, se encuentra habilitado desde el componente jurídico para calificar la oferta.
- El proponente **HOSPITECNICA S.A.S. NIT. 830.131.869-6, CUMPLE** con la totalidad de los mismos, por lo tanto, se encuentra habilitado desde el componente jurídico para calificar la oferta.
- El proponente **BTL COLOMBIA S.A.S. NIT 900397663-1, se encuentra RECHAZADO** al incurrir en la siguiente causal de rechazo "Cuando el precio unitario ofertado de cualquier ítem, supere el valor tope unitario señalado por la entidad (valor promedio unitario establecido por la Entidad), será causal de rechazo de la propuesta".

Conforme a la presente verificación de requisitos jurídicos habilitantes, se pudo constatar que:

		no mayor a 3 meses) del representante legal.			
j)	Declaración juramentada de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para celebrar contratos con Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios firmada por el representante legal de la persona jurídica.	Certificado de Registro de deudores alimentarios morosos (www.redam.gov.co)		CUMPLE	RECHAZADO
k)				CUMPLE	RECHAZADO
l)	Certificado de inhabilidades (Delitos Sexuales www.inhabilidades.policia.gov.co).			CUMPLE	RECHAZADO
EXPERIENCIA					
A)	EXPERIENCIA GENERAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO			CUMPLE	RECHAZADO

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO	VERIFICACION DE REQUISITOS	JURÍDICA	Mayo 24 de 2019 Vigente a partir de:
	HABILITANTES Y EVALUACIÓN		
	INVITACIÓN DIRECTA		
	Código: JU-FO-34 Versión: 01		
Página: 5 de 5			

‘

‘

	
MEMORANDO	
GESTION DOCUMENTAL	
Página 1 de 1	Código: GD-FO-03
Versión: 03	
Vigente a partir de: Julio 18 del 2024	

202601720002745
Al contestar por favor cite estos datos:
Memorando No. 202601720002745
Fecha: 20 abril 2026


Armenia Q.

Para: OFICINA JURIDICA

De: OFICINA DE RECURSOS FISICOS

Asunto: INFORME FINAL DENTRO DE LA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DE 09 ABRIL DE 2026.

Por medio de la presente me permito remitir Informe final y Calificación dentro de la Invitación Directa No. 0085 del 09 de abril de 2026 A PRESENTAR PROPUESTA PARA CELEBRAR CONTRATO DE SUMINISTRO CON LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS.

Cordialmente,

JACKSON PÉREZ PÉREZ
P.E. Recursos Físicos
Anexo: 19 folios
Elaboró: Jonathan Vargas Auxiliar administrativo


‘

‘


INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026: A PRESENTAR PROPUESTA PARA CELEBRAR CONTRATO DE SUMINISTRO CON LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS.

4 EXPERIENCIA - INFORME FINAL

4	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.	HOSPITÉCNICA S.A.S.	ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	DRAEGER COLOMBIA S.A.
A	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




JACKSON DELACRUZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS
EVALUACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO, ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA





~~SARA LUCIA ESPINOSA E.~~
SARA LUCIA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA
APOYO AL COMPONENTE ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA


YENY ALEXANDRA GARCIA LOZANO - ABOGADA CONTRATISTA RECURSOS FISICOS
APOYO AL COMPONENTE ECONÓMICO Y DE EXPERIENCIA

NOTA: EL OFERENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S. SUBSANO EN DEBIDA FORMA


EVALUACION FINAL - EVALUACION TECNICA INVITACION DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO
REPUESTOS BIOMEDICA - PROPONENTE TECNICA ELECTROMEDICA

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	BATERIA	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	2020EBC-0005463-R1	ADJUNTA DOCUMENTOS: "1. BATERIA D3 SERIES EL Y EZ CON REFERENCIA 115-049328-00		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS DESFIBRILADORES MINDRAY BENEHEART D3 DE LAS SERIES EZ Y EL.
2	BATERIA	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D6	2020EBC-0005463-R1	ADJUNTA DOCUMENTO PARA BATERIA SERIES DH-DG		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA EL DESFIBRILADO MINDRAY D6 SERIES DH-DG
3	BATERIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	2019EBC-0003486-R1	ADJUNTAN DOCUMENTACION TECNICA PARA BATERIA CON REFERENCIA 115-018014-00		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA EL DESFIBRILADO MINDRAY D6 SERIES DH-DG
4	BATERIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	2016EBC-0014448	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA BATERIA		X		EL REGISTRO INVIMA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RENOVACIÓN, SIN EMBARGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACIONES DE BATERIA PARA EL MONITOR MINDRAY UMEC10
5	BOMBA NIBP (12V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	2016EBC-0014448	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA BOMBA NIBP (12V)		X		EL REGISTRO INVIMA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RENOVACIÓN, SIN EMBARGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA NIBP PARA EL MONITOR MINDRAY UMEC12
6	BOMBA NIBP (6V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10	2016EBC-0014448	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA BOMBA NIBP (6V)		X		EL REGISTRO INVIMA SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RENOVACIÓN, SIN EMBARGO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACIONES DE BOMBA NIBP PARA EL MONITOR MINDRAY UMEC10

EVALUACIÓN FINAL - EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE TÉCNICA ELECTROMEDICA										
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
8	ELECTROVÁLVULA DUAL (12V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	2019EBC-0003486-R1	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA ELECTROVALVULA DUAL (12V)		X		LA ELECTROVALVULA CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS.
9	ELECTROVÁLVULA DUAL (6V)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	UMEC 10/ UMEC 12	2016EBC-0014448	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA ELECTROVALVULA DUAL (6V)		X		LA ELECTROVALVULA CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS.
15	MÓDULO DE CAPNOGRAFIA	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	2020EBC-0003730-R1	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA MÓDULO DE CAPNOGRAFIA		X		EL MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS.
16	PANTALLA PARA MONITORES	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12	2019EBC-0003486-R1	ADJUNTA DOCUMENTACION PARA PANTALLA DE MONITORES		X		LA PANTALLA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12.
21	TARJETA DE CONTROL TACTIL	LAMPARA CIELITICA	MINDRAY	HYLED 760	2017DM-0015776	ADJUNTA DOCUMENTACION PARA TARJETA DE CONTROL TACTIL		X		LA TARETA DE CONTROL TACTIL CUMPLE CON LA DOCUMENTACION PARAPARA ESPECIFICACION PARAPARA LAS LAMPARAS CIELITICAS MINDRAY


EVALUACION FINAL - EVALUACION TECNICA INVITACION DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO
REPUESTOS BIOMEDICA - PROPONENTE TECNICA ELECTROMEDICA

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
24	BRAZALETES DOBLE VIA	TENSIOGESTROS	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	ADULTO	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL ÍTEM.
29	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12/ UMEC10	2019EBC-0003486-R1	ADJUNTA DOCUMENTACION DE SENSOR DE SPO2 NEONATAL		X		EL SENSOR DE SPO2 CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY
37	OLVIAS DE ROSCA	FONENDOSCOPIA	LITTMAN, SECA, WELCH ALLYN, ESTANDAR		NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL ÍTEM.
43	BATERIA DE LITIO	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX-65	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL ÍTEM.
56	SENSOR DE TEMPERATURA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC12/ UMEC 10	2019EBC-0003486-R1	ADJUNTA DOCUMENTACION PARA SENSOR DE TEMPERATURA		X		EL SENSOR DE TEMPERATURAS CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION PARA EL MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY
57	SENSOR DE TEMPERATURA	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	ADVANCE	A4051	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL ÍTEM.

EVALUACIÓN FINAL - EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE TÉCNICA ELECTROMEDICA										
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA REDONDA CO2	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	2019EBC-0003486- R1	ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA PARA TRAMPA DE AGUA CABEZA REDONDA CO2			X	REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA APORTADO CORRESPONDE A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES, EL CUAL INCLUYE MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA; SIN EMBARGO, NO SE EVIDENCIA QUE AMPARE LA COMERCIALIZACIÓN DEL MÓDULO DE CAPNOGRAFÍA COMO REPUESTO INDEPENDIENTE PARA MÁQUINA DE ANESTESIA
61	CABLE ECG	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12/ UMEC10	NO ADJUNTA INVIMA	ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA PARA CABLE ECG			X	NO ADJUNTA INVIMA PARA EL ÍTEM OFERTADO.
66	SENSOR DE FLUJO	VENTILADOR MECANICO	MINDRAY	SYNOVENT E3	NO ADJUNTA INVIMA	ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA RELACIONADA AL ÍTEM		X		EL PROVEEDOR OFERTA EL ÍTEM Y PRESENTA TODA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.
69	BATERIAL 11.1 V 4500 mAh	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	BENEVIEW TS	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA RELACIONADA AL ÍTEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL ÍTEM.
70	ELECTRODOS DE SUCCION	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO	2016DM-0015417	ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA PARA CABLE ECG		X		LOS ELECTRODOS DE SUCCION PEDIATRICO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION COMPATIBLE PARA TODAS LAS MARCAS
71	ELECTRODO CLAMP	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	ADULTO	2016DM-0015417	ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA PARA CABLE ECG		X		LOS ELECTRODOS CLAMP PEDIATRICO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION COMPATIBLE PARA TODAS LAS MARCAS

Página 4






EVALUACION FINAL - EVALUACION TECNICA INVITACION DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO
REPUESTOS BIOMEDICA - PROPONENTE TECNICA ELECTROMEDICA



ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
72	ELECTRODO CLAMP	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO	2016DM-0015417	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA CABLE ECG		X		LOS ELECTRODOS CLAMP ADULTO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION COMPATIBLE PARA TODAS LAS MARCAS
73	ELECTRODO DE SUCCION	ELECTROCARDIOGRF O	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	ADULTO	2016DM-0015417	ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA PARA CABLE ECG		X		LOS ELECTRODOS DE SUCCION ADULTO CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION COMPATIBLE PARA TODAS LAS MARCAS
81	BRAZALETE UNA VIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO MEDIANO	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA CON EL ITEM.
82	BRAZALETE UNA VIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	PEDIATRICO GRANDE	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA CON EL ITEM.
86	CABLE ELECTRODOS PARA PRUEBA DE DEFIBRILACION	DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH D3/D6	2020EBC-0005463- R1	ADJUNTAN DOCUMENTACION TECNICA PARADEFIBRILAD OR BENEHEARTH D3/D6		X		EL CABLE DE PRUEBA DE DEFIBRILACION CUMPLE CON LA DOCUMENTACION Y ESPECIFICACION COMPATIBLE PARA LA MARCA MINDRAY BENEHEARTH D3/D6
92	TRANSDUCTOR TOC 4 PINES 1 GUIA	MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACION TECNICA RELACIONADA CON EL ITEM.




EVALUACIÓN FINAL - EVALUACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE TÉCNICA ELECTROMEDICA										
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
93	TRANSDUCTOR TOC 5 PINES 1 GUJA	MONITOR FETAL	SUNRAY	SRF618B6	NO ADJUNTA INVIMA	NO ADJUNTA DOCUMENTACION TÉCNICA RELACIONADA AL ITEM	NO ADJUNTA IMAGEN		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELACIONADA CON EL ITEM.
NOTA 1: LOS ÍTEMS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 21, 29, 56, 66, 70, 71, 72, 73 Y 86 CUMPLEN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS; ASÍ MISMO, LAS IMÁGENES ADJUNTADAS SON COMPATIBLES CON LA NECESIDAD PLANTEADA. LUEGO DE LA SUBSANACIÓN										
NOTA 2: PARA EL ÍTEM 60, SE ADJUNTA REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA RELACIONADO EN LA FICHA TÉCNICA, EL CUAL CORRESPONDE A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES; SIN EMBARGO, LOS ACCESORIOS REQUERIDOS SON PARA MÁQUINA DE ANESTESIA WATO EX-65, POR LO TANTO, NO CORRESPONDE Y QUEDA RECHAZADO.										
NOTA 3: PARA EL ÍTEM 61 NO SE RELACIONA NI SE ADJUNTA REGISTRO SANITARIO DEL INVIMA PARA LOS CABLES DE ECG; EL PROPONENTE NO SUBSAN, POR LO TANTO, QUEDAN RECHAZADO.										
NOTA 4: LOS ÍTEMS 24, 37, 43, 57, 60, 61, 69, 81, 82, 92 Y 93 NO CUENTAN CON NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE; PROPONENTE NO SUBSANÓ; POR LO TANTO, QUEDAN RECHAZADOS.										
Sara Lucia Espinosa E.										
JACKSON PELAEZ PEREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS					SARA LUCIA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA					
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO					APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO					



EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN PROYECTO 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2023 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3	DESFIBRILADOR	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS DESFIBRILADORES MINDRAY BENEHEART D3 DE LAS SERIES EZ Y EL.
2	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6	DESFIBRILADOR	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS DESFIBRILADORES MINDRAY BENEHEART D6 SERIES DH Y DG.
3	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12.
4	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS PARA LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10.
23	BRAZALETES DOBLE VÍA PEDIÁTRICO 13.8-21.5cm	TENSIONMETRO	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL BRAZALETE EN IMAGEN Y FICHA TÉCNICA CUMPLE CON EL REPUESTO SOLICITADO.




EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS						
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACION
24	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO 27.5-36.5cm.	TENSIOMETRO	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X EL BRAZALETE EN IMAGEN Y FICHA TÉCNICA CUMPLE CON EL REPUESTO SOLICITADO.
25	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO EXTRA LARGE 35.5-46cm	TENSIOMETRO	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X EL BRAZALETE EN IMAGEN Y FICHA TÉCNICA CUMPLE CON EL REPUESTO SOLICITADO.
26	PERA PARA TENSIÓMETRO CON VÁLVULA METÁLICA	TENSIOMETRO	2021DM-0024553	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X LA PERA NEUMÁTICA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
27	SENSOR SPO2 NEONATAL DRAGUER VISTA 120S	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN PROYECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2019 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS




ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
28	SENSOR SPO2 NEONATAL BLOLIGHT M8000A	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
29	SENSOR SPO2 NEONATAL MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
30	SENSOR SPO2 NEONATAL COMEN C80 / STAR8000+	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
31	SENSOR SPO2 ADULTO MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
32	SENSOR SPO2 ADULTO DRAGUER VISTA 120S	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN RECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2016 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS								
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
33	SENSOR SPO2 ADULTO COMEN C80 / STAR8000+	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
34	SENSOR SPO2 ADULTO BIOLIGHT M8000A	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
41	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3	ELECTROCARDIOGRAFO	2019DM-0004317-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
42	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO CAREWELL 1103L	ELECTROCARDIOGRAFO	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
43	BATERÍA IÓN DE LITIO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	MÁQUINA DE ANESTESIA	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.






EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2019 - PROYECTO 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2019 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
46	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS ATOM	INCUBADORA NEONATAL	NO REQUIERE	NO APORTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO	NO APORTA IMAGEN DE REFERENCIA		X	EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
48	CABLE 10 LEADS EKG EDAN	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
49	CABLE 10 LEAD EKG UNIVERSAL (CAREWELL, MEDIANA)	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
50	SENSOR TRONCAL SPO2 PEDIÁTRICO PARA PULSIOXIMETRO EDAN H100B TIPO NELLCOR	PULSIOXIMETRO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
52	SENSOR DE PIEL INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000	INCUBADORA NEONATAL	2019DM-0019686	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.




8




EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2016 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS								
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
54	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID TI-2000	INCUBADORA NEONATAL	2019DM-0019686	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
55	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID YP-90	INCUBADORA NEONATAL	2019DM-0019686	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL SENSOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
56	SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0019686	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
57	SENSOR DE TEMPERATURA LÁMPARA DE CALOR RADIANTE ADVANCE A4051	LÁMPARA DE CALOR RADIANTE	2019DM-0019686	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.
58	CABLE INTERFAZ PARA ELECTROBISTURÍ MARCA WEM	ELECTROBISTURÍ	2019EBC-0020514	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.



EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2020 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
59	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA SUCCIÓN / FILTRO HIDROFÓBICO	ASPIRADOR DE SECRECIONES	2020DM-0022585	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. TÉCNCIAS
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA RENDONDA PARA CO2 MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 65 MÓDULO CON AGENTES ANESTÉSICOS	MÁQUINA DE ANESTESIA	2023EBC-0026515	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. TÉCNCIAS
61	CABLE ECG MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10 TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL SENSOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS REQUERIDAS. SE SOLICITÓ SENSOR TIPO PINZA Y SE EVIDENCIA EN AL IMAGEN Y FICHA TÉCNICA, SENSOR TIPO BROCHE.
62	CABLE ECG MONITOR DRAGER VISTA 120S TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL SENSOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS REQUERIDAS. SE SOLICITÓ SENSOR TIPO PINZA Y SE EVIDENCIA EN AL IMAGEN Y FICHA TÉCNICA, SENSOR TIPO BROCHE.
63	CABLE ECG MONITOR COMEN C80 / STAR8000+ TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS REQUERIDAS.




8

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN RECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2016 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS						
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	OBSERVACION
64	CABLE ECG MONITOR BIOLIGHT M8000A TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		EL SENSOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
69	BATERÍA 11.1 V 4500 mAh PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW TS	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		EL REPUESTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
70	ELECTRODO DE SUCCIÓN PEDIÁTRICO PARA ECG	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
71	ELECTRODO CLAMP ADULTO	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.
72	ELECTRODO CLAMP PEDIÁTRICO	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.


EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2023 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS									
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION	
73	ELECTRODO SUCCIÓN ADULTO	ELECTROCARDIOGRA FO	2019DM-0004316-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS CONCUERDAN CON EL REPUESTO REQUERIDO.	
75	BATERÍA ION DE LITIO PARA MONITOR DRAGER VISTA 120S 14.8V 5000mAh (2606229)	MONITOR DE SIGNOS VITALES	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		LA BATERIA CUMPLE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS.	
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO			X	EL BRAZALETE NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, SE RECIBE FICHA TÉCNICA CON MEDIDAS IGUALES A LAS DEL BRAZALETE MEDIANO.	

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS								
ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO MEDIANO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL BRAZALETE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO GRANDE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL BRAZALETE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
85	TRANSDUCTOR TOCO MONITOR FETAL EDAN F6/F3 (6 PINES-UNA GUÍA)	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL TRANSDUCTOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
87	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES-DOS GUÍAS)	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL TRANSDUCTOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
91	MARCADOR DE EVENTOS PARA MONITOR FETAL F3/F6	MONITOR FETAL	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL TRANSDUCTOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.



EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN RECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
92	TRANSDUCTOR TOCO 4 PINES 1 GUÍA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL TRANSDUCTOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
93	TRANSDUCTOR US 5 PINES 1 GUÍA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	MONITOR FETAL	2020DM-0021283	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL PROVEEDOR NO PRESENTA LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS TÉCNICOS REQUERIDOS.
94	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO AECOMMED VG70	VENTILADOR MECÁNICO	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL OFERENTE APORTA FICHA TÉCNICA DE LA CELDA DE OXIGENO, DONDE SE ESPECIFICA Y SE EVIDENCIA LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO PARA EL CUAL SE REQUIERE EL REPUESTO.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE HOSPITÉCNICA SAS

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
95	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT GRAPHNET TS	VENTILADOR MECÁNICO	NO REQUIERE	ADJUNTA FICHA TÉCNICA PARA EL REPUESTO OFERTADO		X		EL OFERENTE APORTA FICHA TÉCNICA DE LA CELDA DE OXIGENO, DONDE SE ESPECIFICA Y SE EVIDENCIA LA COMPATIBILIDAD CON EL EQUIPO PARA EL CUAL SE REQUIERE EL REPUESTO.
NOTA GENERAL: LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZÓ CONFORME AL FORMATO NÚMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR LOS ITEMS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.								
NOTA 1: EL PROPONENTE HOSPITÉCNICA S.A.S. SE ENCUENTRA HABIL TÉCNICAMENTE PARA LOS ITEMS 1,2,3,4,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,41,42,43,48,49,50,52,54,56,57,58,59,60,69,70,71,72,73,75,81,82,85,87,91,92,93,94 Y 95 OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.								
NOTA 2: EL PROPONENTE HOSPITÉCNICA S.A.S. NO SE ENCUENTRA HABIL TÉCNICAMENTE PARA LOS ITEMS 46,55,61,62 Y 80 OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA								
 Sara Lucía Espinosa E.								
JACKSON PÉLAEZ PÉREZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS			SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA					
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO			APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO					

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE ELECTRÓMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
7	CABLE 5 LEADS	BTL 08 HOLTER	BTL	BTL 08	2021DM-0024182	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 7"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
17	VALVULA ESPIRATORIA	VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE	LEISTUNG	PR4-G	2023EBC-0028652	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 17"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de válvula, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
18	VALVULA ESPIRATORIA	VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE	MAGNAMED	OXYMAG	2022EBC-0008364-R1	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 18"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de válvula, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
20	VALVULA ESPIRATORIA	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	GRAPHNET TS	2023EBC-0027072	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 20"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de válvula, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
22	EMPAQUE ARAÑEZA DE YUGO	REGULADOR DE OXIGENO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	NO APLICA	APORTA FICHA TÉCNICA		X		Aporta ficha técnica con imagen de referencia.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2020

SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA -
PROPONENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
23	BRAZALETES DOBLE VÍA PEDIÁTRICO 13.8-21.5cm	TENSÍÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0008709-R1	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 23"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de brazalete e imágenes de referencia en concordancia.
24	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO 27.5-36.5cm.	TENSÍÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0008709-R2	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 24"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de brazalete e imágenes de referencia en concordancia.
25	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO EXTRA LARGE 35.5-46cm	TENSÍÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0008709-R3	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 25"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de brazalete e imágenes de referencia en concordancia.
26	PERA CON VALVULA METÁLICA	TENSÍÓMETRO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2019DM-0019975	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 26"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de pera e imágenes de referencia en concordancia.
27	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
28	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BIOLIGHT	M8000A	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 28"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
29	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 29"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con equipos e imágenes de referencia en concordancia.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
30	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80 / STAR8000+	NO CORRESPONDE	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 30"			X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca COMEN. Ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con equipos e imágenes de referencia en concordancia.
31	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 31"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
32	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "FICHAS TÉCNICAS"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
33	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80 / STAR8000+	NO CORRESPONDE	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 33"			X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca COMEN. Ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con equipos e imágenes de referencia en concordancia.
34	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BIOLIGHT	M8000A	2020DM-0021151	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 34"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
35	TARJETA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN	MONITOR FETAL	EDAN	FG	2019EBC-0020636	APORTA FICHA TÉCNICA		X		Aporta ficha técnica con imagen de referencia.
48	CABLE 10 LEADS	ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3 / SE-301	2021DM-0024182	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 48"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2021

SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA -
PROPONENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
50	SENSOR TRONCAL SPO2 PEDIÁTRICO TIPO NELLCOR	PULSIOXÍMETRO	EDAN	H100B	2020DM-0021151	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
51	BOMBILLO 3900	OFTALMOSCOPIO / OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 51"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.
54	SENSOR DE PIEL	INCUBADORA	NINGBO DAVID	TI-2000	NO CORRESPONDE	NO APORTA	NO APORTA		X	Número de registro sanitario INVIMA no ampara marca NINGBO DAVID. Imagen de ficha técnica aportada no corresponde a la de sensor requerido.
55	SENSOR DE PIEL	INCUBADORA	NINGBO DAVID	YP-90	NO CORRESPONDE	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 55"		X		Aporta ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
56	SENSOR DE TEMPERATURA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2020DM-0021156	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 56"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.
59	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA SUCCIÓN / FILTRO HIDROFÓBICO	ASPIRADORE DE SECRECIÓN	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2021DM-0023809	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 59"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con imágenes de referencia.
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA RENDONDA PARA CO2 MODULO CON AGENTES ANESTÉSICOS	MÁQUINA DE ANESTESIA	MINDRAY	WATO EX 65	NO APORTA	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta número de registro sanitario INVIMA, ni ficha técnica con imagen de referencia.
61	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	IMEC 12 / UMEC 10	2021DM-0024182	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 61"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE ELECTRÓMEDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
62	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021DM-0024182	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 62"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información del sensor solicitado, compatibilidad con el equipo e imágenes de referencia en concordancia
63	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	C80 / STAR8000+	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
64	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	BIOLIGHT	M8000A	2021DM-0024182	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
70	ELECTRODO DE SUCCIÓN PEDIÁTRICO	ELECTROCARDIOGRAFO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 70"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con imágenes de referencia.
71	ELECTRODO CLAMP ADULTO	ELECTROCARDIOGRAFO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 71"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con imágenes de referencia.
72	ELECTRODO CLAMP PEDIÁTRICO	ELECTROCARDIOGRAFO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 72"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con imágenes de referencia.
73	ELECTRODO SUCCIÓN ADULTO	ELECTROCARDIOGRAFO	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2022DM-0025688	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 73"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con imágenes de referencia.
74	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE AISLADO	INCUBADORA DE TRANSPORTE	NINGBO DAVID	TI-2000	2019EBC-0003405-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
76	BOMBILLO 04900-LED	OFTALMOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 76"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA -
PROponente ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
77	BOMBILLO 06500-LED	OTOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 77"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.
78	BOMBILLOS WA HPX 060	LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 78"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.
79	BOMBILLO REF. 03400	EQUIPOS DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	-	NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 79"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2019DM-0019975	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 80"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de brazalete e imágenes de referencia en concordancia.
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO MEDIANO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2019DM-0019975	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 81"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de brazalete e imágenes de referencia en concordancia.
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO GRANDE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2019DM-0019975	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 82"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de brazalete e imágenes de referencia en concordancia.
83	BOMBILLO REF. 03100	EQUIPOS DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN		NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 83"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.
84	BOMBILLO REF. 03700	EQUIPOS DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN		NO APLICA	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 84"		X		Aporta ficha técnica con imágenes de referencia.
85	TRANSDUCTOR TOCO (6 PINES-UNA GUÍA)	MONITOR FETAL	EDAN	F6/F3	2019EBC-0001783-R1 2019EBC-0020636	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MEDICOS S.A.S

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
87	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO (6 PINES-DOS GUÍAS)	MONITOR FETAL	EDAN	F3	2019EBC-0001783-R1	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
91	MARCADOR DE EVENTOS	MONITOR FETAL	EDAN	F6/F3	2019EBC-0001783-R1 2019EBC-0020636	NO APORTA	NO APORTA		X	No aporta ficha técnica con imagen de referencia.
95	CELDA DE OXIGENO	VENTILADOR MECÁNICO	NEUMOVENT	GRAPHNET TS	2023EBC-0027072	ADJUNTA DOCUMENTO: "ITEM 95"		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA y ficha técnica con información de celda e imágenes de referencia en concordancia.

NOTA GENERAL: LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZÓ CONFORME AL FORMATO NÚMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD.

NOTA 1: EL PROPONENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S. SE ENCUENTRA HABIL TÉCNICAMENTE PARA LOS ÍTEMS 7, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 48, 51, 55, 56, 59, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 95 OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA. LUEGO DE LA SUBSANACIÓN

NOTA 2: EL PROPONENTE ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S. NO SE ENCUENTRA HABIL TÉCNICAMENTE PARA LOS ÍTEMS 30, 33, 50, 54, 60, 63, 64, 74, 85, 87 Y 91. EL PROPONENTE NO SUBSANÓ



Sara Lucía Espinosa E.



JACKSON PELAEZ PÉREZ-PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS

COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO



SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA

APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO


EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUBMINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
27	SENSOR SPO2 NEONATAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA			X	Aporta número de registro sanitario INVIMA y aporta ficha técnica e imagen de referencia, sin embargo, no es correspondiente al repuesto requerido. Ya que se presentan un sensor desechable y se requiere reutilizable.
32	SENSOR SPO2 ADULTO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado.
45	MANGA DE PUERTO IRIS	INCUBADORA	DRAGER	ISOLETTE 8000	INVIMA 2020EBC 0005197-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado.
52	SENSOR DE PIEL	INCUBADORA	DRAGER	ISOLETTE 8000	2020EBC-0 005197-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado.
62	CABLE ECG TIPO PINZA	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado. Se aclara que el repuesto corresponde a cable troncal y latiguillos juntos, o cada uno independiente como presenta el proveedor en fichas técnicas.

EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECCIÓN 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SECRETARÍA DE SALUD - MINISTERIO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
67	CABLE INTERFAZ SENSOR DE FLUJO	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	EVITA V300 / VN500	2020EBC-00021716	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado.
68	SENSOR DE FLUJO NEONATAL	VENTILADOR MECÁNICO	DRAGER	EVITA VN500	INVIMA 2020EBC-00021250	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado.
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado. A pesar de que en la ficha técnica aparece unicamnete una imagen de referencia para el brazalete pediátrico, se evidencian textualmente los diferentes tamaños o medidas para dicho repuesto (10-15, 13-17 y 16-21).
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO MEDIANO	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda. A pesar de que en la ficha técnica aparece unicamnete una imagen de referencia para el brazalete pediátrico, se evidencian textualmente los diferentes tamaños o medidas para dicho repuesto (10-15, 13-17 y 16-21).
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO GRANDE	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMPATIBLE CON TODAS LAS MARCAS	-	2021EBC-0007844-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA. No aporta ficha técnica ni imagen de referencia, por tanto, no es posible comprobar que lo ofertado corresponda. A pesar de que en la ficha técnica aparece unicamnete una imagen de referencia para el brazalete pediátrico, se evidencian textualmente los diferentes tamaños o medidas para dicho repuesto (10-15, 13-17 y 16-21).


EVALUACIÓN FINAL - TÉCNICA INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026 - SUBCOMITÉ MINISTRO REPUESTOS BIOMÉDICA - PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A.

ITEM	REPUESTO O ACCESORIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	NUMERO DE REGISTRO INVIMA	FICHA TÉCNICA	IMAGEN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
90	BOMBA NIPB	MONITOR DE SIGNOS VITALES	DRAGER	VISTA 120S	2021EBC-0 007844-R1	NO APORTA		X		Aporta número de registro sanitario INVIMA, ficha técnica e imagen de referencia, se comprueba que lo ofertado corresponde con lo solicitado.

NOTA GENERAL: LA EVALUACIÓN TÉCNICA SE REALIZÓ CONFORME AL FORMATO NÚMERO 8 ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD. SE SOLICITA VERIFICAR LOS ITEMS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE REALICEN.

NOTA 1: EL PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A. SE ENCUENTRA HÁBIL PARA LOS ÍTEMS 32,45,52,62,67,68,80,81,82 Y 90 OFERTADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

NOTA 2: EL PROPONENTE DRAEGER COLOMBIA S.A. NO SE ENCUENTRA HÁBIL TECNICIAMENTE PARA EL ÍTEM 27, OFERTADO EN LA PROPUESTA TÉCNICA. PROPONENTE NO SUBSANÓ EN DEBIDA FORMA

 <i>Jackson Pérez</i>										
JACKSON PÉREZ PÉREZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FÍSICOS						SARA LUCÍA ESPINOSA ESTRADA - INGENIERA BIOMÉDICA/CONTRATISTA				
COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO						APOYO A COMPONENTE TÉCNICO Y ECONÓMICO				

13. CONDICIONES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA- 6.2 FACTORES O CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

ITEM	VALOR PROMEDIO UNITARIO INCLUIDO IVA	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.	ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	HOSPITÉCNICA S.A.S.	DRAEGER COLOMBIA S.A.	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.						ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.						HOSPITÉCNICA S.A.S.						DRAEGER COLOMBIA S.A.						
		VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	
1	\$ 1.675.123,00	\$ 1.610.308	NO OFERTO	\$ 1.499.400	NO OFERTO	629,75	20	0,00	150	0,00	799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	\$ 2.214.352,00	\$ 1.739.066	NO OFERTO	\$ 1.749.300	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	\$ 745.208,00	\$ 498.015	NO OFERTO	\$ 583.100	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	\$ 660.280,00	\$ 367.115	NO OFERTO	\$ 402.220	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	\$ 993.382,00	\$ 571.795	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	\$ 401.417,00	\$ 238.230	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	\$ 880.023,00	NO OFERTO	\$ 779.991	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	\$ 538.594,00	\$ 526.694	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	\$ 479.868,00	\$ 243.474	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	\$ 234.857,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	\$ 55.095,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	\$ 40.401,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	\$ 43.911,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	\$ 40.401,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	\$ 29.181.775,00	\$ 25.942.000	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	\$ 3.392.976,00	\$ 2.975.952	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	\$ 1.227.921,00	NO OFERTO	\$ 1.219.988	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	\$ 1.069.710,00	NO OFERTO	\$ 1.069.709	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	\$ 1.069.710,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	\$ 1.008.128,00	NO OFERTO	\$ 912.730	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	\$ 4.490.505,00	\$ 3.734.220	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	\$ 10.563,00	NO OFERTO	\$ 8.936	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	\$ 54.696,00	NO OFERTO	\$ 54.800	\$ 30.821	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	\$ 60.531,00	\$ 22.372	\$ 60.500	\$ 34.510	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	\$ 85.839,00	NO OFERTO	\$ 85.799	\$ 53.550	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	\$ 20.200,00	NO OFERTO	\$ 19.998	\$ 14.994	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	\$ 178.698,00	NO OFERTO	\$ 178.600	\$ 178.500	\$ 2.814.350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	\$ 280.067,00	NO OFERTO	\$ 261.151	\$ 249.900	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	\$ 337.097,00	\$ 331.653	\$ 192.131	\$ 240.380	NO OFERTO	529,75	20,00	60,00	150,00	0,00	789,75	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	629,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	\$ 325.763,00	NO OFERTO	\$ 274.565	\$ 249.900	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	\$ 400.673,00	NO OFERTO	\$ 176.337	\$ 240.380	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,75	629,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVITACIÓN DIRECTA 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026: A PRESENTAR PROPUESTA PARA CELEBRAR CONTRATO DE SUMINISTRO CON LA E.S. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS.																															
13. CONDICIONES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA- 6.2 FACTORES O CONDICIONES DE CALIFICACIÓN																															
ITEM	VALOR PROMEDIO UNITARIO INCLUIDO IVA	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.	ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	HOSPITÉCNICA S.A.S.	DRAEGER COLOMBIA S.A.	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.						ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.						HOSPITÉCNICA S.A.S.						DRAEGER COLOMBIA S.A.							
		VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	FACTOR ECONOMICO	TEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL		
32	\$ 198.433,00	NO OFERTÓ	\$ 154.700	\$ 190.400	\$ 590.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	749,75	629,75	60	60	0,00	150	0,00	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,75	0,00
33	\$ 293.871,00	NO OFERTÓ	\$ 239.298	\$ 240.380	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
34	\$ 277.746,00	NO OFERTÓ	\$ 251.847	\$ 243.950	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20	0,00	0,00	0,00	649,75	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
35	\$ 1.487.738,00	NO OFERTÓ	\$ 1.486.999	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	\$ 136.800,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	\$ 237.286,00	\$ 139.349	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	\$ 97.045,00	\$ 72.828	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	\$ 102.162,00	\$ 74.970	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	\$ 97.045,00	\$ 72.828	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	\$ 416.103,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 442.680	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	0,00	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
42	\$ 524.671,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 464.100	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
43	\$ 2.407.192,00	\$ 1.785.000	NO OFERTÓ	\$ 673.540	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
44	\$ 2.583.796,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	\$ 2.725.636,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 1.771.910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	0,00	0,00	150	879,75	0,00
46	\$ 37.961,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 988.295	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	\$ 300.773,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	\$ 337.920,00	NO OFERTÓ	\$ 287.331	\$ 276.080	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20	0,00	0,00	0,00	649,75	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
49	\$ 308.627,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 291.550	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
50	\$ 157.556,00	NO OFERTÓ	\$ 133.713	\$ 164.220	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	\$ 171.360,00	\$ 155.295	\$ 101.907	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	\$ 479.511,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 303.450	\$ 756.840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
53	\$ 425.000,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	\$ 431.256,00	NO OFERTÓ	\$ 384.045	\$ 318.920	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	\$ 381.157,00	NO OFERTÓ	\$ 381.000	\$ 318.920	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20	0,00	0,00	0,00	649,75	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
56	\$ 281.435,00	\$ 276.913	\$ 260.935	\$ 196.350	NO OFERTÓ	529,75	20,00	60,00	150,00	0,00	759,75	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	\$ 443.156,00	\$ 398.888	NO OFERTÓ	\$ 303.450	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	\$ 217.889,00	NO OFERTÓ	NO OFERTÓ	\$ 164.220	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
59	\$ 20.980,00	NO OFERTÓ	\$ 18.607	\$ 16.886	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	649,75	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00
60	\$ 141.967,00	\$ 136.850	\$ 141.000	\$ 80.920	NO OFERTÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	60	60	0,00	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	0,00

13. CONDICIONES DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA- 6.2 FACTORES O CONDICIONES DE CALIFICACIÓN

ITEM	VALOR PROMEDIO UNITARIO INCLUIDO IVA	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.S.	ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.	HOSPITÉCNICA S.A.S.	DRAEGER COLOMBIA S.A.	TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A.						ELECTROMÉDICA EQUIPOS MÉDICOS S.A.S.						HOSPITÉCNICA S.A.S.						DRAEGER COLOMBIA S.A.						
		VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	VALOR POR ITEM UNITARIO + IVA	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	FACTOR ECONOMICO	TIEMPO DE GARANTIA ADICIONAL	OPORTUNIDAD DE ENTREGA	INDUSTRIAL NAL	PUNTAJE ADICIONAL OBLIGATORIO	TOTAL	
61	\$ 319.604,00	\$ 297.500	\$ 204.463	\$ 228.480	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	\$ 198.254,00	NO OFERTO	\$ 122.895	\$ 161.840	\$ 481.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	\$ 257.457,00	NO OFERTO	\$ 122.895	\$ 228.480	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	\$ 275.961,00	NO OFERTO	\$ 122.895	\$ 223.720	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	\$ 122.119,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	\$ 786.193,00	\$ 714.000	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	729,75	20,00	60,00	150,00	0,00	959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	\$ 2.440.571,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	\$ 1.567.230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	0,00	150	0,00	0,00	879,75
68	\$ 913.801,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	\$ 1.492.260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	\$ 2.102.587,00	\$ 1.785.000	NO OFERTO	\$ 1.010.548	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	\$ 123.314,00	\$ 82.586	\$ 113.591	\$ 92.820	NO OFERTO	729,75	20,00	60,00	150,00	0,00	959,75	529,75	20,00	0,00	0,00	0,00	549,75	629,75	60	60	150	0,00	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	\$ 124.679,00	\$ 82.586	\$ 96.282	\$ 92.820	NO OFERTO	729,75	20,00	60,00	150,00	0,00	959,75	629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	529,75	60	60	150	0,00	799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	\$ 131.644,00	\$ 82.586	\$ 131.000	\$ 92.820	NO OFERTO	729,75	20,00	60,00	150,00	0,00	959,75	529,75	20,00	0,00	0,00	0,00	649,75	629,75	60	60	150	0,00	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	\$ 123.006,00	\$ 82.586	\$ 123.000	\$ 92.820	NO OFERTO	729,75	20,00	60,00	150,00	0,00	959,75	529,75	20,00	0,00	0,00	0,00	649,75	629,75	60	60	150	0,00	899,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	\$ 768.145,00	NO OFERTO	\$ 757.272	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	\$ 767.193,00	NO OFERTO	NO OFERTO	\$ 740.180	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	\$ 1.192.618,00	\$ 892.500	\$ 757.273	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	\$ 955.356,00	\$ 714.000	\$ 321.300	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	\$ 222.720,00	NO OFERTO	\$ 64.477	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	\$ 206.316,00	\$ 172.550	\$ 206.000	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	\$ 86.608,00	NO OFERTO	\$ 37.863	\$ 29.512	\$ 180.890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	\$ 67.782,00	\$ 19.516	\$ 41.325	\$ 30.345	\$ 60.690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	649,75	729,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	\$ 80.468,00	\$ 19.516	\$ 34.185	\$ 30.940	\$ 135.660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	20,00	0,00	0,00	0,00	649,75	729,75	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	\$ 157.048,00	\$ 147.560	\$ 75.510	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	20,00	0,00	0,00	0,00	749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	\$ 98.413,00	NO OFERTO	\$ 98.445	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	\$ 1.629.308,00	NO OFERTO	\$ 1.600.092	\$ 1.487.500	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	\$ 2.453.542,00	\$ 2.142.000	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	\$ 1.806.936,00	NO OFERTO	\$ 1.732.300	\$ 1.487.500	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,75	0,00	60	60	150	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	\$ 5.594.012,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	\$ 1.182.325,00	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		JURÍDICA	
INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN INVITACIÓN DIRECTA			
Página: 1 de 6	Código: JU-FO-36	Version: 01	Vigente a partir de: Mayo 28 de 2019

INVITACION DIRECTA No. 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026

INFORME FINAL DE EVALUACION

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS

En la Oficina Jurídica de La E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios se reunieron las personas encargadas de verificar los requisitos habilitantes y calificar las ofertas presentadas, en atención a la INVITACIÓN DIRECTA No. 0085 DEL 09 DE ABRIL DE 2026. De lo anterior, se presentaron los siguientes oferentes, así:

PROPUESTA	1	DRAEGER COLOMBIA SA	900194910-4
PROPONENTE		NIT	

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS

Conforme a la verificación de los aspectos jurídicos elaborada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por DRAEGER COLOMBIA SA se concluye que cumplió con todos los requisitos de carácter jurídico por lo tanto se considera HABILITADO desde la parte jurídica.

Nota: La verificación de los aspectos jurídicos hace parte integral del presente informe.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ECONOMICOS

Que de acuerdo a la evaluación económica elaborada por El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente DRAEGER COLOMBIA SA se concluye que cumplió con todos los requisitos económicos exigidos por la entidad, por lo tanto se considera HABILITADO.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Que de acuerdo a la evaluación técnica elaborada por El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente DRAEGER COLOMBIA SA se concluye que cumplió con todos los requisitos económicos exigidos por la entidad, por lo tanto se considera HABILITADO.

PROPUESTA	2	TECNICA ELECTROMEDICA SA	830004892-2
PROPONENTE		NIT	

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS

Conforme a la verificación de los aspectos jurídicos elaborada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por TECNICA ELECTROMEDICA SA se concluye que cumplió con todos los requisitos de carácter jurídico por lo tanto se considera HABILITADO desde la parte jurídica.

Nota: La verificación de los aspectos jurídicos hace parte integral del presente informe.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ECONOMICOS

Que de acuerdo a la evaluación económica elaborada por El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente TECNICA ELECTROMEDICA SA se concluye que cumplió con todos los requisitos económicos exigidos por la entidad, por lo tanto se considera HABILITADO.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Avenida Bolívar calle 17 Norte. Armenia Quindío Teléfono 7493500. Fax 749 35 00 Ext. 393
contacto@hospitalquindio.gov.co

Que de acuerdo a la evaluación técnica elaborada por El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente TECNICA ELECTROMEDICA SA se concluye que cumplió con todos los requisitos económicos exigidos por la entidad, por lo tanto se considera **HABILITADO**.

PROPUESTA	PROPONENTE	900585549-6
		NIT

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS

Conforme a la verificación de los aspectos jurídicos elaborada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS se concluye que cumplió con todos los requisitos de carácter jurídico por lo tanto se considera **HABILITADO** desde la parte jurídica.

Nota: La verificación de los aspectos jurídicos hace parte integral del presente informe.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ECONOMICOS

Que de acuerdo a la evaluación económica elaborada El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS se concluye que al no presentar contraoferta a los precios iniciales, no se encontró favorable para la entidad, por lo tanto se considera **HABILITADO**.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Que de acuerdo a la evaluación técnica elaborada por El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS se concluye que cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos por la entidad, por lo tanto se considera **HABILITADO**.

PROPUESTA	PROPONENTE	830131869-6
		NIT

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURIDICOS

Conforme a la verificación de los aspectos jurídicos elaborada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica y personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por HOSPITECNICA S.A.S. se concluye que cumplió con todos los requisitos de carácter jurídico por lo tanto se considera **HABILITADO** desde la parte jurídica.

Nota: La verificación de los aspectos jurídicos hace parte integral del presente informe.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS ECONOMICOS

Que de acuerdo a la evaluación económica elaborada El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente HOSPITECNICA S.A.S. se concluye que al no presentar contraoferta a los precios iniciales, no se encontró favorable para la entidad, por lo tanto se considera **HABILITADO**.

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS

Que de acuerdo a la evaluación técnica elaborada por El Jefe de la Recursos Físicos y el personal de apoyo de la E.S.E Hospital a la propuesta presentada por el proponente HOSPITECNICA S.A.S. se concluye que cumplió con todos los requisitos técnicos exigidos por la entidad, por lo tanto se considera **HABILITADO**.



INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN INVITACIÓN DIRECTA		JURÍDICA	
Página: 3 de 6		Código: JU-FO-36	
Versión: 01		Vigente a partir de: Mayo 28 de 2019	

PROPUESTA	5	BTL COLOMBIA S.A.S	PROPONENTE	NIT
				900397663-1

El proponente BTL COLOMBIA S.A.S. NIT 900397663-1, se encuentra RECHAZADO al incurrir en la siguiente causal de rechazo "Cuando el precio unitario ofertado de cualquier ítem, supere el valor tope unitario señalado por la entidad (valor promedio unitario establecido por la Entidad), será causal de rechazo de la propuesta".

No.	Nombre o razón social del oferente	Capacidad Jurídica			Componente Técnico		Componente Económico		HABILITADO/NO HABILITADO
		Admitido	No admitido	Admitido	Admitido	No admitido	Admitido	No admitido	
1	DRAEGER COLOMBIA S.A. NIT. 900194910-4	X		X			X		HABILITADO
2	TECNICA ELECTROMEDICA SA. NIT. 830004892-2	X		X			X		HABILITADO
3	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS. NIT. 900585549-6	X		X			X		HABILITADO
4	HOSPITECNICA S.A.S. NIT. 830.131.869-6	X		X			X		HABILITADO
5	BTL COLOMBIA S.A.S. NIT 900397663-1	X		X				X	NO HABILITADO

ITEMS ADJUDICADOS POR PROPONENTE

De acuerdo con el puntaje obtenido según los factores de calificación contemplados en la invitación a contratar (total puntaje obtenido por ítem) se relacionan a continuación los ítems que serán adjudicados a cada proponente:

PROPUESTA	1	DRAEGER COLOMBIA SA	PROPONENTE	NIT
				900194910-4

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
45	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS DRAGER	\$ 1.771.910
67	CABLE INTERFAZ SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAGER EVITA V300 / VN500	\$ 1.567.230
90	BOMBA NIPB PARA MONITOR DE SIGNOS DRAGER VISTA 120S	\$ 441.183

Para un valor total del contrato de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$19.628.456)

PROPUESTA	2	TECNICA ELECTROMEDICA SA	PROPONENTE	NIT
				830004892-2

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
2	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 (DG-19004252, DG-29006683, DG-29006687)	\$ 1.739.066
3	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 (EV-5A019333, EV-5A019336, EV-5A019334, EV-5A019335, EV-5A019337, EV-5A019338, EV-5A019339, EV-5A019340, EV-5A019341, EV-5A019342, EV-5A019343, EV-	\$ 498.015



5A019344, EV-5A019345, EV-5A019346, EV-5A019347, EV-5A019348, EV-5A019349, EV-5A019350, EV-5A019351, EV-5A019352, EV-5A019353, EV-5A019354, EV-5A019355, EV-5A019356, EV-5B020011, EV-5B020015		
4	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10 (KN-04074537, KN-04074466, KN-04074553, KN-04074558, KN-04074622, KN-94041485, KN-94041486, KN-94041487, KN-94041496, KN-94051710)	\$
5	BOMBA NIBP (12V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	\$
6	BOMBA NIBP (6V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10	\$
8	ELECTROVALVULA DUAL (12V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12	\$
9	ELECTROVALVULA DUAL (6V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10 / UMEC 12	\$
15	CON ANALIZADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS (SERIALES: ER-5B003627, ER-5B003628, ER-5B003629, ER-5B003630, ER-5B003631, ER-5B003632)	\$
16	PANTALLA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 (EV-5A019343, EV-5A019333, EV-5A019352, EV-5A019344, EV-5A019346, EV-5A019348, EV-5A019341)	\$
21	TARJETA DE CONTROL TACTIL / DISPLAY LAMPARA CIELITICA MINDRAY HLYED 760 (SERIAL: 15-5B000231)	\$
66	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECÁNICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$
70	ELECTRODO DE SUCCIÓN PEDIÁTRICO PARA ECG	\$
71	ELECTRODO CLAMP ADULTO	\$
72	ELECTRODO CLAMP PEDIÁTRICO	\$
73	ELECTRODO SUCCIÓN ADULTO	\$
86	CABLE ELECTRODOS DE PRUEBA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH D3/D6	\$

Para un valor total del contrato de CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$117.506.127)

PROPUESTA	3	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	900585549-6
		PROPONENTE	NIT

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
7	CABLE 5 LEADS PARA BTL 08 HOLTER	\$
17	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE LEISTUNG PRA-G (SERIALES: G02247, G02246, G02245)	\$
18	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE MAGNAMED OXYMAG (SERIALES: 6629, 2452, 6627)	\$
20	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECÁNICO NEUOMOVENT GRAPHNET TS (SERIAL: 20074355, 20074357, 20074420, 20074361, 20074397, 20074404, 20074405, 20074409, 20074413, 20074414, 20074421, 20074359, 20074360, 20074365, 20074419, 20074422, 20074427, 20074431, 20074435, 20074438)	\$
22	EMPAQUE ARANDELA DE YUGO DE REGULADOR DE OXIGENO	\$
35	TARJETA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR FETAL EDAN F6 (SN: 560038-M21603800001)	\$
51	BOMBILLO OTALMOSCOPIO / OTOSCOPIO WELCH ALLYN 3900	\$
55	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID YP-90	\$
61	CABLE ECG MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10 TIPO PINZA	\$
62	CABLE ECG MONITOR DRAGER VISTA 1205 TIPO PINZA	\$
76	BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 04900-LED	\$
77	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO WELCH ALLYN 06500-LED	\$
78	BOMBILLOS WA HPX 060 PARA LARINGOSCOPIOS WELCH ALLYN	\$
79	BOMBILLO REF. 03400 WELCH ALLYN	\$
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIÁTRICO PEQUEÑO	\$
83	BOMBILLO REF. 03100 WELCH ALLYN	\$

Para un valor total del contrato de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$58.597.311)

PROPUESTA	4	HOSPITECNICA S.A.S.	830131869-6
		PROPONENTE	NIT

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
1	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH D3 (EL-44013377, EL-45013597, EL45013589, EL-53019317, EL-45013581, EL-45013574, EL-45013586, EZ-85005748)	\$



INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN INVITACIÓN DIRECTA		JURÍDICA
Página: 5 de 6	Código: JU-FO-36	
Versión: 01		
Vigente a partir de: Mayo 28 de 2019		

23	BRAZALETES DOBLE VÍA PEDIÁTRICO 13.8-21.5cm	\$	30.821
24	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO 27.5-36.5cm	\$	34.510
25	BRAZALETES DOBLE VÍA ADULTO EXTRA LARGO 35.5-46cm	\$	53.550
26	PERA PARA TENSÍOMETRO CON VALVULA METÁLICA	\$	14.994
27	SENSOR SPO2 NEONATAL DRAGUER VISTA 120S	\$	178.500
28	SENSOR SPO2 NEONATAL BIOLIGHT M8000A	\$	249.900
29	SENSOR SPO2 NEONATAL MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	\$	240.380
30	SENSOR SPO2 NEONATAL COMEN C80 / STAR8000+	\$	249.900
31	SENSOR SPO2 ADULTO MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	\$	240.380
32	SENSOR SPO2 ADULTO DRAGUER VISTA 120S	\$	190.400
33	SENSOR SPO2 ADULTO COMEN C80 / STAR8000+	\$	240.380
34	SENSOR SPO2 ADULTO BIOLIGHT M8000A	\$	243.950
42	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO CAREWELL 1103L	\$	464.100
43	BATERÍA ION DE LITIO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	\$	673.540
48	CABLE 10 LEADS EKG EDAN	\$	276.080
49	CABLE 10 LEAD EKG UNIVERSAL (CAREWELL, MEDIANA)	\$	291.550
52	SENSOR DE PIEL INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000	\$	303.450
54	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID TI-2000	\$	318.920
56	SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	\$	196.350
57	SENSOR DE TEMPERATURA LÁMPARA DE CALOR RADIANTE ADVANCE A4051	\$	303.450
58	CABLE INTERFAZ PARA ELECTROBISTURRI MARCA WEM	\$	164.220
59	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA SUCCIÓN / FILTRO HIDROFÓBICO	\$	16.886
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA RENDONDA PARA CO2 MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 65 MODULO CON AGENTES ANESTÉSICOS	\$	80.920
63	CABLE ECG MONITOR COMEN C80 / STAR8000+ TIPO PINZA	\$	228.480
64	CABLE ECG MONITOR BIOLIGHT M8000A TIPO PINZA	\$	223.720
69	BATERÍA 11.1 V 4500 mAh PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW TS	\$	1.010.548
75	BATERÍA ION DE LITIO PARA MONITOR DRAGER VISTA 120S 14.8V 5000mAh (2606229)	\$	740.180
81	BRAZALETE UNA VÍA PEDIÁTRICO MEDIANO	\$	30.345
82	BRAZALETE UNA VÍA PEDIÁTRICO GRANDE	\$	30.940
85	TRANSDUCTOR TOCO MONITOR FETAL EDAN F6/F3 (6 PINES-UNA GUÍA)	\$	1.487.500
87	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES-DOS GUÍAS)	\$	1.487.500
91	MARCADOR DE EVENTOS PARA MONITOR FETAL F3/F6	\$	133.280
92	TRANSDUCTOR TOCO 4 PINES 1 GUÍA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	\$	1.309.000
93	TRANSDUCTOR US 5 PINES 1 GUÍA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	\$	1.451.800
94	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO AEONMED VG70	\$	521.220
95	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT GRAPHNET TS	\$	464.100

Para un valor total del contrato de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$214.327.743)

ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

Los siguientes ITEMS serán declarados desiertos, al no haber sido ofertados o por que la oferta no cumplió con la totalidad de requisitos exigidos por la entidad a través de la invitación directa.

ITEM	DESCRIPCION
7	CABLE 5 LEADS PARA BTL 08 HOLTER
10	FILTRO DE OSMOSIS DE CARBON
11	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 1 µm x 10"
12	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 20 µm x 10"
13	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 5 µm x 10"
14	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 50 µm x 10"
19	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECÁNICO MAGNAMED FLEXIMAG PLUS (SERIAL: 6389)
27	SENSOR SPO2 NEONATAL DRAGUER VISTA 120S
32	SENSOR SPO2 ADULTO DRAGUER VISTA 120S
36	OLIVAS AJUSTADAS A PRESIÓN PARA FONENDOSCOPIOS
41	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3
44	FILTRO HEPA PARA CALENTADOR COVIDIEN WARM TOUCH WT



INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN INVITACIÓN DIRECTA	JURÍDICA	
	Código: JU-FO-36	Versión: 01
	Página: 6 de 6	Vigente a partir de: Mayo 28 de 2019

46	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS ATOM
47	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS NINGBO DAVID
50	SENSOR TRONCAL SPO2 PEDIÁTRICO PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B TIPO NELLCOR
52	SENSOR DE PIEL INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000
53	SENSOR DE PIEL INCUBADORA BISTOS BT500
65	CABLE DE ELECTROESTIMULACIÓN TENS CONECTOR HEMBRA 2 SALIDAS
68	SENSOR DE FLUJO NEONATAL PARA VENTILADOR DRAGER VN500
74	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE AISLADO NINGBO DAVID TI-2000
84	BOMBILLO REF. 03700 WELCH ALLYN
88	MAINBOARD DESFIBRILADOR MEDIANA D500
89	TÁCTIL + PANTALLA LCD 800 x 480 ELECTROCARDIOGRAFO SE-301

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Cumplida la evaluación de las propuestas, el Comité Evaluador recomienda al ordenador del gasto, adjudicar el proceso de Invitación Directa No. 0085 del 09 de ABRIL de 2026, cuyo objeto corresponde a "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS" a los oferentes **DRAEGER COLOMBIA SA. NIT. 900194910-4, TECNICA ELECTROMEDICA SA. NIT. 830004892-2, ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS. NIT. 900585549-6, y HOSPITECNICA S.A.S. NIT. 830.131.869-6**, cada uno por los ítems y valores descritos en el presente informe.

Para constancia, se firma por el comité evaluador el día veintinueve (29) de abril de 2026

JOSE ALVARO ARCE PIMENTE
Jefe Oficina Asesora Jurídica

JACKSON PELAÉZ PÉREZ
P. E. de Recursos Físicos

CARLOS ANDRÉS BAUTISTA VALENCIA
Abogado Contratista Oficina Jurídica

YENNY ALEXANDRA GARCIA LOZANO
Abogada Contratista Recursos Físicos

SARA LUCIA ESPINOSA
Ingeniera Biomédica Contratista

ACTO DE SELECCIÓN DE OFERTA

Atendiendo a lo señalado en el artículo 16 numeral 1.2 de la Resolución No. 202400130013987 del 29 de diciembre de 2024 "Por medio del cual se adopta el manual de contratación de la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. 020 del 02 de Diciembre de 2024 emanado de la Junta Directiva, la Gerente de la E.S.E procede a expedir el acto de selección de la oferta previa las siguientes consideraciones:

Que la Empresa Social del Estado elaboró estudios y documentos previos, con el fin de realizar invitación y suscribir contrato cuyo objeto corresponde a "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS".

1. Que ante la necesidad descrita y en razón a lo señalado la Resolución No. 202400130013987 del 29 de diciembre de 2024 "Por medio del cual se adopta el manual de contratación de la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. 020 del 02 de Diciembre de 2024 emanado de la Junta Directiva, se adelantó el proceso de INVITACIÓN DIRECTA No. 0085 DEL 09 DE ABRIL DEL 2026, a través del correo electrónico dirigida al posible oferente persona jurídica que estuviera en la capacidad de ejecutar el objeto a contratar.

2. Que el mencionado proceso de invitación se estructuró con un presupuesto oficial de hasta CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$449.983.348 M/CTE) incluido IVA y demás impuestos a cargo del (los) contratista(s), el cual fue calculado con base a las cotizaciones solicitadas por parte de la Entidad Hospitalaria.

3. Que, para asumir los compromisos adquiridos, la ESE cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1264 del 10 de marzo de 2026

4. Que el día señalado en la invitación para el cierre del proceso, se presentaron cinco (05) propuestas, tal y como se vislumbra en el acta de cierre del proceso de invitación directa así:

ITEM	PROPONENTE	NIT
1	DRAEGER COLOMBIA SA	900194910-4
2	TECNICA ELECTROMEDICA SA	830004892-2
3	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	900585549-6
4	HOSPITECNICA S.A.S.	830131869-6
5	BTL COLOMBIA S.A.S	900397663-1

5. Que el comité evaluador designado emitió el correspondiente informe de verificación de requisitos habilitantes (jurídicos, técnicos, y económicos) de la propuesta presentada y la respectiva calificación.

6. Que, de lo antes expuesto y conforme al informe emitido por el comité mediante el cual procedió a recomendar al ordenador del gasto la adjudicación por ítems del proceso de INVITACIÓN DIRECTA No. 0085 DEL 09 DE ABRIL DEL 2026, cuyo objeto corresponde a: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS" a los siguientes oferentes por cumplir a satisfacción con todas las condiciones jurídicas, de experiencia, técnicas, económicas:

PROPOSTA	PROPONENTE	NIT
1	DRAEGER COLOMBIA SA	900194910-4

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
------	-------------	--



ACTO DE SELECCIÓN DE OFERTA		JURÍDICA	Vigente a partir de:
Página: 2 de 5			
Código:			
Versión:			

45	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS DRAGER	\$	1.771.910
67	CABLE INTERFAZ SENSOR DE FLUJO VENTILADOR DRAGER EVITA V300 / VN500	\$	1.567.230
90	BOMBA NIBP PARA MONITOR DE SIGNOS DRAGER VISTA 120S	\$	441.183

Para un valor total del contrato de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$19.628.456)

PROPUESTA	2	TECNICA ELECTROMEDICA SA	830004892-2	NIT
-----------	---	--------------------------	-------------	-----

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
2	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D6 (DG-19004252, DG-29006683, DG-29006687)	\$ 1.739.066
3	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 (EV-5A019333, EV-5A019336, EV-5A019334, EV-5A019335, EV-5A019337, EV-5A019338, EV-5A019339, EV-5A019340, EV-5A019341, EV-5A019342, EV-5A019343, EV-5A019344, EV-5A019345, EV-5A019346, EV-5A019347, EV-5A019348, EV-5A019349, EV-5A019350, EV-5A019351, EV-5A019352, EV-5A019353, EV-5A019354, EV-5A019355, EV-5A019356, EV-5B020011, EV-5B020015)	\$ 498.015
4	BATERIA MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10 (KN-04074537, KN-04074466, KN-04074553, KN-04074622, KN-94041485, KN-94041486, KN-94041487, KN-94041496, KN-94051710)	\$ 367.115
5	BOMBA NIBP (12V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC12	\$ 571.795
6	BOMBA NIBP (6V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10	\$ 258.230
8	ELECTROVALVULA DUAL (12V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12	\$ 526.694
9	ELECTROVALVULA DUAL (6V) MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY UMEC 10 / UMEC 12	\$ 243.474
15	MÓDULO DE CAPNOGRAFIA MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 65 CON ANALIZADOR DE AGENTES ANESTÉSICOS (SERIALES: ER-5B003627, ER-5B003628, ER-5B003629, ER-5B003630, ER-5B003631, ER-5B003632)	\$ 25.942.000
16	PANTALLA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC 12 (EV-5A019343, EV-5A019352, EV-5A019344, EV-5A019346, EV-5A019348, EV-5A019341)	\$ 2.975.952
21	TARJETA DE CONTROL TACTIL / DISPLAY LAMPARA CIEILITICA MINDRAY HYLED 760 (SERIAL: 15-5B000231)	\$ 3.734.220
66	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR MECANICO MINDRAY SYNOVENT E3	\$ 714.000
70	ELECTRODO DE SUCCIÓN PEDIÁTRICO PARA ECG	\$ 82.586
71	ELECTRODO CLAMP ADULTO	\$ 82.586
72	ELECTRODO CLAMP PEDIÁTRICO	\$ 82.586
73	ELECTRODO SUCCIÓN ADULTO	\$ 82.586
86	CABLE ELECTRODOS DE PRUEBA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEARTH D3/D6	\$ 2.142.000

Para un valor total del contrato de CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$117.506.127)

PROPUESTA	3	ELECTROMEDICA EQUIPOS MEDICOS SAS	900585549-6	NIT
-----------	---	-----------------------------------	-------------	-----

Avenida Bolívar calle 17 Norte. Armenia Quindío Teléfono 7493500. Fax 749 35 00 Ext. 393
contacto@hospitalquindio.gov.co - www.hospitalquindio.gov.co

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
1	BATERIA DESFIBRILADOR MINDRAY BENEHEART D3 (EL-44013377, EL-45013597, EL45013589, EL-53019317, EL-45013581, EL-45013574, EL-45013586, EZ-85005748)	\$ 1.499.400
23	BRAZALETES DOBLE VIA PEDIATRICO 13.8-21.5cm	\$ 30.821
24	BRAZALETES DOBLE VIA ADULTO 27.5-36.5cm.	\$ 34.510
25	BRAZALETES DOBLE VIA ADULTO EXTRA LARGE 35.5-46cm	\$ 53.550
26	PERA PARA TENSIOMETRO CON VALVULA METALICA	\$ 14.994
27	SENSOR SPO2 NEONATAL DRAGUER VISTA 120S	\$ 178.500
28	SENSOR SPO2 NEONATAL BIOLIGHT M8000A	\$ 249.900
29	SENSOR SPO2 NEONATAL MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	\$ 240.380
30	SENSOR SPO2 NEONATAL COMEN C80 / STAR8000+	\$ 249.900
31	SENSOR SPO2 ADULTO MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	\$ 240.380
32	SENSOR SPO2 ADULTO DRAGUER VISTA 120S	\$ 190.400

PROPUESTA	PROPONENTE	NIT
4	HOSPITECNICA S.A.S.	830131869-6

Para un valor total del contrato de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$58.597.311)

ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO OFERTADO POR ITEM + IVA
7	CABLE 5 LEADS PARA BTL 08 HOLTER	\$ 779.991
17	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE LEISTUNG PR-4G (SERIALES: G02247, G02246, G02245)	\$ 1.219.988
18	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECANIGO DE TRANSPORTE MAGNAMED OXYMAG (SERIALES: 6629, 2452, 6627)	\$ 1.069.709
20	VALVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECANICO NEUOMOVENT GRAPHNET TS (SERIAL: 20074355, 20074357, 20074420, 20074361, 20074397, 20074404, 20074405, 20074409, 20074413, 20074414, 20074421, 20074359, 20074360, 20074395, 20074419, 20074422, 20074427, 20074431, 20074435, 20074438)	\$ 912.730
22	EMPAQUE ARANDELA DE YUGO DE REGULADOR DE OXIGENO	\$ 8.936
35	TARJETA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN PARA MONITOR FETAL EDAN F6 (SN: 560038-M21603800001)	\$ 1.486.999
51	BOMBILLO OFTALMOSCOPIO / OTOSCOPIO WELCH ALLYN 3900	\$ 101.907
55	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID YP-90	\$ 381.000
61	CABLE ECG MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10 TIPO PINZA	\$ 204.463
62	CABLE ECG MONITOR DRAGER VISTA 120S TIPO PINZA	\$ 122.895
76	BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN 04900-LED	\$ 757.273
77	BOMBILLO PARA OTOSCOPIO WELCH ALLYN 06500-LED	\$ 321.300
78	BOMBILLOS WA HPX 060 PARA LARINGOSCOPIOS WELCH ALLYN	\$ 64.477
79	BOMBILLO REF. 03400 WELCH ALLYN	\$ 206.000
80	BRAZALETE UNA VIA PEDIATRICO PEQUEÑO	\$ 37.863
83	BOMBILLO REF. 03100 WELCH ALLYN	\$ 75.510

 E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS	ACTO DE SELECCIÓN DE OFERTA	JURÍDICA	Página: 3 de 5
			Código:
			Versión:
			Vigente a partir de:

ITEM	DESCRIPCION
7	CABLE 5 LEADS PARA BTL 08 HOLTER
10	FILTRO DE OSMOSIS DE CARBON
11	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 1 µm x 10"

Los siguientes ITEMS serán declarados desiertos, al no haber sido ofertados o por que la oferta no cumplió con la totalidad de requisitos exigidos por la entidad a través de la invitación directa.

ITEMS DECLARADOS DESIERTOS

Para un valor total del contrato de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$214.327.743)

95	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO NEUMOVENT GRAPHNET TS	\$	464.100
94	CELDA DE OXIGENO VENTILADOR MECÁNICO AEONMED VG70	\$	521.220
93	TRANSDUCTOR US 5 PINES 1 GUIA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	\$	1.451.800
92	TRANSDUCTOR TOCO 4 PINES 1 GUIA PARA MONITOR FETAL SUNRAY SRF618B6	\$	1.309.000
91	MARCADOR DE EVENTOS PARA MONITOR FETAL F3/F6	\$	133.280
87	TRANSDUCTOR ULTRASONIDO MONITOR FETAL EDAN F3 (6 PINES-DOS GUIAS)	\$	1.487.500
85	TRANSDUCTOR TOCO MONITOR FETAL EDAN F6/F3 (6 PINES-UNA GUIA)	\$	1.487.500
82	BRAZALETE UNA VIA PEDIATRICO GRANDE	\$	30.940
81	BRAZALETE UNA VIA PEDIATRICO MEDIANO	\$	30.345
75	BATERIA ION DE LITIO PARA MONITOR DRAGER VISTA 120S 14.8V 5000mAh (2606229)	\$	740.180
69	BATERIA 11.1 V 4500 mAh PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW TS	\$	1.010.548
64	CABLE ECG MONITOR BIOLIGHT M8000A TIPO PINZA	\$	223.720
63	CABLE ECG MONITOR COMEN C80 / STAR8000+ TIPO PINZA	\$	228.480
60	TRAMPA DE AGUA CABEZA RENDONDA PARA CO2 MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX 65 MODULO CON AGENTES ANESTÉSICOS	\$	80.920
59	FILTRO ANTIBACTERIAL PARA SUCCIÓN / FILTRO HIDROFÓBICO	\$	16.886
58	CABLE INTERFAZ PARA ELECTROBISTURI MARCA WEM	\$	164.220
57	SENSOR DE TEMPERATURA LÁMPARA DE CALOR RADIANTE ADVANCE A4051	\$	303.450
56	SENSOR DE TEMPERATURA MONITOR MINDRAY IMEC 12 / UMEC 10	\$	196.350
54	SENSOR DE PIEL INCUBADORA NINGBO DAVID TI-2000	\$	318.920
52	SENSOR DE PIEL INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000	\$	303.450
49	CABLE 10 LEAD EKG UNIVERSAL (CAREWELL, MEDIANA)	\$	291.550
48	CABLE 10 LEADS EKG EDAN	\$	276.080
43	BATERIA ION DE LITIO MÁQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX65	\$	673.540
42	BATERIA ELECTROCARDIOGRAFO CAREWELL 1103L	\$	464.100
34	SENSOR SPO2 ADULTO BIOLIGHT M8000A	\$	243.950
33	SENSOR SPO2 ADULTO COMEN C80 / STAR8000+	\$	240.380

Revisó y Aprobó: José Alvaro Arce Pimentel / Jefe de Oficina Asesora Jurídica
Proyecto y Elaboró: Carlos Andrés Bautista V / Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica

DIANA CAROLINA CASTAÑO LONDOÑO
Gerente E.S.E Hospital

La Gerente de la E.S.E Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, en ejercicio de sus facultades legales, se acoge las RECOMENDACIONES efectuadas por el Comité Evaluador y en tal sentido, acepta las ofertas presentadas por los proponentes anteriormente mencionados, con el fin de que ejecuten los contratos de suministros cuyos objetos corresponden a "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS", los contratos se suscribirán en los términos y condiciones señalados en el Estudio Previo y en la Invitación Directa No. 0085 del 09 de abril de 2026 que soporta el presente proceso

Para constancia, se firma por el comité evaluador el día veintiuno (21) de abril de 2026

POR LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES,

89	TÁCTIL + PANTALLA LCD 800 x 480 ELECTROCARDIOGRAFO SE-301
88	MAINBOARD DESFIBRILADOR MEDIANA D500
84	BOMBILLO REF. 03700 WELCH ALLYN
74	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE AISLADO NINGBO DAVID TI-2000
68	SENSOR DE FLUJO NEONATAL PARA VENTILADOR DRAGER VN500
65	CABLE DE ELECTROESTIMULACIÓN TENS CONECTOR HEMBRA 2 SALIDAS
53	SENSOR DE PIEL INCUBADORA BISTOS BT500
52	SENSOR DE PIEL INCUBADORA DRAGER ISOLETTE 8000
50	SENSOR TRONCAL SPO2 PEDIÁTRICO PARA PULSIOXÍMETRO EDAN H100B TIPO NELLCOR
47	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS NINGBO DAVID
46	MANGA DE PUERTO IRIS PARA INCUBADORAS ATOM
44	FILTRO HEPA PARA CALENTADOR COVIDIEN WARM TOUCH WT
41	BATERÍA ELECTROCARDIOGRAFO EDAN SE-3
36	OLIVAS AJUSTADAS A PRESIÓN PARA FONENDOSCOPIOS
32	SENSOR SPO2 ADULTO DRAGER VISTA 120S
27	SENSOR SPO2 NEONATAL DRAGER VISTA 120S
19	VÁLVULA ESPIRATORIA VENTILADOR MECÁNICO MAGNAMED FLEXIMAG PLUS (SERIAL: 6389)
14	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 50 µm x 10"
13	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 5 µm x 10"
12	FILTRO DE SISTEMA DE OSMOSIS - 20 µm x 10"

	ACTO DE SELECCIÓN DE OFERTA	
	JURÍDICA	
	Código:	Vigente a partir de:
	Versión:	
Página: 5 de 5		

2

2