MANTENIMIENTO PREVENTIVO JARDÍN RAÍCES

NOMBRE Y APELLIDO TÉCNICO ENCARGADO: Oscar Bernal Vega

TIPO DE DOCUMENTO Y NÚMERO: C.C 19491211

FECHA	EQUIPO	DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO
31/03/2026	Balanza digital modelo TCS-300	Se realiza mantenimiento preventivo a la balanza digital, incluyendo limpieza interna y externa del equipo, revisión de la celda de carga, tarjeta electrónica, pantalla y teclado. Se verifica el estado de las conexiones eléctricas, nivelación y correcto funcionamiento general. Se efectúa calibración con pesas patrón para garantizar precisión en el pesaje y se realizan pruebas finales de funcionamiento, asegurando mediciones exactas y estabilidad en el equipo.
31/03/2026	Campana extractora industrial de cocina en acero inoxidable.	Se realiza mantenimiento preventivo y/o correctivo a la campana extractora industrial, efectuando limpieza profunda de filtros, ductos accesibles y superficie interna y externa para eliminar acumulación de grasa, polvo y residuos. Se revisa el estado del motor, turbina y sistema eléctrico, verificando conexiones, cableado, interruptores y correcto funcionamiento del extractor. Se inspeccionan rodamientos y anclajes, realizando ajustes necesarios. Se comprueba el flujo de extracción y nivel de ruido para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro. Finalmente, se realizan pruebas de operación, dejando el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento y cumpliendo con las normas de seguridad e higiene industrial.
31/03/2026	Bascula gramera sf-400	Se realiza mantenimiento preventivo a la gramera, incluyendo limpieza interna y externa del equipo para eliminar polvo y residuos que puedan afectar la precisión del pesaje. Se verifica el estado de la celda de carga, sistema electrónico, pantalla y teclado, revisando conexiones eléctricas y nivelación del equipo. Se efectúa calibración con pesas patrón para garantizar exactitud en las mediciones y se realizan pruebas de funcionamiento para comprobar estabilidad y correcto desempeño. El equipo queda en óptimas condiciones de operación

Reviso: Nohora Pedraza

Cargo: Responsable de la undad operativa