INFORMACIÓN BÁSICA

LUGAR	FECHA	HORA DE INICIO
UAS Rio Chiquito – ESE Tierradentro	12 03 2026	8:30 AM

TIPO DE REUNIÓN

Señale con una "x" el tipo de reunión:

Consejo de Gobierno	
Comité Coordinador de Control Interno	
Comité Técnico	
Reuniones	**X**
Asistencia Técnica	

Elaborada Por:
Maria Fernanda Ordoñez A – Profesional De Apoyo Dirección Técnica de Integración Territorial

CONTROL DE ASISTENCIA

NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCION	CARGO
Javier Eduardo walteros perez	ESE Tierradentro- UAS Rio Chiquito	Ing. Biomédico
Ángelo Peña Muñoz	ESE Tierradentro- UAS Rio Chiquito	Líder de Almacén
Andrea Isabela Bastidas Oviedo	Secretaría de Salud del Cauca - Ing. Biomédica – Dirección Técnica de integración Territorial.	Profesional Universitario - Supervisora
María Fernanda Ordoñez	Secretaría de Salud del Cauca - Dirección Técnica de integración Territorial.	Ing. Biomédica - Contratista

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **CONFIRMACIÓN DE LOS ASISTENTES**

Siendo las 8:30 Am se da inicio a la reunión virtual de seguimiento a la dotación asignada en el convenio 2981 para la UAS Rio Chiquito, se verifica el nombre y cargo de los asistentes, se realiza introducción sobre el objeto del convenio, se plantea el recorrido virtual mediante uso del video por las Áreas asistenciales de acuerdo a la ubicación de la dotación.

Previo a la realización de la mesa técnica virtual de seguimiento al convenio la cual se realiza bajo esta modalidad debido las dificultades de orden público por la que atravieza el departamento del Cauca y que se dificulta aún más debido a la zona de ubicación de la UAS Rio Chiquito, se realizó previamente revisión de documentación legal de la dotación como facturas, ingreso de almacén, registro invima, capacitación, garantía, hojas de vida entre otros mencionados en el acta técnica; mediante el uso del video en la UAS Rio Chiquito el cual es presentado por el profesional asignado por la ESE Ing. Javier Walteros se realiza recorrido por cada una de las áreas asistenciales evidenciando la instalación de la dotación hospitalaria asignada de acuerdo a el concepto de pertinencia, de manera paralela la ing biomédica por parte de la SDSC- DIT Ing. María Fernanda Ordoñez realiza lectura de cada una de las mínimas especificaciones técnicas aprobadas con el ánimo de ser señaladas , expuestas y confrontadas por el ingeniero de la ESE .

Se deja grabación del seguimiento al convenio como soporte de su ejecución la cual reposa en carpeta en drive de seguimiento al convenio en el email proyectos.salud@cauca.gov.co y el cual se copia a la supervisora del presente convenio.

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Convenio interadministrativo No. 2981- 2025 celebrado entre el Departamento del Cauca y la Empresa Social del Estado ESE TIERRADENTRO- Dotación UAS Rio Chiquito.

3. DESARROLLO DE LA REUNION

Revisión general objeto y cláusulas del Convenio Interadministrativo:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIOS HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE RIO CHIQUITO. **CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DE LA ESE: 1)** Certificar la incorporación en el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos aportados por el Departamento. **2)** Realizar el proceso de selección para la compra de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para la atención en salud, con los recursos del convenio aportados de acuerdo a las especificaciones técnicas referidas en el anexo 1. **3)** Constituir una cuenta de ahorros exclusiva para manejar los recursos del mismo, previa incorporación presupuestal. **4)** Acatar para la contratación de los recursos del convenio lo dispuesto en el art. 95 de la Ley 1474 de 2011, el estatuto de contratación de la ESE, la Resolución No 5185 de 2013 y Resolución 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, el Art 13 de la Ley 1150 de 2007, y aquellas que las modifiquen, sustituyan o adicionen. **5)** Realizar previamente a la contratación, los estudios de mercado correspondientes con el objeto de evitar sobrecostos o detrimento en el patrimonio público. Si durante la ejecución de los contratos se detecta un posible sobrecosto, deberá realizar el respectivo ajuste y/o descuento en la liquidación de los contratos. **6)** Los

equipos biomédicos adquiridos deberán contar con permiso de comercialización, registro sanitario INVIMA (Según aplique) y Manual en español según lo dispuesto en el Decreto 4725 de 2005. 7) Los equipos biomédicos emisores de radiaciones ionizantes deberán contar con todo lo reglamentado de acuerdo a la Resolución 482 de 2018 para su puesta en funcionamiento y respectivo trámite de licencia de práctica médica, para lo cual se otorga un plazo de 120 días. 8) Garantizar que cuenta con recursos propios para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos y equipos industriales de uso médico. Para el efecto deberá suscribir una carta de compromiso, la cual hará parte integral del presente convenio y mediante la cual se obliga a realizar dicho mantenimiento por todo el tiempo de vida útil de los mencionados equipos biomédicos y mobiliario hospitalario, de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. 9) Realizar la supervisión de los contratos que celebre en virtud de la ejecución del presente convenio. 10) Reintegrar al Departamento del Cauca, los rendimientos financieros que se causen en virtud del anticipo y/o el monto dinerario que resultare excedente derivados del presente convenio. **B) OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA: 1)** Aportar los recursos a su cargo, mencionados en el costeo o presupuesto del convenio, recursos que se desembolsarán en la cuenta que se constituya para el efecto por la Empresa Social del Estado E.S.E. POPAYÁN, de conformidad con los parámetros del convenio. **2)** Realizar la supervisión del presente convenio. **CLAUSULA TERCERA: VALOR Y APORTES:** El valor del presente convenio asciende a la suma de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 169.514.550).**

Para cada equipo se realizó el registro de la información técnica de identificación, incluyendo marca, modelo y número de serie, así como su registro fotográfico, el cual se incorpora como soporte documental del proceso en el acta de verificación técnica.

A continuación, se relaciona la Dotación hospitalaria identificada en la UAS Rio Chiquito un total de treinta y cuatro (34), con los datos a continuación identificados:

SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Camilla tipo diván	1. Dos planos; totalmente horizontal y cabecero con accionamiento manualmente.	PINOS	C379	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Tapizado en material lavable				
		3. Tacos o tapones en cada una de la patas				
		4. Dimensiones: *Largo mayor a 2.00 m (+/-20 m) *Ancho mayor a 0.70 m. (+/-20 m) *Altura mayor 0.90 m (+/-20 m)				
		5. Capacidad de carga mínima 120 Kg.				

		6. Terminado en pintura electrostática.				
		7. Incluye colchón mínimo de 5 cm				
		8. Sistema de levante espaldar mediante pistón.				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Bascula Grado Medico	1. Capacidad de pesaje mayor o igual a 180 Kg o superior	SECA	874	10000001804650	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje (Opcional)				
		3. Funciones: conversión Lb/Kg, apagado automático				
		4. Pantalla visualización de datos.				
		5. Resolución mínimo entre 0.1 y 0.2 Lbs				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Bascula pediátrica	1. Pesa bebe electrónica- digital	HEALTH O METER	522KL	522322410024	INSTALADO Y FUNCIONANADO
		2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado				
		3. Capacidad de 20kg o superior.				
		4. Escala de peso graduada en kilos y libras.				
		5. Función de Tara				
		6. Alimentación con batería				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Tensiómetro de pared	1. Tensiometro modelo de Pared	WELCH ALLYN	7670-01	250402211500	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Rango de medición de 0-300mmHg.				
		3. Precisión de medición de +-3mmHg				
		4. Brazalete para adulto y pediatrico libre de latex				
		5. Accesorios: Canastilla de almacenamiento, pera insufladora.				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Equipo de órganos de pared	1. Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos	WELCH ALLYN	77710-71	24211	INSTALADO Y FUNCIONANDO

		2. Otoscopio de 3.5 volts como mínimo.				
		3. Con iluminación halógena, xenón o led				
		4. Oftalmoscopio de 3.5 volts como mínimo.				
		5. Espacios, compartimiento o dispensador de especulo				
		6. Alimentación 110-120V				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Fonendoscopio	1. Fonendoscopio 2 servicios	WELCH ALLYN	5079-135	NR	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Tubo flexible en forma de "Y" o "A"				
		3. Olivas intercambiables, flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico lavables				
		4. Campana metálica (zinc, aluminio o bronce)				
		5. Rango frecuencia mínima: 20-1000 Hz				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Infantometro	1. Plegable	SECA	417	10000001805824	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Alcance de medición: 10 – 110 cm				
		3. División: entre 1 y 5 mm				
		4. Peso del dispositivo maximo 2kg				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Tallimetro	1. Rango de medición: 20 – 205 cm.	SECA	213	10000001805274	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2 División: 1 mm / 1/8"				
		3. Portable, fácil de instalar				
		4. Con base de piso				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Lámpara de examen	1.- Soporte móvil o a base con ruedas	WELCH ALLYN	GS 300	GTN732094238716 LOTE:2526	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Cabezal movible o ajustable				
		3.- Tecnología LED				

		4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin				
		5.-Vida útil de los bombillos. 50.000 horas mínimo				
		6. intensidad de la lux mayor a igual a 20000 lux				
		7. Alimentación 110-120V ±10%				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Pulsoximetro	1.Pantalla LCD	EDAN	H100B	360101-M25807430093	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Modo: Neonatal, pediátrico y adulto				
		3.Incluye: Batería recargable, base cargador, sensor adulto y pediátrico.				
		4. Configuración para alarmas				
		5.Visualización onda SpO2				
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Doppler Fetal	1. Pantalla OLED o LCD o TFT mínimo de 0.8"	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M25807450042	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Rango de latidos cardíacos fetales: 50 - 210 o mayor ppm.				
		3. Rango de potencia de salida de audio: 1- 2W				
		4. Frecuencia mínima de 2MHz.				
		5. Batería recargable y cargador				
CONSULTORIO DE ENFERMERIA	Camilla tipo diván	1. Dos planos; totalmente horizontal y cabecero con accionamiento manualmente.	PINOS	C379	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Tapizado en material lavable				
		3. Tacos o tapones en cada una de la patas				
		4. Dimensiones: *Largo mayor a 2.00 m (+/-20 m) *Ancho mayor a 0.70 m. (+/-20 m) *Altura mayor 0.90 m (+/-20 m)				
		5. Capacidad de carga mínima 120 Kg.				
		6. Terminado en pintura electrostática.				
		7. Incluye colchón mínimo de 5 cm				
		8. Sistema de levante espaldar mediante pistón.				

CONSULTORIO ENFERMERIA	Bascula Grado Medico	1. Capacidad de pesaje mayor o igual a 180 Kg o superior	SECA	874	10000001804620	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje (Opcional)				
		3. Funciones: conversión Lb/Kg, apagado automático				
		4. Pantalla visualización de datos.				
		5. Resolución mínimo entre 0.1 y 0.2 Lbs				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Bascula pediátrica	1. Pesa bebe electrónica- digital	HEALTH O METER	522KL	522322410028	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado				
		3. Capacidad de 20kg o superior.				
		4. Escala de peso graduada en kilos y libras.				
		5. Función de Tara				
		6. Alimentación con batería				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Tensiómetro de pared	1. Tensiómetro modelo de Pared	WELCH ALLYN	7670-01	250402220240	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Rango de medición de 0-300mmHg.				
		3. Precisión de medición de +-3mmHg				
		4. Brazalete para adulto libre de latex				
		5. Canastilla de almacenamiento.				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Equipo de órganos de pared	1. Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos	WELCH ALLYN	77710-71	24038	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Otoscopio de 3.5 volts como mínimo.				
		3. Con iluminación halógena, xenón o led				

		4. Oftalmoscopio de 3.5 volts como mínimo.				
		5. Espacios, compartimiento o dispensador de especulo				
		6. Alimentación 110-120V				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Fonendoscopio	1. Fonendoscopio 2 servicios	WELCH ALLYN	5079-135	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Tubo flexible en forma de "Y" o "A"				
		3. Olivas intercambiables, flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico lavables				
		4. Campana metálica (zinc, aluminio o bronce)				
		5. Rango frecuencia mínima: 20-1000 Hz				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Infantometro	1. Plegable	SECA	417	10000001805811	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Alcance de medición: 10 – 110 cm				
		3. División: entre 1 y 5 mm				
		4. Peso del dispositivo maximo 2kg				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Tallimetro	1. Rango de medición: 20 – 205 cm.	SECA	213	10000001805269	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2 División: 1 mm / 1/8"				
		3. Portable, fácil de instalar				
		4. Con base de piso				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Lámpara de examen	1.- Soporte móvil o a base con ruedas	WELCH ALLYN	GS 300	GTN732094238716 LOTE:2526	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Cabezal movible o ajustable				

		3.- Tecnología LED				
		4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin				
		5.-Vida útil de los bombillos. 50.000 horas mínimo				
		6. intensidad de la lux mayor a igual a 20000 lux				
		7. Alimentación 110-120V ±10%				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Pulsoximetro	1.Pantalla LCD	EDAN	H100B	M25807430072	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Modo: Neonatal, pediátrico y adulto				
		3.Bateria				
		4. Configuración para alarmas				
		5.Visualización onda SpO2				
CONSULTORIO ENFERMERIA	Doopler Fetal	1. Pantalla OLED o LCD o TFT de 0.8"	EDAN	SONOTRAZ II PRO	560054-M25807450050	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Rango de latidos cardíacos fetales: 50 - 210 o mayor ppm.				
		3. Rango de potencia de salida de audio: 1- 2W				
		4. Frecuencia mínima de 2MHz.				
		5. Batería recargable				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Unidad odontológica fija	1. Sillón y espaldar eléctricos	GOSPA	Estándar	200202409211782	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Silla odontológica ergonómico				
		3. Sillón (ascenso y descenso).				
		4. Sillón tapizado de alta asepsia				

		5. Módulo con controles electrónicos, mínimo cuatro (4) servicios con bandeja para instrumental				
		6. Pintura electrostática base de epoxi-poliéster lisa..				
		7. Lámpara Led con intensidad de luz regulable en el rango de 7000-50000 lux, con sensor de movimiento para encendido				
		8. Butaco con elevacion graduable y con rodachinas.				
		9. suministro de potencia de entrada CA 100 V, CA 110-120 V, , 50 Hz/60 Hz				
		10. Negatoscopio				
		11. Escupidera en porcelana o cerámica con lavado automático				
		12. Incluye: Caja de abastos , pedal manos libres, llenado vaso automática.				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Lámpara de fotocurado	1. Voltaje de entrada: AC100V ~50Hz/60Hz	WOODPECKER	B-CURE	L2520337BC	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Mínimo tres modos de operación				
		3. Longitud de Onda: 385~515nm				
		4. Efecto solidificación menor o igual a 3 segundos				
		5. Batería de Litio recargable				
		6. Rango de intensidad de luz				
		6. Fibra óptica Autoclavable				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Kit odontológico	1. Una pieza de alta	NSK	PANAMAX 2	00001578/A2360875/02368932	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Micromotor				
		3. Contra ángulo				

		4. Cabeza de contrangulo				
		5. Pieza Recta				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Scaler	1. Scaler Ultrasónico	DTE	D5	S2430216 D5L	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Voltaje de Entrada 24V – 50Hz/60Hz 1.3A				
		3. Frecuencia Oscilación entre 30kHz +- 5kHz (+/-5 kHz)				
		4. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~0.5MPa)				
		5. Modo de funcionamiento: Modo continuo. Digital				
		6. Pieza de mano desmontable, autoclavable a 134- 135 5°C a .022MPa.				
		7. Como mínimo programas de uso para profilaxis y tratamientos de periodoncia y endodoncia				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Compresor odontológico	1. Motor con potencia mínima de 1,5 HP	SCHULZ	CSD 9/30L	4052070	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Compresor de aire seco libre de aceite				
		3. Tanque de 30 litros				
		4. Max . Presión mayor o igual a 115 psi				
		5. Motocompresor de diafragma CFM 255 litros/minuto-1.680 rpm				
		6. Fuente de alimentación electica 120V				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Autoclave	1. Capacidad entre 20 - 24 litros	AUTOMAT	2400	25-A24-052	INSTALADO Y

						FUNCIONANDO
		2. Equipo automática				
		3. Mínimo tres programas de esterilización				
		4. Rango ciclo de temperatura: Entre 120-134°C				
		5.Numero de bandejas: Al menos dos bandejas				
		6. Fuente de alimentación: 110 VAC a 220 VAC +/-10%, 60hz				
		7.Valvula de seguridad sobre presión				
		8. Cámara en acero inoxidable				
		9. Alarmas sobrecalentamiento				
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Incubadora de biológicos	1• Rango de temperatura: 0-50 °C	STAR CLAVE	MIINI	IN-5125	INSTALADO Y FUNCIONANADO
		2• Capacidad mínima para 4 puestos de indicadores biológicos				
		3• Fuente de alimentación entre 90 120 VAC - 60 hz.				
CUARTO REFRIGERACION	Refrigeración horizontal	1• Rango de temperatura de +2°C a +8 °C	VESTFROST	VLS 304	20194736840	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2• capacidad de 100+/- 20 litros				
		3• Código PQS, cumplimento con la norma who (organización mundial de la salud).				
		4• Fuente de alimentación: entre 110 a 240 VAC - 50/60 hz.				
		5• Refrigerador debe contener termómetro digital que cumpla con las siguientes especificaciones: Display indicador de temperatura				
		6• Sistema de seguridad de puerta				

VACUNACION	Camilla tipo divan	1. Dos planos; totalmente horizontal y cabecero con accionamiento manualmente.	NACIONAL	NR	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Tapizado en material lavable				
		3. Tacos o tapones en cada una de la patas				
		4. Dimensiones: *Largo mayor a 2.00 m (+/-20 m) *Ancho mayor a 0.70 m. (+/-20 m) *Altura mayor 0.90 m (+/-20 m)				
		5. Capacidad de carga mínima 120 Kg.				
		6. Terminado en pintura electrostática.				
		7. Incluye colchón mínimo de 5 cm				
		8. Sistema de levante espaldar mediante pistón.				
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO AREA TOMA DE CENTRIFUGADO	Centrifuga	1. Capacidad: 12 -20 tubos	INDULAB	C-04	C-04 17750	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Temporizador entre 0- 99 minutos				
		3. Rango de velocidad entre 100 - 4000 rpm				
		4. Fuente de Alimentación 110V/220V				
		5. Centrifuga Digital con pantalla LCD				
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS CONSULTORIO	Camilla para examen general y ginecológico	CARACTERISTICAS GENERALES	MAFET	M-157	NA250100 1115701	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		1. Operación mecánica.				
		2. Superficie de tres planos con estribos				
		3. lámina de acero cold rolled, con cajones laterales.				

		4. Facil lavado				
		5. Dimensiones aproximadas (largo, ancho, alto) de 1.80 x 60 +- 10 cm x 80 +- 5 cm respectivamente.				
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS CONSULTORIO	Lámpara de examen	1.- Soporte móvil o a base con ruedas	WELCH ALLYN	GS 300	GTN732094238716 LOTE:2526	INSTALADO Y FUNCIONANDO
		2. Cabezal movible o ajustable				
		3.- Tecnología LED				
		4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin				
		5.-Vida util de los bombillos. 50.000 horas minimo				
		6. intensidad de la lux mayor a igual a 20000 lux				
		7. Alimentación 110-120V ±10%				

Se verifica y adjunta la siguiente documentación:

- Entrada o Ingreso a almacén de la dotación en cada UAS
- Actas de entrega y/o Instalación
- Cronograma de mantenimiento
- Garantía de los equipos
- Permisos de comercialización de los equipos que aplica
- Registros INVIMA de los equipos Biomédicos
- Registros de importación
- Contrato de compraventa
- Hojas de vida
- Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)
- Garantía de los equipos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -

Se adjunta acta de verificación Técnica.

4. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	**ACTIVIDAD** (Indicar si la actividad tiene prioridad Alta (**A**), Media (**M**) o Baja (**B**))				**FECHA LIMITE** dd-mm-aaaa
	DESCRIPCIÓN	**A**	**M**	**B**	
No Aplica	No Aplica				No Aplica

5. DECISIONES

DESCRIPCION
Finalizada la visita de seguimiento y verificación virtual , se deja constancia que los treinta y cuatro (34) equipos biomédicos y mobiliario hospitalario correspondientes al convenio No. 2981 de 2025 cumplen con las especificaciones técnicas y se encuentran en condiciones adecuadas de funcionamiento en la UAS Rio Chiquito, adscrita a la ESE TIERRADENTRO.

Sin más compromisos se da por terminada la reunión.

6. PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR	**FECHA** (dd-mm-aaaa)	**HORA DE INICIO** (a.m.-p.m.)
NA	NA	NA

7. FIN DE LA REUNIÓN

Sin otros temas pendientes se da por terminada la reunión

HORA (a.m.-p.m.)
09:40 AM

8. REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA:

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Puntuación	INSTITUCIÓN	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES
12/03/2026 9:34:13	javedwal@hotmail.com		Tierradentro e.s.e	Ing Biomedico	Javier eduardo walteros perez	4615331	3177856690	javedwal@hotmail.com	NINGUNA
12/03/2026 9:34:58	recursosfisico@esetierradentro-cau		Ese Tierradentro	Lider de Almacen	Angelo Peña Muñoz	1061696421	3104123917	recursosfisicos@esetierrader	.
12/03/2026 9:35:02	mafeordonezastaiza2016@gmail.co		Secretaría Departamebt	Ing Biomedica	María Fernanda Ordoñez	34316056	3167733606	proyectos.salud@cauca.gov.c	Ninguna
12/03/2026 9:40:02	esescauca.salud@cauca.gov.co		GOBERNACIÓN DEL CAU	Profesional Universitaric	ANDREA ISABELLA BASTIDAS	1061685293	3042642091	esescauca.salud@cauca.gov	Ninguna

SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

DIRECCION TECNICA DE INTEGRACION TERRITORIAL

INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PROYECTOS DE DOTACION HOSPITALARIA EN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO			
E.S.E o Prestador verificado	E.S.E TIERRADENTRO	**N° de Convenio**	2981-2025
Objeto del convenio:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE RIO CHIQUITO.		
UAS sujeta a verificacion	UNIDADES DE ATENCIÓN EN SALUD RIOCHIQUITO		


ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Se realiza verificacion a la ejecucion del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO. 2981-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E TIERRADENTRO Con el objetivo de validar que la dotacion adquirida sea acorde a los lineamientos tecnicos establecidos en el convenio y se encuentra destinada a la UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD RIO CHIQUITO.





VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS DE DOTACION HOSPITALARIA

1. EVALUACION DE DOTACION HOSPITALARIA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO - UBICACIÓN	NOMBRE DE LA DOTACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Camilla tipo divan	1. Dos planos; totalmente horizontal y cabecero con accionamiento manualmente. 2. Tapizado en material lavable 3. Tacos o tapones en cada una de la patas 4. Dimensiones: *Largo mayor a 2.00 m (+/-20 m) *Ancho mayor a 0.70 m. (+/-20 m) *Altura mayor 0.90 m (+/-20 m) 5. Capacidad de carga minima 120 Kg. 6. Terminado en pintura electrostática. 7. Incluye colchon minimo de 5 cm 8. Sistema de levante espaldar mediante pistón.	PINOS	C379	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO	
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Bascula Grado Medico	1. Capacidad de pesaje mayor o igual a 180 Kg o superior 2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje (Opcional) 3. Funciones: conversión Lb/Kg, apagado automático 4. Pantalla visualización de datos. 5. Resolución mínimo entre 0.1 y 0.2 Lbs	SECA	874	10000001804650	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Bascula pediatrica	1. Pesa bebe electronica- digital 2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado 3. Capacidad de 20kg o superior. 4. Escala de peso graduada en kilos y libras. 5. Función de Tara 6. Alimentación con batería	HEALTH O METER	522KL	522322410024	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 

CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Tensiometro de pared	1. Tensiometro modelo de Pared 2. Rango de medición de 0-300mmHg. 3. Precisión de medición de +-3mmHg 4. Brazalete para adulto y pediatrico libre de latex 5. Accesorios: Canastilla de almacenamiento, pera insufladora.	WELCH ALLYN	7670-01	250402211500	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Equipo de organos de pared	1. Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos 2. Otoscopio de 3.5 volts como mínimo. 3. Con iluminación halogena, xenon o led 4. Oftalmoscopio de 3.5 volts como mínimo. 5. Espacios, compartimiento o dispensador de especulo 6. Alimentación 110-120V	WELCH ALLYN	77710-71	24211	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Fonendoscopio	1. Fonendoscopio 2 servicios 2. Tubo flexible en forma de "Y" o "A" 3. Olivas intercambiables, flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico lavables 4. Campana metalica (zinc, aluminio o bronce) 5. Rango frecuencia minima: 20-1000 Hz	WELCH ALLYN	5079-135	NR	INSTALADO Y FUNCIONANDO	
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Infantometro	1. Plegable 2. Alcance de medición: 10 – 110 cm 3. División: entre 1 y 5 mm 4. Peso del dispositivo maximo 2kg	SECA	417	10000001805824	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Tallimetro	1. Rango de medición: 20 – 205 cm. 2 División: 1 mm / 1/8" 3. Portable, fácil de instalar 4. Con base de piso	SECA	213	10000001805274	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Lampara de examén	1.- Soporte movil o a base con ruedas 2. Cabezal movible o ajustable 3.- Tecnología LED 4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin 5.-Vida util de los bombillos. 50.000 horas minimo 6. intensidad de la lux mayor a igual a 20000 lux 7. Alimentación 110-120V ±10%	WELCH ALLYN	GS 300	GTN732094238716 LOTE:2526	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Pulsoximetro	1.Pantalla LCD 2. Modo: Neonatal, pediatrico y adulto 3.Incluye: Bateria recargable, base cargador, sensor adulto y pediatrico. 4. Configuración para alarmas 5.Visualización onda SpO2	EDAN	H100B	360101-M25807430093	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	Doppler Fetal	1. Pantalla OLED o LCD o TFT minimo de 0.8" 2. Rango de latidos cardíacos fetales: 50 - 210 o mayor ppm. 3. Rango de potencia de salida de audio: 1- 2W 4. Frecuencia mínima de 2MHz. 5. Batería recargable y cargador	EDAN	SONOTRAX II PRO	560054-M25807450042	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 

CONSULTORIO DE ENFERMERIA	Camilla tipo divan	1. Dos planos; totalmente horizontal y cabecero con accionamiento manualmente. 2. Tapizado en material lavable 3. Tacos o tapones en cada una de la patas 4. Dimensiones: *Largo mayor a 2.00 m (+/-20 m) *Ancho mayor a 0.70 m. (+/-20 m) *Altura mayor 5. Capacidad de carga minima 120 Kg. 6. Terminado en pintura electrostática. 7. Incluye colchon minimo de 5 cm 8. Sistema de levante espaldar mediante pistón.	PINOS	C379	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO	
CONSULTORIO ENFERMERIA	Bascula Grado Medico	1. Capacidad de pesaje mayor o igual a 180 Kg o superior 2. Funcionamiento con baterías y adaptador de voltaje (Opcional) 3. Funciones: conversión Lb/Kg, apagado automático 4. Pantalla visualización de datos. 5. Resolución mínimo entre 0.1 y 0.2 Lbs	SECA	874	10000001804620	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Bascula pediatrica	1. Pesa bebe electronica- digital 2. Con pantalla de lectura o indicador incrustado 3. Capacidad de 20kg o superior. 4. Escala de peso graduada en kilos y libras. 5. Función de Tara 6. Alimentación con batería	HEALTH O METER	522KL	522322410028	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Tensiometro de pared	1. Tensiometro modelo de Pared 2. Rango de medición de 0-300mmHg. 3. Precisión de medición de +-3mmHg 4. Brazalete para adulto libre de latex 5. Canastilla de almacenamiento.	WELCH ALLYN	7670-01	250402220240	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Equipo de organos de pared	1. Unidad de diagnóstico de pared con 2 mangos 2. Otoscopio de 3.5 volts como mínimo. 3. Con iluminación halogena, xenon o led 4. Oftalmoscopio de 3.5 volts como mínimo. 5. Espacios, compartimiento o dispensador de especulo 6. Alimentación 110-120V	WELCH ALLYN	77710-71	24038	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Fonendoscopio	1. Fonendoscopio 2 servicios 2. Tubo flexible en forma de "Y" o "A" 3. Olivas intercambiables, flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico lavables 4. Campana metalica (zinc, aluminio o bronce) 5. Rango frecuencia minima: 20-1000 Hz	WELCH ALLYN	5079-135	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO	

CONSULTORIO ENFERMERIA	Infantometro	1. Plegable 2. Alcance de medición: 10 – 110 cm 3. División: entre 1 y 5 mm 4. Peso del dispositivo maximo 2kg	SECA	417	10000001805811	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Tallimetro	1. Rango de medición: 20 – 205 cm. 2 División: 1 mm / 1/8" 3. Portable, fácil de instalar 4. Con base de piso	SECA	213	10000001805269	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Lampara de examén	1.- Soporte movil o a base con ruedas 2. Cabezal movible o ajustable 3.- Tecnología LED 4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin 5.-Vida util de los bombillos. 50.000 horas minimo 6. intensidad de la lux mayor a igual a 20000 lux 7. Alimentación 110-120V ±10%	WELCH ALLYN	GS 300	GTN732094238716 LOTE:2526	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Pulsoximetro	1.Pantalla LCD 2. Modo: Neonatal, pediatrico y adulto 3.Bateria 4. Configuración para alarmas 5.Visualización onda SpO2	EDAN	H100B	M25807430072	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ENFERMERIA	Doopler Fetal	1. Pantalla OLED o LCD o TFT de 0.8" 2. Rango de latidos cardíacos fetales: 50 - 210 o mayor ppm. 3. Rango de potencia de salida de audio: 1- 2W 4. Frecuencia mínima de 2MHz. 5. Batería recargable	EDAN	SONOTRAZ II PRO	560054-M25807450050	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Unidad odontologica fija	1. Sillon y espaldar electricos 2. Silla odontológica ergonomico 3. Sillón (ascenso y descenso). 4. Sillon tapizado de alta asepsia 5. Módulo con controles electrónicos, minimo cuatro (4) servicios con bandeja para instrumental 6. Pintura electrostática base de epoxi-poliéster lisa.. el rango de 7000- 50000 lux, con sensor de movimiento para encendido 8. Butaco con elevacion graduable y con rodachines.	GOSPA	Estandar	200202409211782	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 

		9. suministro de potencia de entrada CA 100 V, CA 110-120 V, , 50 Hz/60 Hz					
		10. Negatoscopio					
		11. Escupidera en porcelana o ceramica con lavado automatico					
		12. Incluye: Caja de abastos , pedal manos libres, llenado vaso automatico.					
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Lampara de fotocurado	1. Voltaje de entrada: AC100V ~50Hz/60Hz	WOODPECKER	B-CURE	L2520337BC	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
		2. Minimo tres modos de operación					
		3. Longitud de Onda: 385~515nm					
		4. Efecto solidificación menor o igual a 3 segundos					
		5. Batería de Litio recargable					
		6. Rango de intensidad de luz					
		6. Fibra óptica Autoclavable					
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Kit odontologico	1. Una pieza de alta	NSK	PANAMAX 2	00001578/A2360875/02368932	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
		2. Micromotor					
		3. Contraangulo					
		4. Cabeza de contrangulo					
		5. Pieza Recta					
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Scaler	1. Scaler Ultrasonico	DTE	D5	S2430216D5L	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
		2. Voltaje de Entrada 24V – 50Hz/60Hz 1.3A					
		3. Frecuencia Oscilación entre 30kHz +- 5kHz (+/-5 kHz)					
		4. Presión de Agua 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~0.5MPa)					
		5. Modo de funcionamiento: Modo continuo. Digital					
		6. Pieza de mano desmontable, autoclavable a 134-135 5°C a .022MPa.					
		7. Como minimo programas de uso para profilaxis y tratamientos de periodoncia y endodoncia					
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Compresor odontologico	1. Motor con potencia mínima de 1,5 HP	SCHULZ	CSD 9/30L	4052070	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
		2. Compresor de aire seco libre de aceite					
		3. Tanque de 30 litros					
		4. Max . Presión mayor o igual a 115 psi					
		5. Motocompresor de diafragma CFM 255 litros/minuto-1.680 rpm					
		6. Fuente de alimentacion electica 120V					

CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Autoclave	1. Capacidad entre 20 - 24 litros 2. Equipo automatico 3. Minimo tres programas de esterilizacion 4. Rango ciclo de temperatura: Entre 120-134°C 5.Numero de bandejas: Al menos dos bandejas 6. Fuente de alimentación: 110 VAC a 220 VAC +/- 10%, 60hz 7.Valvula de seguridad sobre presión 8. Camara en acero inoxidable 9. Alarmas sobrecalentamiento	AUTOMAT	2400	25-A24-052	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO E HIGIENE ORAL	Incubadora de biologicos	1• Rango de temperatura: 0-50 °C 2• Capacidad minima para 4 puestos de indicadores biológicos 3• Fuente de alimentación entre 90 120 VAC - 60 hz.	STAR CLAVE	MIINI	IN-5125	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
CUARTO REFRIGERACION	Refrigeración horizontal	1• Rango de temperatura de +2°C a +8 °C 2• capacidad de 100+/- 20 litros 3• Código PQS, cumplimento con la norma who (organización mundial de la salud). 50/60 hz. que cumpla con las siguientes especificaciones: Display indicador de temperatura 6• Sistema de seguridad de puerta	VESTFROST	VLS 304	20194736840	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
VACUNACION	Camilla tipo divan	1. Dos planos; totalmente horizontal y cabecero con accionamiento manualmente. 2. Tapizado en material lavable 3. Tacos o tapones en cada una de la patas 4. Dimensiones: *Largo mayor a 2.00 m (+/-20 m) *Ancho mayor a 0.70 m. (+/-20 m) *Altura mayor 0.90 m (+/-20 m) 5. Capacidad de carga minima 120 Kg. 6. Terminado en pintura electrostática. 7. Incluye colchon minimo de 5 cm 8. Sistema de levante espaldar mediante pistón.	NACIONAL	NR	NA	INSTALADO Y FUNCIONANDO	
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO AREA TOMA DE CENTRIFUGADO	Centrifuga	1. Capacidad: 12 -20 tubos 2. Temporizador entre 0- 99 minutos 3. Rango de velocidad entre 100 - 4000 rpm 4. Fuente de Alimentacion 110V/220V 5. Centrifuga Digital con pantalla LCD	INDULAB	C-04	C-04 17750	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 

TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS CONSULTORIO	Camilla para examen general y ginecologico	CARACTERISTICAS GENERALES 1. Operación mecánica. 2. Superficie de tres planos con estribos 3. lámina de acero cold rolled, con cajones laterales. 4. Facil lavado 5. Dimensiones aproximadas (largo, ancho, alto) de 1.80 x 60 +- 10 cm x 80 +- 5 cm respectivamente.	MAFET	M-157	NA2501001115701	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS CONSULTORIO	Lampara de examén	1.- Soporte movil o a base con ruedas 2. Cabezal movible o ajustable 3.- Tecnología LED 4. Temperatura del color entre 5500 y 6500 Kelvin 5.-Vida util de los bombillos. 50.000 horas minimo 6. intensidad de la lux mayor a igual a 20000 lux 7. Alimentación 110-120V ±10%	WELCH ALLYN	GS 300	GTN732094238716 LOTE:2526	INSTALADO Y FUNCIONANDO	 
Lista de chequeo documentación							

Documento	Presenta a conformidad	Presenta con observaciones	No presenta	Descripcion		
1.Factura (s) Electrónica de venta.	X			La E.S.E TIERRADENTRO. presenta a conformidad: - Factura FVS252 emitida el 27/11/2025 por SURTIMEDICAN E.U, NIT : 900084623-3; valor total = $ $169.514.550,00; N°Equipos facturados : 34		
2. Acta de entrega de dotación por parte del proveedor.	X			La E.S.E TIERRADENTRO, presenta a conformidad: - Actas de entregas suministrada por Surtimedican E.U relacionando 34 equipos, Fecha de entrega 24 de Noviembre de 2025.		
3.Recibo a satisfacción y /o acta de instalación y/o prueba de funcionamiento y/o recepción técnica (si aplica).	X			La E.S.E TIERRADENTRO, Aporta acta de recepcion tecnica mediante certificación emitido por el personal biomédico contratista de la E.S.E. las cuales se relacionan a continuacion: - Informe de recibido a satisfaccion de 34 equipos suministrados por SURTIMEDICAN E.U de 34 equipos, Contrato 281 de 2025. Fecha de emisión 02 de Diciembre de 2025.		

4. Comprobante de entrada o ingreso de la dotación expedido por almacén General o dependencia a cargo.	X			La E.S.E TIERRADENTRO, Aporta certificado de Ingreso de almacen a conformidad, relacionado a continuacion: - Certificado de ingreso N°293 emitido el 27 de Noviembre de 2025, relacionando (34) equipos biomédicos, discriminados de la siguiente manera: dos (2) básculas grado médico, dos (2) pesa bebé, tres (3) camillas tipo diván, dos (2) tensiómetros de pared, dos (2) equipos para diagnóstico de órganos de los sentidos, dos (2) fonendoscopios doble servicio, dos (2) doppler fetal, dos (2) tallímetros, dos (2) infantómetros, tres (3) lámparas de examen, dos (2) pulsioxímetros, una (1) unidad odontológica estándar, un (1) compresor de aire, un (1) kit odontológico, una (1) lámpara de fotocurado, un (1) scaler ultrasónico, un (1) autoclave, una (1) incubadora de biológicos, un (1) refrigerador, una (1) centrífuga de doce (12) tubos y una (1) camilla ginecológica con gabinete., proveedor: SURTIMEDICAN E.U. por un valor de $ 169,514,550. 00		
5.Comprobante de entrega o recibo de recepción o asignación de la dotación al servicio asistencial previsto.	X			La E.S.E TIERRADENTRO, Aporta certificado de egreso de almacen a conformidad, relacionado a continuacion: - Certificado de ingreso N°634 emitido el 30 de Noviembre de 2025, relacionando (34) equipos biomédicos, discriminados de la siguiente manera: dos (2) básculas grado médico, dos (2) pesa bebé, tres (3) camillas tipo diván, dos (2) tensiómetros de pared, dos (2) equipos para diagnóstico de órganos de los sentidos, dos (2) fonendoscopios doble servicio, dos (2) doppler fetal, dos (2) tallímetros, dos (2) infantómetros, tres (3) lámparas de examen, dos (2) pulsioxímetros, una (1) unidad odontológica estándar, un (1) compresor de aire, un (1) kit odontológico, una (1) lámpara de fotocurado, un (1) scaler ultrasónico, un (1) autoclave, una (1) incubadora de biológicos, un (1) refrigerador, una (1) centrífuga de doce (12) tubos y una (1) camilla ginecológica con gabinete. se deja constancia de la asignacion a la UAS RIO CHIQUITO		
6. Garantía De la Dotación	X			se evidencia certificado de garantia definiendo los terminos y exepciones establecidos por una vigencia de un (1) Año a partir de la fecha de entrega de los bienes adquiridos.		
7. Hoja de vida de los equipos Biomédicos	X			La E.S.E Tierradentro presenta a conformidad los soportes de Hojas de vida en formatos institucionales de la dotacion adquirida en el convenio interadministrativo.		
8. Capacitación en el uso y manejo de la dotación (adjuntar lista de asistencia)	X			La E.S.E Tierradentro presenta soporte de capacitacion en el uso y manejo de la dotacion, de acuerdo a acta de reunion de diciembre de 2025.		
9. Certificado de comercialización de la dotación - declaración de Importación de la dotación	x			La E.S.E Tierradentro aporta a satisfaccion los certificados de importacion de la dotacion, requisito no aplica para dotacion de fabricacion nacional		
10.Registro Sanitario de la dotación	X			La E.S.E Tierradentro presenta a conformidad los registros sanitarios de la dotacion y conceptos de no aplica de la dotacion adquirida en el convenio interadministrativo.		

OBSERVACIONES GENERALES

Se implementa herramientas qu epermiten verificar el cumplimeintos de las mínimas especificaciones técnicas obligatorias , así como de la documentación asociada a la dotación adquirida en el marco del convenio 2981 de 2025.

RESPONSABLES DE DILIGENCIAMIENTO

PROCESO D.I.T -SDSC	NOMBRE	Daniel Felipe Maya Villarreal
	CARGO	Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico
	FIRMA	
PROCESO GPSI -SDSC	NOMBRE	Maria Fernanda Ordoñez A
	CARGO	Profesional de apoyo - Ingeniero Biomedico
	FIRMA	