

	FICHA TECNICA JERINGA INWELL PLUS	CÓDIGO	FTDM 035006
		VERSIÓN	01
		FECHA	02-09-2024
		PÁGINA	1 de 2

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

- La jeringa hipodérmica estéril de un solo uso con aguja, es usada para inyecciones hipodérmicas, la preparación o administración de sustancias y/o medicamentos al cuerpo y extracción de fluidos.
- Barril plástico de polipropileno (PP de grado médico).
- Émbolos plásticos de polipropileno (PP de grado médico).
- Pistones de goma caucho natural.
- Cubo de Aguja plástico de polipropileno.
- Protector de agujas plástico de polipropileno (PP de grado médico).
- Aguja hipodérmica acero inoxidable.
- Aséptico, no tóxico y libre de pirógenos y sin hemólisis
- Vida útil: 5 años



USOS E INSTRUCCIONES DE USO

- Abra el empaque por uno de sus extremos y retire la jeringa.
- Aplique alcohol sobre la superficie donde se va introducir la aguja de la jeringa.
- Para realizar extracción de fluido introduzca la aguja hasta entrar en contacto con el fluido y hale el émbolo hasta obtener el volumen deseado.
- Para realizar la inyección de fluido introduzca la aguja y presione el émbolo hasta que salga todo el fluido.
- Un solo uso, una vez extraído del envase se deben utilizar lo más rápido posible para evitar la pérdida de la esterilidad.
- Se debe tener precaución en la manipulación de las agujas debido a que pueden hacer punción o heridas involuntarias causando inoculación de patógenos al afectado.
- Si es necesario retirar aire o fluido, coloque la jeringa en posición vertical con la aguja hacia arriba, presione el émbolo hasta que se elimine el aire o se ajuste el volumen.
- Evitar la exposición a fuentes de calor y contacto con solventes orgánicos.
- No almacenar al aire libre ni a la luz solar.

	FICHA TECNICA JERINGA INWELL PLUS	CÓDIGO	FTDM 035006
		VERSIÓN	01
		FECHA	02-09-2024
		PÁGINA	2 de 2

NORMATIVA

- Importación y comercialización: Decreto 4725 de 2005 modificado por el decreto 582 de 2017 y ley 1437 de 2011 del Ministerio de protección social de Colombia.
- Almacenamiento y acondicionamiento: Resolución 4002 de 2007 del Ministerio de protección social de Colombia.

CARACTERISTICAS

ARTÍCULO Y ESPECIFICACIONES	CAJA	CAJA MASTER	Nº REGISTRO SANITARIO
Jeringa 1ml 23G x 1	100 unidades	3000 unidades	INVIMA 2024DM-0029324
Jeringa 3 ml 23G X 1	100 unidades	3000 unidades	INVIMA 2024DM-0029324
Jeringa 5 ml 21 G X 1 ½	100 unidades	2400 unidades	INVIMA 2024DM-0029324
Jeringa 10 ml 21G X 1 ½	100 unidades	1600 unidades	INVIMA 2024DM-0029324
Jeringa 20 ml 21 G X 1 ½	50 unidades	800 unidades	INVIMA 2024DM-0029324
Jeringa 1 ml 27 G X ½	100 unidades	3200 unidades	INVIMA 2024DM-0029324

	FICHA TECNICA JERINGA INWELL PLUS	CÓDIGO	FTDM 035006
		VERSIÓN	01
		FECHA	02-09-2024
		PÁGINA	3 de 2

GESTIÓN DEL CAMBIO Y APROBACIÓN		
Versión	Descripción	Visto
00	<i>Documento Inicial.</i>	Proyectó: <u>Diego Fernando Rodríguez Díaz</u> <i>Asistente de Dirección Técnica</i>
Fecha de Aprobación		Revisó: <u>Mónica Moya</u> <i>Directora Técnica</i>
20/11/2024		Aprobó: <u>Esmidt Montenegro.</u> <i>Gerente General.</i>