Tema: **VISITA REVISIÓN USO DE EQUIPOS BIOMEDICOS EN UNIDAD ZONA FRANCA, TINTAL, MEXICANA, HOSPITAL BOSA, VILLA JAVIER, KENNEDY Y GALAN. SISS SUR OCCIDENTE**

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
DIRECCION DE ANALISIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD	**SUBSECRETARIA DE PLANEACION SECTORIAL**

Objetivo	Fecha: 14 de abril. de 26			
Realizar visita de verificación en las Unidades de zona franca, tintal, mexicana, hospital bosa, villa javier, kennedy y galan para evaluar el uso y operatividad de los equipos biomédicos, en relación con los servicios habilitados y su ubicación, validando el número de usos, la disponibilidad de especialistas, la gestión de agendas y las condiciones observadas durante la inspección, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento de los estándares de habilitación y calidad establecidos por la SISS Sur Occidente.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento (X)		
		Otro ( ) Revisión uso de equipos Biomedicos		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: ZONA FRANCA, TINTAL, MEXICANA, HOSPITAL BOSA, VILLA JAVIER, KENNEDY Y GALAN			
	Hora Inicio: 8:00AM Hora Fin: 4:00 PM			
	Notas por: LEIDY SANABRIA– PAULA ANDREA VACA			
	Próxima Reunión: A Necesidad			
	Quien cita: LEIDY SANABRIA- PAULA ANDREA VACA			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El día 14 de abril de 2026 se realizó visita de verificación a la zona franca, tintal, mexicana, hospital bosa, villa javier, kennedy y galan SISS Sur Occidente, con la participación de los lideres de las unidades y el Director de Ambulatorios David Peñuela; y por parte de la Secretaría Distrital de Salud, Leidy Sanabria y Paula Andrea Vaca Camacho, profesionales especializadas de la DAEPDSS.

La visita tuvo como objetivo verificar el uso y operatividad de los equipos biomédicos en relación con los servicios habilitados en la sede, validando su ubicación, número de usos, disponibilidad de especialistas, gestión de agendas y demás condiciones observadas durante el recorrido, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio. Durante el desarrollo de la jornada se realizó recorrido por los diferentes servicios habilitados, evidenciando la ubicación de los equipos biomédicos en cada área asistencial o bodega, su estado actual y condiciones de uso. No se revisó el registro del número de atenciones realizadas con los equipos en funcionamiento, de a cuerdo a las siguientes observaciones:

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITAL DE BOSA:

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en bodega, refieren que tienen proyección de a agenda para el dia 20 de abril, refieren que se encuentran en capacitación el talento humano para la toma del examen.

Un (1) equipo de **Nasolaringoscopio.** A la fecha de la visita el equpo es compartido con Mexicana pero fue devuleto por defecto de fabrica.

Un (1) equipo de **Videocolposcopio.** A la fecha de la visita el equipo se encuentra en uso desde el mes de octubre, cuentan con agenda para procedimientos los días martes y jueves de 7:00 am a 7:00 pm, uso exclusivo para ginecología con 580 atenciones a corte 31 de marzo 2026.

Un (1) **Monitor fetal**: A la fecha de la visita el equipo se encuentra en uso desde el mes de noviembre 2025, cuentan con agenda para procedimientos de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, uso exclusivo para ginecología con 85 atenciones a corte 31 de marzo 2026.

Una (1) **Camilla urológica / ginecológica**: A la fecha de la visita el equipo se encuentra en uso desde el mes de noviembre 2025, cuentan con agenda para procedimientos de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, uso exclusivo para ginecología con 2031 atenciones a corte 31 de marzo 2026.

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS HOSPITAL DE KENNEDY:

Un (1) equipo de **Prueba de esfuerzo con banda trotadora:** A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en consultorio de cardiología sin uso, refieren que se encuentran en consecución del talento humano para la prestación del servicio.

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en consultorio de cardiología sin uso, refieren que se encuentran en consecución del talento humano para la prestación del servicio.

Un (1) equipo de **Holter cardiaco**. A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en consultorio de cardiología sin uso, refieren que se encuentran en consecución del talento humano para la prestación del servicio.

Un (1) equipo de **Videocistoscopio**. A la fecha de la visita, el equipo no se encuentra en uso, ya que refieren

que el consultorio se encuentra en adecuaciones para el funcionamiento.

Un (1) equipo de **Nasolaringoscopio**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso en el consultorio de otorrinolaringología, cuentan con agendas lunes de 6:30am a 5:00 pm y los viernes de 6:30 am a 12:00m, registran 35 atenciones desde final de febrero.

Un (1) equipo de **Unidad de Otorrinolaringologia**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso en el consultorio de otorrinolaringología, cuentan con agendas lunes de 6:30am a 5:00 pm y los viernes de 6:30 am a 12:00m, registran 35 atenciones desde final de febrero.

Un (1) equipo de **Electromiografo**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso, cuentan con agendas lunes a viernes de 7:00 am a 9:00 am, registran 10 atenciones.

Un (1) equipo de **Videocolposcopio**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecologia, cuentan con agendas lunes y miercoles de 2:00 pm a 5:00 pm, registran 3 atenciones. Refieren que los especialistas son compartidos con el área de hospitalización.

Dos (2) equipos de **Ecografos estacionarios**. A la fecha de la visita, los equipos se encuentra en uso con la especialidad de ginecología y neurologia, cuentan con agendas de ginecología lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, registran 90 atenciones. El otro equipo es usado por el especialista en neurología para infiltraciones guiadas por ecografía, cuentan con agendas de 6:30 am a 9:30 am, registran 30 atenciones.

Un (1) equipo de **Doppler fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecologia, cuentan con agendas lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, registran 2183 atenciones.

Un (1) equipo de **Monitor fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con jefes de enfermería quienes toman el examen de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y el especialista de ginecología realiza la lectura, registran 30 atenciones.

Un (1) equipo de **Camilla Urologica-Ginecologica**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecología y urología, cuentan con agendas lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, registran 2183 atenciones por ginecología y 1867 atenciones por urología.

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ZONA FRANCA:

Un (1) equipo de **Electrocardiografo 12 canales:** A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en uso desde el 13 de marzo, cuentan con agenda los lunes de 7:00 am a 5:00 pm y los viernes de 7:00 am a 4:00 pm según disponibilidad del profesional, se deja la claridad que no son todos los lunes ni viernes de cada mes.

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, teniendo en cuenta que tienen proyección de inicio para el dia 20 de abril, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista.

Un (1) equipo de **Ecocardiografo:** A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en uso, equipo es compartido con la unidad de Mexicana, reportan 4 usos.

Un (1) equipos de **Holter cardiaco**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, teniendo en cuenta que tienen proyección de inicio para el dia 20 de abril, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista.

Un (1) equipo de **VIdeocistoscipio portatil:** A la fecha de la visita, el equipo no se encuentra en uso, ya que no cuentan con el talento humano para la prestación del servicio, están en proceso de habilitación, tiene proyección de iniciar con el servicio para el mes de agosto.

Un (1) equipo de **Nasolaringoscopio:** A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso, con agenda de otorrinolaringología 1 vez a al semana. Refieren 6 atenciones de nasolaringologia y 6 nasosinuscopia.

Un (1) equipo de **Ecografo estacionario**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecología, desde el mes de marzo, cuentan con agendas de 7:00 am a 1:00 pm, reportan 5 usos al 31 de marzo.

Un (1) equipo de **Monitor fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecología, desde el mes de marzo, cuentan con agendas de 7:00 am a 1:00 pm, reportan 5 usos al 12 de marzo.

Un (1) equipo de **Camilla Urologica-Ginecologica**. A la fecha de la visita, el equipo no se encuentra en uso con la especialidad de ginecología ni de urología, ya que refieren tienen todos los cosultorios con las camillas

completas. Se sugiere sacar una camilla e incluir esta para poder dar uso y empezar a reportar el numero de usos de la misma.

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS TINTAL:

Un (1) equipo de **Electrocardiografo 12 canales:** A la fecha de la visita, se encuentra el equipo en uso desde el 10 de marzo, cuentan con agenda los miercoles, jueves y viernes de 7:00 am a 1:00 pm, reportan 6 usos al 30 de marzo.

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, teniendo en cuenta que tienen proyección de inicio para el dia 10 y 21 de abril de abril, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista. Este equipo se comparte con mexicana. Refieren que por parte de la secretaria de salud no se ha realizado la entrega oficial por lo que ellos envían correo el 9 de abril con dicha solicitud.

Un (1) equipos de **Holter cardiaco**. A la fecha de la visita, no se evidencia el equipo en la unidad, la líder refiere que desde el 6 dia 6 de marzo el equipo se extravio, se encuentran en seguimiento de cámaras para verificar el responsable, desde el área de bomedica no se notifico oficialmente a la secretaria sobre este robo, el dia 9 de abril colocan la denuncia ante fiscalía sobre los hechos. Se sugiere enviar correo a la secretaria con la notoficacion de lo ocurrido.

Un (1) equipo de **VIdeocistoscipio portatil:** A la fecha de la visita, el equipo no se encuentra en uso, ya que no cuentan con el talento humano para la prestación del servicio, están en proceso de habilitación.

Un (1) equipo de **Nasolaringoscopio:** A la fecha de la visita, el equipo no se encuentra en uso, ya que no cuentan con el talento humano para la prestación del servicio, están en proceso de habilitación.

Un (1) equipo de **Ecografo estacionario**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ortopedia y obstetricia, desde el 13 de marzo, cuentan con agendas de obstetrcia los viernes de 7:00 am a 4:00 pm, reportan 8 usos al 31 de marzo.

Un (1) equipo de **Monitor fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de obstetricia, desde el 13 de marzo, cuentan con agendas los viernes de 7:00 am a 4:00 pm, reportan 1 uso al 31 de marzo.

Un (1) equipo de **Camilla Urologica-Ginecologica**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de obstetricia, desde el 13 de marzo, cuentan con agendas de obstetrcia los viernes de 7:00 am a 4:00 pm, reportan 8 usos al 31 de marzo.

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS TRINIDAD GALAN:

Un (1) equipo de **Electrocardiografo 12 canales:** A la fecha de la visita, se encuentra el equipo no se encuentra en uso, refieren proyección para el dia 23 de abril con agendas los jueves de 7:00 am a 4:00 pm, enfermería es quien va a realizar la toma del examen.

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, teniendo en cuenta que tienen proyección de inicio para el dia 23 de abril, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista.

Un (1) equipos de **Holter cardiaco**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, teniendo en cuenta el equipo fue entregado el 3 de diciembre 2025 y la capacitación por parte del proveedor fue el dia 18 de abril, por otro lado, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista.

Un (1) equipo de **Ecografo estacionario**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de obstetricia, cuentan con agendas de obstetrcia de lunes a viernes de 6:00 am a 6:00 pm, reportan 39 atenciones.

Un (1) equipo de **Monitor fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso de la auxiliar de enfermería según criterio medico, reportan 4 usos al 31 de marzo.

Un (1) equipo de **Camilla Urologica-Ginecologica**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de obstetricia, reportan 112 usos al 31 de marzo.

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS VILLA JAVIER:

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista.

Un (1) equipos de **Holter cardiaco**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista.

Un (1) equipo de **Ecografo estacionario**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecologia, cuentan con agendas de obstetricia los jueves de 7:00 am a 5:00 pm, reportan 14 atenciones desde marzo que inicio la consulta.

Un (1) equipo de **Monitor fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso de la auxiliar de enfermería según criterio medico, reportan 10 atenciones.

Un (1) equipo de **Camilla Urologica-Ginecologica**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecología y obstetricia, cuentan con agendas los lunes de 7:00 am a 5:00 pm, miércoles de 7:00 am a 5:00 pm y los viernes de 7:00 am a 1:00 pm, reportan 1283 usos al 31 de marzo.

RELACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS MEXICANA:

Un (1) equipo de **Electrocardiografo 12 canales:** A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso, desde el 9 de marzo con agenda los miercoles de 7:00 am a 5:00 pm y los jueves de 2:20 a 6:20 pm, refieren 138 atenciones.

Dos (2) equipos de **Holter de presión arterial**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista. Tienen fecha de proyección para inicio de atenciones el 20 de abril.

Un (1) equipo de **Ecocardiografo:** A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso, el equipo es compartido con zona franca, refieren 5 atenciones.

Un (1) equipos de **Holter cardiaco**. A la fecha de la visita, no se encuentra el equipo en uso, las auxilires de enfermería se encuentran en capacitación ya que van a ser las que colocaran los equipos y con el tercerizado van a contratar la lectura del examen por parte del especialista. Tienen fecha de proyección para inicio de atenciones el 20 de abril.

Un (1) equipo de **VIdeocistoscipio portatil:** A la fecha de la visita, el equipo no se encuentra en uso, ya que

no cuentan con el talento humano para la prestación del servicio, están en proceso de habilitación.

Un (1) equipo de **Nasolaringoscopio:** A la fecha de la visita, el equipo no se recibió por defecto de fabrica.

Un (1) equipo de **Ecografo estacionario**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de obstetricia, cuentan con agendas de obstetricia los miercoles de 7:00 am a 4:30 pm, reportan 22 atenciones desde enero a marzo.

Un (1) equipo de **Monitor fetal**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso de la auxiliar de enfermería según criterio medico, reportan 5 atenciones.

Un (1) equipo de **Camilla Urologica-Ginecologica**. A la fecha de la visita, el equipo se encuentra en uso con la especialidad de ginecología y obstetricia, cuentan con agendas los miercoles de 7:00 am a 4:30 pm, reportan 157 usos al 31 de marzo.

Se efectuó validación de la disponibilidad de especialistas por servicio, así como la coherencia entre la oferta institucional y la asignación de citas en las agendas activas. Se dejaron observaciones relacionadas con oportunidades de mejora identificadas durante la inspección, las cuales fueron socializadas con el equipo directivo presente, acordando acciones de seguimiento cuando hubo lugar.

La jornada finalizó con la retroalimentación de los hallazgos preliminares y el compromiso de continuar el monitoreo a la implementación y uso efectivo de los equipos biomédicos, en articulación con los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFO	DIRECCIÓN/	FIRMA
1	Leidy Sanabria	L1sanabria@saludcapital.gov.co	9007	DAEPDSS	Leidy Sanabria Vasquez.
2	Paula Andrea Vaca Camacho	PAvaca@saludcapital.gov.co	-------	DAEPDSS	PAULA ANDREA VACA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES
Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) **No ( )**	

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.