MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

GS- 2026- **/ HOCEN – ARCIN – DENFE 29.57**

Bogotá D.C, 15 de abril de 2026

Señor teniente
CAROLINA CARDONA QUICENO
Jefe Oficina Contratos HOCEN
Carrera 59 N°26-21
Bogotá

Asunto: Respuesta Subsanación proceso PN HOCEN SA 008 2026

Respetuosamente presentamos a mi teniente respuesta de la subsanación de la evaluación técnica del proceso **PN HOCEN SA 008 2026** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL."**, así:

7. COMERCIAL MEDICA DE COLOMBIA SAS - CMC MEDICAL SAS

GRUPO	ITEM	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA A OFERTAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
						SI	NO	
GRUPO 9 KIT SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL	1	KIT SISTEMA DE FIJACION CATETER CENTRAL SIN CLORHEXIDINA	KIT COMPUESTO POR: * DISPOSITIVO DE FIJACION RESISTENTEN AL AGUA, TRANSPIRABLE, SIN LATEX, ADHESIVO DE SILICONA PUEDE REPOSICIONARSE, VARILLA DE SEGURIDAD ADAPTABLE A CATETERES MONO, DOBLE Y TRIPLE LUMEN, POLICARBONATO, POLIETILENO Y ADHESIVO SINTETICO, TAMAÑO 5 CM X 5,8 CM * APOSITO INTRAVENOSO: PELICULA DE POLIURETANO CON ADHESIVO DE ACRILATO, POLIESTER NO TEJIDO, SOPORTE TRANSPARENTE, PERMITE LA VISUALIZACION DEL SITIO DE INSERCION HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX, ESTERIL, TAMAÑO 7,5 CM A 9 CM X 11 CM A 14 CM	UNIDAD	LEUKOMED		X	FICHA TECNICA APORTADA NO SE EVIDENCIA VARILLA DE SEGURIDAD ADAPTABLE A CATETERES MONO, DOBLE Y TRIPLE LUMEN
	2	KIT APOSITO ASEGURAMIENTO VASCULAR CENTRAL ADULTO CON PAD DE CLORHEXIDINA AL 2%	KIT COMPUESTO POR: * DISPOSITIVO DE FIJACION RESISTENTEN AL AGUA, TRANSPIRABLE, SIN LATEX, ADHESIVO DE SILICONA PUEDE REPOSICIONARSE, VARILLA DE SEGURIDAD ADAPTABLE A CATETERES MONO, DOBLE Y TRIPLE LUMEN, POLICARBONATO, POLIETILENO Y ADHESIVO SINTETICO, TAMAÑO 5 CM X 5,8 CM * APOSITO INTRAVENOSO: PELICULA DE POLIURETANO CON ADHESIVO DE ACRILATO, ALMOHADILLA DE GEL QUE CONTIENEN GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, POLIESTER NO TEJIDO, SOPORTE TRANSPARENTE, PERMITE LA VISUALIZACION DEL SITIO DE INSERCION HIPOALERGENICO, LIBRE DE LATEX, ESTERIL, TAMAÑO 8,5 CM X 10,5 CM +/-2 CM BARRERA CONTRA FLUIDOS, BACTERIAS, VIRUS Y LEVADURAS	UNIDAD	TEGADERM		X	FICHA TECNICA APORTADA NO SE EVIDENCIA VARILLA DE SEGURIDAD ADAPTABLE A CATETERES MONO, DOBLE Y TRIPLE LUMEN

CONCLUSIÓN:

- ✓ Después de revisada la documentación aportada por el oferente NO CUMPLE para el Grupo 1, Grupo 3, Grupo 5, Grupo 8, Grupo 9, Grupo 11, Grupo 12 y Grupo 15.
- ✓ Después de revisada la documentación aportada por el oferente CUMPLE para el Grupo 4.
- ✓ El oferente no presentó subsanación para el Grupo 2, Grupo 6, Grupo 7, Grupo 10, Grupo 13, Grupo 14, Grupo 16, Grupo 18, Grupo 19, Grupo 20, Grupo 21, Grupo 22, Grupo 23, Grupo 24, Grupo 25, Grupo 26, Grupo 27, Grupo 28, Grupo 30, Grupo 31, Grupo 32, Grupo 33, Grupo 34, Grupo 35, Grupo 36, Grupo 37, Grupo 38, Grupo 39, Grupo 40, Grupo 41,

Powered by CamScanner

GS-2026-031416-DISAN

Grupo 42 ítem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37 y 38; por tanto se mantiene el NO CUMPLE.

Atentamente,

COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO

SI. **YURANY ALBARRACIN ALVAREZ**
Comité Evaluador Técnico

SI. **DILSA ROCIO SANCHEZ**
Comité Evaluador Técnico

SI. **NANCY NATALY JIMENEZ GUERRERO**
Comité Evaluador Técnico

SI. **JHON BASTO RUEDA**
Comité Evaluador Técnico

SI. **YENNY YOHANNA SANCHEZ DIAZ**
Comité Evaluador Técnico

PT. **MIRLEDY VARGAS ARGÜELLO**
Comité Evaluador Técnico

Proyectó: COMITÉ TECNICO
Revisado por: COMITÉ TECNICO
Fecha de elaboración: 15/04/2026
Ubicación: Escritorio/procesos2026

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN
Teléfonos 3879999
hocen.enfer@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Powered by CamScanner