FICHA TÉCNICA

NOMBRE
BALANZA ANALÍTICA

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS
MARCA: OPTIKA SERIE: ITA2403079 SOFTWARE: N/A MODELO: B214Ai DIMENSIONES EXTERNAS: Altura 345mm-Largo 345mm- Ancho215mm PESO: 6,6 Kg MAGNITUD A MEDIR: Masa EXACTITUD: 0,1 mg PRECISIÓN: 0,0001 g RESOLUCIÓN: 0,2 mg RANGO DE MEDICIÓN: 10 mg - 220 g RANGO DE USO: 10 mg - 220 g VOLTAJE: 110 V - 220 V TEMPERATURA: 10 - 30 °C HUMEDAD RELATIVA: 38 - 70 %

ACCESORIOS
Adaptador de corriente

FOTOGRAFÍA


OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo. El servicio de mantenimiento se debe recibir en las instalaciones del SENA Regional Norte de Santander en el Laboratorio de Calidad de Carbón. Descripción del mantenimiento: •Limpieza Técnica profunda (bajo el platillo), Limpieza superficial y nivelación. • Verificación de Pesaje. • Prueba de repetibilidad. • Inspección de Hardware (Teclado táctil, Pantalla). • Verificación y funcionamiento completo. CALIBRACIÓN ACREDITADA ONAC. Descripción de la calibración: • ipfna con d: 0,1 mg, balanzas analíticas y de precisión hasta 220 g, en (12) puntos. • Puntos de calibración: 1g, 50g, 100g, 200g.

Elaboró: DIEGO FERNANDO INCHIMA CARANGUAY

Firma

Fecha: