FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Balanza Digital

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS
MARCA: VIBRA
SERIE: NR
SOFTWARE: N/A
MODELO: AJ
MAGNITUD A MEDIR: Masa
RESOLUCIÓN: 0.01 gramos
RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 6000 gramos
RANGO DE USO: 0 - 6000 gramos
VOLTAJE: 120 v
TEMPERATURA: 5 - 35 °C
HUMEDAD RELATIVA: 30 - 80%

ACCESORIOS
Adaptador de corriente

FOTOGRAFÍA


OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo. El servicio de mantenimiento se debe recibir en las instalaciones del SENA Regional Norte de Santander en el Laboratorio de Calidad de Carbón. Descripción del mantenimiento: • Limpieza Técnica profunda (bajo el platillo), Limpieza superficial y nivelación. • Verificación de Pesaje. • Prueba de repetibilidad. • Inspección de Hardware (Teclado táctil, Pantalla). • Verificación y funcionamiento completo. CALIBRACIÓN ACREDITADA ONAC. Descripción de la calibración: • ipfna con d: 0,1 mg, balanzas analíticas y de precisión hasta 6000g, en (5) puntos • Puntos a calibrar: 250 gr, 500gr, 1 kg, 3 kg, 6 kg.

Elaboró: DIEGO FERNANDO INCHIMA CARANGUAY

Firma

Fecha: