FICHA TÉCNICA

NOMBRE

BOMBA CALORIMÉTRICA

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS

MARCA: IKA
SERIE: C-200
SOFTWARE: N/A
MODELO: C-200
DIMENSIONES EXTERNAS: 40 cm alto, 40cm de ancho, 40cm de largo
PESO: 21 Kg
MAGNITUD A MEDIR: Calor
RESOLUCIÓN: 1 Julios
RANGO DE MEDICIÓN: 0 - 40000 Julios
RANGO DE USO: 0 - 40000 Julios
VOLTAJE: 115 v
TEMPERATURA: 18 - 24°C
HUMEDAD RELATIVA: 38 - 70 %

FOTOGRAFÍA



ACCESORIOS

Calorimetro (celula de medición) C200, Recipiente de descomposición C5010, estación de oxigeno C248, Circulación de enfriamiento RC 2 basico,

OBSERVACIONES: El servicio de mantenimiento se debe recibir en las instalaciones del SENA Regional Norte de Santander en el Laboratorio de Calidad de Carbón. Descripción del mantenimiento: • Revisión parte interna del baño de enfriamiento • revisión del sistema de regulación de gases • limpieza •Inspección de roscas • Prueba de fugas • Inspección técnica • capacitación de uso y manejo del equipo
CALIBRACIÓN ACREDITADA ONAC. Descripción de la calibración: • Punto de calibración: 6.950 kj, 13.000kj, 25.000kj, 40.000kj •Ajuste de presión de entrada: 30 psi. •Capacitación de uso y manejo.

Elaboró: DIEGO FERNANDO INCHIMA CARANGUAY

Firma

Fecha: