## FICHA TÉCNICA

**NOMBRE**

HORNO PARA DETERMINAR MATERIA VOLÁTIL DEL CARBÓN Y COQUE

Especificaciones mínimas requeridas:

**CARACTERISTICAS**

MARCA: TERRIGENO
SERIE: 0002.
SOFTWARE: N/A
MODELO: Homv
DIMENSIONES EXTERNAS: 40 cm de Ancho, Alto 37cm, Profundidad 46 cm.
MAGNITUD A MEDIR: Temperatura
RANGO DE MEDICIÓN: 100° - 1200 °C
RANGO DE USO: 500 - 1000 °C
VOLTAJE:110 V
TEMPERATURA: 18 - 30 °C
HUMEDAD RELATIVA : 30 - 70%

**ACCESORIOS**

**FOTOGRAFÍA**



**OBSERVACIONES: Mantenimiento Preventivo. El servicio de mantenimiento se debe recibir en las instalaciones del SENA Regional Norte de Santander en el Laboratorio de Calidad de Carbón. Descripción del mantenimiento: • Limpieza de la mufla con sus respectivos accesorios. • Verificación del Control de Temperatura. • Revisión de todos los Componentes Eléctricos y Conexiones. •Verificación y funcionamiento completo.**

**CALIBRACIÓN ACREDITADA ONAC. Descripción de la calibración: • caracterización de medios en sitio, muflas, intervalo: 100° C a 1.000° C, en (2 o 3) puntos. • puntos a calibrar: 500 °C, 950° C.**

Elaboró: DIEGO FERNANDO INCHIMA CARANGUAY

Firma

Fecha: