FICHA TÉCNICA

NOMBRE

CALIBRADOR ACÚSTICO DEL SONÓMETRO ANALIZADOR DE FRECUENCIA

Especificaciones mínimas requeridas:

CARACTERISTICAS

Marca: Cirrus.
Codigo interno: ECA_14.
Magnitud a medir: Ácustica,ultrasonido y vibración (DA).
Precisión: ±1,4 dB.
Rango de medición: 94 dB (SPL) 1000 Hz.
Rango de calibración 94 dB (SPL) 1000 Hz.

ACCESORIOS

Bateria cuadrada 9v

FOTOGRAFÍA



OBSERVACIONES:

Mantenimiento Preventivo y verificacion

- Inspección física.
- Revisión de funcionalidad.
- Verificación de salida acústica.
- Limpieza de puertos y contactos.
- Revisión y limpieza de la porta baterías.
- Pruebas de verificación posteriores a la intervención y registro en bitácora.
NOTA: El equipo como resultado del mantenimiento realizado debe quedar en optimas condiciones para su funcionamiento y en puesta en marcha.

Descripción de la calibración:

Calibración a 94 dB (SPL) ; 1000Hz

Entrega de informe detallado del mantenimiento, verificacion realizada y resultado de las pruebas.
Entrega del certificado de calibración por laboratorio acreditado ante ONAC a nombre del laboratorio.
Estos certificados e informes deben estar en idioma español.

Elaboró: ST10

Firma

Fecha: 2026-02-27