COMUNIDAD DE CUIDADO: HOGAR CLARITA SANTOS
CONVENIO O CONTRATO: 9582 DEL 2024
FECHA: 01/03/2026

7.2 CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

EQUIPO	FEHCA DE CALIBRACION	FECHA DE NUEVA CALIBRACION
GRAMANERA	ENERO 2026	ENERO 2027
BÁSCULA ELECTRÓNICA DIGITAL	ENERO 2026	ENERO 2027
BALANZA DE PISO	ENERO 2026	ENERO 2027
BALANZA DIGITAL S.A	ENERO 2026	ENERO 2027
GRAMERA DIGITAL	ENERO 2026	ENERO 2027
BALANZA DE MESA	ENERO 2026	ENERO 2027
TERMOMETRO DE PUNZÓN	ENERO 2026	ENERO 2027
TERMOMETRO DE PUNZÓN	ENERO 2026	ENERO 2027
TERMOMETRO DE PUNZÓN	ENERO 2026	ENERO 2027
TERMOMETRO DE PUNZÓN	ENERO 2026	ENERO 2027

7.2 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS

EQUIPO	FEHCA DE MANTENIMIENTO	FECHA DE LA PROXIMO MANTENIMIENTO
NEVERAS	ENERO 2026	ENERO 2027
ESTUFAS	ENERO 2026	ENERO 2027
LICUADORAS	ENERO 2026	ENERO 2027
BATIDORA	ENERO 2026	ENERO 2027
HORNO MICROONDAS	ENERO 2026	ENERO 2027

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICIÓN	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TEL	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS

AÑO 2026		
ENERO 27	FEBRERO	MARZO
ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

AÑO 2027		
ENERO	FEBRERO	MARZO
ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

LISTADO DE EQUIPO BIOMEDICOS

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR
BALANZA DE PISO	GENERICA	130Kg	N/R	NEGRO
BALANZA DIGITAL	TCS	TCS-K1	CE003	
GRAMERA DIGITAL	GENERICA	SF-400A	N/R	
BALANZA DE MESA	DAHO GYING	40Kg DIGITAL	N/R	BEIG
BALANZA DIGITAL	BBG	350Kg	CE001	
TERMOMETRO DE PUNZON	GENERICO	TP3001	N/R	VERDE TRANSPARANTE
TERMOMETRO DE PUNZON	GENERICO	DIGITAL	SASG2672	
TERMOMETRO DE PUNZON	GENERICO	DIGITAL	SASG2673	NEGRO
TERMOMETRO DE PUNZON	GENERICO	ANALOGO	N/R	
NEVERA	SAMSUNG	RT6CWNPP1/SCL	N/R	
REFRIGERADOR	REFRI FORMAX	TP1413YS	AE4430Y-AA1A	
CONGELADOR	REFRI FORMAX	TP1413YS	TP103-DS-E1S	
CONGELADOR	REFRI FORMAX	TP1413YS	TC8107-PR	

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT: 901.008.495-7
TEL: 883 34 32 - 310 235 06 42

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81774	FECHA	27	ENERO	2026	1

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	BALANZA DE PISO
MARCA	GENERICA
MODELO	130Kg
SERIE	N/R
COLOR	NEGRO



revisión del buen estado del equipo	√
Se desensambla el equipo con la herramienta adecuada.	√
revisión de sistema mecánico y / o electrónico	√
revisión y lubricación de balancines	√
limpieza general	√
se ensambla el equipo	√
se verifica el buen funcionamiento del equipo	√
se verifica la calibración del peso con una masa calibrada y certificada	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03189

FECHA **27** **ENERO** **2026**
ENTIDAD **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
ENCARGADO **NUTRICION** NIT /C.C. **860007314-1**
DIRECCION **CALLE 12 # 2-88** TELEFONO ***3117693708***
CIUDAD **BOGOTA** DPTO ***CUNDINAMARCA***

EQUIPO EN VERIFICACIÓN

EQUIPO **BALANZA** MARCA **GENERICA**
MODELO **130Kg** SERIE **N/R**
ACTIVO

PATRONES UTILIZADOS

CERTIFICADO	**LMS-BOG-38103**
1 MASA PATRON DE 5 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	OIML F1
SERIE	LMS160610
FECHA DE CALIBRACIÓN	**29/10/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADO	**LMS-BOG-33847**
1 MASA PATRON DE 10 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	M1
SERIE	O1
FECHA DE CALIBRACIÓN	**21/04/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADOS	**LMS-BOG-33845/LMS-BOG-33846**
2 MASAS PATRON DE 20 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	M1
SERIE	O1/02
FECHA DE CALIBRACIÓN	**21/04/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

TRAZABILIDAD

MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuada para su conservación, los cuales han sido certificados por LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el sistema internacional de unidades

OBSERVACIONES Esta medición no exime a que el ente regulador exija la calibración del equipo

te formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SA**
prohibida su reproducción total o parcialmente

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03189

Verificación

El método utilizado para verificar es con masas patrón calibradas y certificadas a estándares internacional la división se hace automáticamente por comparación ya que se toma técnicamente una fuerza de gravedad constante, entonces la masa es directamente proporcional a la fuerza.

CARACTERIS-TICAS

Instrumento técnico diseñado para el peso de masas, las basculas miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la fuerza de gravedad. Gracias a la relación F=m por a si la a= la gravedad es posible calcular la masa (la gravedad es diferente en las diferentes partes del mundo)

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERAURA DEL AIRE	20	°C	HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	60	HR%

		TOMA DE DATOS									
		Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error
MASAS PATRON		5,00	ind	10,00	ind	20,00	ind	50,00	ind	70,00	ind
No	1	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	2	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
de lecturas	3	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	4	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	5	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00

TABLA DE RESULTADOS				
MASA Kg	PROMEDIO Kg	E %	UC	Ue
5	5,00	0,00	0,000	0,00
10	10,00	0,00	0,000	0,00
20	20,00	0,00	0,000	0,00
50	50,00	0,00	0,000	0,00
70	70,00	0,00	0,000	0,00

los datos y resultados contenidos en este certificado se refieren al instrumento, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y quedan registrados en un informe de **2 paginas**

Jairo Antonio Ramírez V
Tecnólogo Electromedicina
ECCI

Este formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS**
prohibida su reproducción total o parcialmente

JAIRO ANTONIO RAMIREZ VILLARRAGA
TECNOLOGO EN ELECTROMEDICINA ECCI

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81775	FECHA	27	ENERO	2026	2

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	BALANZA DIGITAL
MARCA	ICM
MODELO	100KG
SERIE	CE003
COLOR	NEGRO GRIS



revisión del buen estado del equipo	√
Se desensambla el equipo con la herramienta adecuada.	√
revisión de sistema mecánico y / o electrónico	√
revisión y lubricación de balancines	√
limpieza general	√
se ensambla el equipo	√
se verifica el buen funcionamiento del equipo	√
se verifica la calibración del peso con una masa calibrada y certificada	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03190

FECHA **27** **ENERO** **2026**
ENTIDAD **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
ENCARGADO **NUTRICION** NIT /C.C. **860007314-1**
DIRECCION **CALLE 12 # 2-88** TELEFONO ***3117693708***
CIUDAD **BOGOTA** DPTO ***CUNDINAMARCA***

EQUIPO EN VERIFICACIÓN

EQUIPO **BALANZA DIGITAL** MARCA **ICM**
MODELO **130Kg** SERIE **CE003**
ACTIVO

PATRONES UTILIZADOS

CERTIFICADO	**LMS-BOG-38103**
1 MASA PATRON DE 5 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	OIML F1
SERIE	LMS160610
FECHA DE CALIBRACIÓN	**29/10/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADO	**LMS-BOG-33847**
1 MASA PATRON DE 10 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	M1
SERIE	O1
FECHA DE CALIBRACIÓN	**21/04/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADOS	**LMS-BOG-33845/LMS-BOG-33846**
2 MASAS PATRON DE 20 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	M1
SERIE	O1/02
FECHA DE CALIBRACIÓN	**21/04/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

TRAZABILIDAD

MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuada para su conservación, los cuales han sido certificados por LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el sistema internacional de unidades

OBSERVACIONES Esta medición no exime a que el ente regulador exija la calibración del equipo

te formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SA**
prohibida su reproducción total o parcialmente

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03190

Verificación

El método utilizado para verificar es con masas patrón calibradas y certificadas a estándares internacional la división se hace automáticamente por comparación ya que se toma técnicamente una fuerza de gravedad constante, entonces la masa es directamente proporcional a la fuerza.

CARACTERIS-TICAS

Instrumento técnico diseñado para el peso de masas, las basculas miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la fuerza de gravedad. Gracias a la relación F=m por a si la a= la gravedad es posible calcular la masa (la gravedad es diferente en las diferentes partes del mundo)

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERAURA DEL AIRE	20	°C	HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	60	HR%

		TOMA DE DATOS									
		Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error
MASAS PATRON		5,00	ind	10,00	ind	20,00	ind	50,00	ind	70,00	ind
No	1	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	2	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
de lecturas	3	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	4	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	5	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00

TABLA DE RESULTADOS				
MASA Kg	PROMEDIO Kg	E %	UC	Ue
5	5,00	0,00	0,000	0,00
10	10,00	0,00	0,000	0,00
20	20,00	0,00	0,000	0,00
50	50,00	0,00	0,000	0,00
70	70,00	0,00	0,000	0,00

los datos y resultados contenidos en este certificado se refieren al instrumento, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y quedan registrados en un informe de **2 paginas**

Jairo Antonio Ramírez V
Tecnólogo Electromedicina
ECCI

Este formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS**
prohibida su reproducción total o parcialmente

JAIRO ANTONIO RAMIREZ VILLARRAGA
TECNOLOGO EN ELECTROMEDICINA ECCI

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81776	FECHA	27	ENERO	2026	3

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	GRAMERA DIGITAL
MARCA	GENERICA
MODELO	SF-400A
SERIE	N/R
COLOR	



revisión del buen estado del equipo	√
Se desensambla el equipo con la herramienta adecuada.	√
revisión de sistema mecánico y / o electrónico	√
revisión y lubricación de balancines	√
limpieza general	√
se ensambla el equipo	√
se verifica el buen funcionamiento del equipo	√
se verifica la calibración del peso con una masa calibrada y certificada	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03191

FECHA *27* *ENERO* *2026*
ENTIDAD ***CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE***
ENCARGADO ***NUTRICION*** NIT /C.C. **860007314-1**
DIRECCION ***CALLE 12 # 2-88*** TELEFONO ***3117693708***
CIUDAD ***BOGOTA*** DPTO ***CUNDINAMARCA***

EQUIPO EN VERIFICACIÓN

EQUIPO **GRAMERA DIGITAL** *MARCA* **GENERICA**
MODELO **SF-400A** *SERIE* **N/R**
ACTIVO

PATRONES UTILIZADOS

CERTIFICADO	**LMS-BOG-32850**
1 JUEGO DE MASAS PATRON DE 20 A 200Gr	
MARCA SIGMA	**EXACTITUD** F2
SERIE JP-0394	FECHA DE CALIBRACIÓN **7/03/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADO	**LMS-BOG-38104**
1 MASA PATRON DE 1Kg	
MARCA SIGMA	**EXACTITUD** OIML F1
SERIE LMS140215	**FECHA DE CALIBRACIÓN 29/10/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

TRAZABILIDAD

MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuadas para su conservación, los cuales han sido certificados por LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el sistema internacional de unidades

OBSERVACIONES Esta medición no exime a que el ente regulador exija la calibración del equipo

Este formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS**
prohibida su reproducción total o parcialmente

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03191

Verificación

El método utilizado para verificar es con masas patrón calibradas y certificadas a estándares internacionales definidos la división se hace automáticamente por comparación ya que se toma técnicamente una fuerza de gravedad constante, entonces la masa es directamente proporcional a la fuerza.

CARACTERIS-TICAS

Instrumento técnico diseñado para el peso de masas, las basculas miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la fuerza de gravedad. Gracias a la relación F=m por a si la a= la gravedad es posible calcular la masa (la gravedad es diferente en las diferentes partes del mundo)

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERAURA DEL AIRE 20 **°C** **HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE** 60 HR%

TOMA DE DATOS

		Kg	error	Kg	error
MASAS PATRON		1,00	ind	5,00	ind
No de lecturas	**1**	**1,00**	0,00	**5,00**	0,00
	2	**1,00**	0,00	**5,00**	0,00
	3	**1,00**	0,00	**5,00**	0,00
	4	**1,00**	0,00	**5,00**	0,00
	5	**1,00**	0,00	**5,00**	0,00

TABLA DE RESULTADOS				
MASA Kg	PROMEDIO Kg	E %	UC	Ue
1	1,00	0,00	0,000	0,00
5	5,00	0,00	0,000	0,00

los datos y resultados contenidos en este certificado se refieren al instrumento, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y quedan registrados en un informe de **2 paginas**

Jairo Antonio Ramírez V
Tecnólogo Electromedicina
ECCI

Este formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS**
prohibida su reproducción total o parcialmente

JAIRO ANTONIO RAMIREZ VILLARRAGA
TECNOLOGO EN ELECTROMEDICINA ECCI

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81777	FECHA	27	ENERO	2026	4

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	BALANZA DE MESA
MARCA	DAHO GYING
MODELO	40Kg DIGITAL
SERIE	N/R
COLOR	BEIG



revisión del buen estado del equipo	√
Se desensambla el equipo con la herramienta adecuada.	√
revisión de sistema mecánico y / o electrónico	√
revisión y lubricación de balancines	√
limpieza general	√
se ensambla el equipo	√
se verifica el buen funcionamiento del equipo	√
se verifica la calibración del peso con una masa calibrada y certificada	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03192

FECHA **27** **ENERO** **2026**
ENTIDAD **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
ENCARGADO **NUTRICION** NIT /C.C. **860007314-1**
DIRECCION **CALLE 12 # 2-88** TELEFONO ***3117693708***
CIUDAD **BOGOTA** DPTO ***CUNDINAMARCA***

EQUIPO EN VERIFICACIÓN

EQUIPO **BALANZA DE MESA** MARCA **DAHO GYING**
MODELO **40Kg DIGITAL** SERIE **N/R**
ACTIVO

PATRONES UTILIZADOS

CERTIFICADO	**LMS-BOG-38103**
1 MASA PATRON DE 5 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	OIML F1
SERIE	LMS160610
FECHA DE CALIBRACIÓN	**29/10/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADO	**LMS-BOG-33847**
1 MASA PATRON DE 10 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	M1
SERIE	O1
FECHA DE CALIBRACIÓN	**21/04/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

CERTIFICADOS	**LMS-BOG-33845/LMS-BOG-33846**
2 MASAS PATRON DE 20 Kg	
MARCA	SIGMA
EXACTITUD	M1
SERIE	O1/02
FECHA DE CALIBRACIÓN	**21/04/2025**
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**	

TRAZABILIDAD

MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuada para su conservación, los cuales han sido certificados por LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el sistema internacional de unidades

OBSERVACIONES Esta medición no exime a que el ente regulador exija la calibración del equipo

te formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SA**
prohibida su reproducción total o parcialmente

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03192

Verificación

El método utilizado para verificar es con masas patrón calibradas y certificadas a estándares internacional la división se hace automáticamente por comparación ya que se toma técnicamente una fuerza de gravedad constante, entonces la masa es directamente proporcional a la fuerza.

CARACTERIS-TICAS

Instrumento técnico diseñado para el peso de masas, las basculas miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la fuerza de gravedad. Gracias a la relación F=m por a si la a= la gravedad es posible calcular la masa (la gravedad es diferente en las diferentes partes del mundo)

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERAURA DEL AIRE	20	°C	HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	60	HR%

		TOMA DE DATOS									
		Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error
MASAS PATRON		5,00	ind	10,00	ind	20,00	ind	40,00	ind	0,00	ind
No	1	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	2	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
de lecturas	3	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	5	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

TABLA DE RESULTADOS				
MASA Kg	PROMEDIO Kg	E %	UC	Ue
5	5,00	0,00	0,000	0,00
10	10,00	0,00	0,000	0,00
20	20,00	0,00	0,000	0,00
40	40,00	0,00	0,000	0,00
0	0,00	0,00	0,000	0,00

los datos y resultados contenidos en este certificado se refieren al instrumento, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y quedan registrados en un informe de **2 paginas**

Jairo Antonio Ramírez V
Tecnólogo Electromedicina
ECCI

Este formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS**
prohibida su reproducción total o parcialmente

JAIRO ANTONIO RAMIREZ VILLARRAGA
TECNOLOGO EN ELECTROMEDICINA ECCI

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81778	FECHA	27	ENERO	2026	5

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	BALANZA DIGITAL
MARCA	BBG
MODELO	350Kg
SERIE	CE001
COLOR	



revisión del buen estado del equipo	√
Se desensambla el equipo con la herramienta adecuada.	√
revisión de sistema mecánico y / o electrónico	√
revisión y lubricación de balancines	√
limpieza general	√
se ensambla el equipo	√
se verifica el buen funcionamiento del equipo	√
se verifica la calibración del peso con una masa calibrada y certificada	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03193

FECHA **27** **ENERO** **2026**
ENTIDAD **CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**
ENCARGADO **NUTRICION** NIT /C.C. **860007314-1**
DIRECCION **CALLE 12 # 2-88** TELEFONO ***3117693708***
CIUDAD **BOGOTA** DPTO ***CUNDINAMARCA***

EQUIPO EN VERIFICACIÓN

EQUIPO **BALANZA DIGITAL** MARCA **BBG**
MODELO **350Kg** SERIE **CE0013**
ACTIVO

PATRONES UTILIZADOS

CERTIFICADO	LMS-BOG-38103		
1 MASA PATRON DE 5 Kg			
MARCA	SIGMA	EXACTITUD	OIML F1
SERIE	LMS160610	FECHA DE CALIBRACIÓN	29/10/2025
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**			

CERTIFICADO	LMS-BOG-33847		
1 MASA PATRON DE 10 Kg			
MARCA	SIGMA	EXACTITUD	M1
SERIE	O1	FECHA DE CALIBRACIÓN	21/04/2025
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**			

CERTIFICADOS	LMS-BOG-33845/LMS-BOG-33846		
2 MASAS PATRON DE 20 Kg			
MARCA	SIGMA	EXACTITUD	M1
SERIE	O1/02	FECHA DE CALIBRACIÓN	21/04/2025
LABORATORIOS DE METROLOGIA **SIGMA**			

TRAZABILIDAD

MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS mantiene los patrones de referencia en condiciones físicas adecuada para su conservación, los cuales han sido certificados por LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA asegurando la trazabilidad en las calibraciones realizadas con el sistema internacional de unidades

OBSERVACIONES Esta medición no exime a que el ente regulador exija la calibración del equipo

te formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SA**
prohibida su reproducción total o parcialmente

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S
NIT:901.008.495-7

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS N° V03193

Verificación

El método utilizado para verificar es con masas patrón calibradas y certificadas a estándares internacional la división se hace automáticamente por comparación ya que se toma técnicamente una fuerza de gravedad constante, entonces la masa es directamente proporcional a la fuerza.

CARACTERIS-TICAS

Instrumento técnico diseñado para el peso de masas, las basculas miden la fuerza ejercida por un objeto sujeto a la fuerza de gravedad. Gracias a la relación F=m por a si la a= la gravedad es posible calcular la masa (la gravedad es diferente en las diferentes partes del mundo)

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERAURA DEL AIRE	20	°C	HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE	60	HR%

		TOMA DE DATOS									
		Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error	Kg	error
MASAS PATRON		5,00	ind	10,00	ind	20,00	ind	50,00	ind	70,00	ind
No	1	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	2	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
de lecturas	3	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	4	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00
	5	5,00	0,00	10,00	0,00	20,00	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00

TABLA DE RESULTADOS				
MASA Kg	PROMEDIO Kg	E %	UC	Ue
5	5,00	0,00	0,000	0,00
10	10,00	0,00	0,000	0,00
20	20,00	0,00	0,000	0,00
50	50,00	0,00	0,000	0,00
70	70,00	0,00	0,000	0,00

los datos y resultados contenidos en este certificado se refieren al instrumento, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y quedan registrados en un informe de **2 paginas**

Jairo Antonio Ramírez V
Tecnólogo Electromedicina
ECCI

Este formato es para uso exclusivo de **MISAEL VILLARRAGA ELECTROMEDICINA SAS**
prohibida su reproducción total o parcialmente

JAIRO ANTONIO RAMIREZ VILLARRAGA
TECNOLOGO EN ELECTROMEDICINA ECCI

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81779	FECHA	27	ENERO	2026	6

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	TERMOMETRO DE PUNZON
MARCA	GENERICO
MODELO	TP3001
SERIE	N/R



limpieza general	√
revision de bateria	√
verificación de buen funcionamiento con termómetro calibrado	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

MVE S.A.S

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81780	FECHA	27	ENERO	2026	7

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	TERMOMETRO DE PUNZON
MARCA	GENERICO
MODELO	SAAG5980
SERIE	5980
COLOR	NEGRO



limpieza general	√
revision de bateria	√
verificación de buen funcionamiento con termómetro calibrado	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

MVE S.A.S

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81781	FECHA	27	ENERO	2026	8

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	TERMOMETRO DE PUNZON
MARCA	GENERICO
MODELO	DIGITAL
SERIE	SASG2673
COLOR	NEGRO



limpieza general	√
revision de bateria	√
verificación de buen funcionamiento con termómetro calibrado	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

MVE S.A.S

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81782	FECHA	27	ENERO	2026	9

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	TERMOMETRO DE PUNZON
MARCA	GENERICO
MODELO	ANALOGO
SERIE	5971
COLOR	PLATEADO



limpieza general	√
revision de bateria	√
verificación de buen funcionamiento con termómetro calibrado	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81783	FECHA	27	ENERO	2026	10

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	NEVERA		
MARCA	SAMSUNG		
MODELO	RT6CWNPP1/SCL		
SERIE	N/R		
VOLTAJE	120V	WATIOS	206W
FRECUENCA	60Hz	AMP	2,9 A



VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED 110V	√
revisan de los empaques magnéticos de la puerta.	√
revisión del condensador y la unidad.	√
revisión el térmico y el replay.	√
revisión del sistema eléctrico.	√
verificación de la temperatura con un termómetro de referencia previamente calibrado.	√
una limpieza externa.	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81784	FECHA	27	ENERO	2026	11

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	REFRIGERADOR		
MARCA	REFRI FORMAX		
MODELO	TP1413YS		
SERIE	AE4430Y-AA1A		
VOLTAJE	120V	WATIOS	206W
FRECUENCA	60Hz	AMP	2,9 A



VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED 110V	√
revisan de los empaques magnéticos de la puerta.	√
revisión del condensador y la unidad.	√
revisión el térmico y el replay.	√
revisión del sistema eléctrico.	√
verificación de la temperatura con un termómetro de referencia previamente calibrado.	√
una limpieza externa.	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81785	FECHA	27	ENERO	2026	12

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	CONGELADOR		
MARCA	REFRI FORMAX		
MODELO	TP1413YS		
SERIE	TP103-DS-E1S		
VOLTAJE	120V	WATIOS	206W
FRECUENCA	60Hz	AMP	2,9 A



VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED 110V	√
revisan de los empaques magnéticos de la puerta.	√
revisión del condensador y la unidad.	√
revisión el térmico y el replay.	√
revisión del sistema eléctrico.	√
verificación de la temperatura con un termómetro de referencia previamente calibrado.	√
una limpieza externa.	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

MISAEL VILLARRAGA
ELECTROMEDICINA S.A.S.
NIT:901.008.495-7

CODIGO	INFORME DE MANTENIMIENTO MVE SAS				PAGINA
81786	FECHA	27	ENERO	2026	13

ENTIDAD	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE		
ENCARGADO	NUTRICION	NIT	860007314-1
DIRECCION	CALLE 12 # 2-88	TELEFONO	3117693708
CIUDAD	BOGOTA	DPTO	CUNDINAMARCA

EQUIPO	CONGELADOR		
MARCA	REFRI FORMAX		
MODELO	TP1413YS		
SERIE	TC8107-PR		
VOLTAJE	120V	WATIOS	206W
FRECUENCA	60Hz	AMP	2,9 A



VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN DEL EQUIPO A LA RED 110V	√
revisan de los empaques magnéticos de la puerta.	√
revisión del condensador y la unidad.	√
revisión el térmico y el replay.	√
revisión del sistema eléctrico.	√
verificación de la temperatura con un termómetro de referencia previamente calibrado.	√
una limpieza externa.	√

DESPUES DE REALIZADO EL MANTENIMIENTO Y HECHO LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
SE VERIFICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y UNA VIDA UTIL VIGENTE

STEEVEN VILLARRAGA
Ingeniero Biomédico
Matrícula Profesional
25244 - 374796

RESPONSABLE MANTENIMIENTO
ING. STEEVEN VILLARRAGA RINCÓN

RECIBE A SATISFACCION
DR.(A)

Vereda Riogrande Sector Pte Vargas Via la Camila cajica tel 8833432 Cel 3102350642 / 3108615910
E:mail mv_electromedicina@hotmail.com/ admon.mvelectromedicina@gmail.com

NOMBRE	CARGO/ROL	FIRMAS
Yamile Andrea Viana Osorio	Nutricionista Dietista	
Sor Gilma Castro Castro	Coordinadora	
Yudy Andrea Espinosa Duarte	Gastrónoma	