PRECISION CARE

GUANTE EXAMEN DE NITRILO SIN TALCO PRECISION CARE

CODIGO: 077 ACTUALIZACIÓN: 03/12/2020 Versión: 01





FABRICANTES:
Sri Trang Gloves (Thailand) Co Ltd

REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2020DM-0022675
Vigente hasta: 18 de diciembre 2030
Clasificación de Riesgo: IIa – No Invasivo

PROPÓSITO: El guante examen de nitrilo es un dispositivo desechable destinado a fines médicos que se coloca en la mano o el dedo del examinador para evitar la contaminación entre el paciente y el examinador. Los guantes de nitrilo examen están destinados a actividades medicas, excepto cirugía**.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Guante examen de nitrilo libre de polvo y no estéril, su superficie es ligeramente rugosa con texturas en las yemas de los dedos. Este producto es fuerte, flexible, confortable, ambidiestro y no contiene proteína encontrada en los látex naturales.
Disponible en diferentes tallas y colores.
Tamaños: XS, S, M, L y XL
Colores: violeta, azul claro y azul oscuro.

COMPONENTES Y MATERIALES:
Nitrilo NBR

INDICACIONES DE USO:

- Comprobar la vigencia del producto.
- Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la mano.
- Abrir el dispensador por la línea punteada.
- Para retirar el primer guante, tomar el guante que sobresale halándolo hacia arriba y luego lateralmente.
- Ponerse el guante en la mano dominante ajustándolo hacia el sitio exacto con la otra mano.
- Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.
- Ajustarlos guantes entrelazando las manos.
- Para retirar los guantes, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
- Después de su uso desechar en un contenedor de residuos apropiados

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Conservar en un lugar de almacenamiento seco y ventilado.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- Almacene en estibas de madera o plástico bien conformadas, separadas aproximadamente 10 cm del suelo.
- En el área de almacenamiento no deben mantenerse sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como: pinturas, pegantes, disolventes (tinner, varsol, gasolina) que podrían afectar al producto.
- El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes como los de combustión de automotores (monóxido de carbono o dióxido de carbono).
- El almacén debe estar dotado de ventilación adecuada sobre todo en climas cálidos.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

La vida útil de este producto es de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Producto desechable para uso único.
- Verificar que el empaque esté en perfecto estado, en caso contrario desechar el producto.
- No utilizar si el producto excede la fecha de expiración.
- No utilizar si el empaque se encuentra roto y/o abierto.
- No tener uñas artificiales, ni largas, mantener el borde natural de las uñas por debajo de 6 mm de longitud.
- Quitar anillos, relojes y pulseras antes de comenzar el lavado.
- Lavado higiénico de manos siempre después de retirar los guantes.

- **ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:**
- ISO9001:2008: Sistema de Gestión de calidad-Requerimientos
- ISO13485:2003: Dispositivos médicos-sistema de gestión de calidad-Requisitos para propósitos regulatorios
- EN 455-2:2015: Guantes médicos para un solo uso parte 2- Requerimientos y pruebas de propiedades físicas.

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
LARGO (mm)	
XS	Min 220
S	Min 220
M	Min 230
L	Min 230
XL	Min 230
ANCHO (mm)	
XS	70±10
S	80±10
M	95±10
L	110±10
XL	120±10
ESPESOR SIMPLE (mm)	
Dedo	Min 0,05
Palma	Min 0,05
PROPIEDADES FÍSICAS (ANTES ENVEJECIMIENTO)	
Fuerza de tensión (MPa)	Min 14
Elongación (%)	Min 500
DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO	
Fuerza de tensión (MPa)	Min 14
Elongación (%)	Min 400

Elaboró y revisó: Asuntos regulatorios
Aprobó: Dirección técnica

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

FUNCIONAMIENTO

RESISTENCIA QUÍMICA GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO				
SUSTANCIA	MUY BUENA	BUENA	MEDIANA	NO RECOMENDADO
Isobutanol	X			
Gasolina	X			
Metilamina	X			
Nafta VM&P	X			
Tributilfosfato				X
Nitrobenceno				X
Cloroformo			X	
Benceno			X	
Percloroetileno	X			
Quroseno	X			
Tetracloruro de carbono		X		
Tolueno, tuluol		X		
Trietanolamina (85%), TEA	X			
Xileno, Xilol		X		

PRESENTACIONES COMERCIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES DE MEDIDA					
414000129	Guante Examen Nitrilo Negro T S	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037102261				27702037102258	
414000130	Guante Examen Nitrilo Negro T M	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037102278				27702037102265	
414000131	Guante Examen Nitrilo Negro T L	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037102285				27702037102272	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES DE MEDIDA					
414000096	Guante Examen Nitrilo T S	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037567015				27702037567019	
414000097	Guante Examen Nitrilo T M	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037567022				27702037567026	
414000098	Guante Examen Nitrilo T L	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037567039				27702037567033	

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co