PRECISION CARE

GUANTE EXAMEN DE NITRILO PRECISION CARE

CODIGO: 078 ACTUALIZACIÓN: 09/12/2020 Versión: 01





REGISTRO SANITARIO:
INVIMA 2020DM-0022456
Vigente hasta: 2030/11/30
Clasificación de Riesgo: IIa – No Invasivo

PROPÓSITO: Los guantes de nitrilo se utilizan principalmente para el proceso de inspección medica, para prevenir la infección cruzada entre pacientes y médicos. Es un guante cómodo, tiene una sensación suave, sin látex y brinda una mejor protección química que el guante de vinilo y látex.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Guante examen de nitrilo libre de polvo y no estéril, su superficie es ligeramente rugosa con texturas en las yemas de los dedos. Este producto es fuerte, flexible, confortable y no contiene proteína encontrada en los látex naturales. Disponible en diferentes tallas y colores.

FABRICANTES:
SHANDONG INTCO MEDICAL PRODUCTS CO LTD

COMPONENTES Y MATERIALES:
Caucho de nitrilo ZDBC

INDICACIONES DE USO:
- Comprobar la vigencia del producto.
- Comprobar que el tamaño del guante sea el adecuado para la mano.
- Abrir el dispensador por la línea punteada.
- Para retirar el primer guante, tomar el guante que sobresale halándolo hacia arriba y luego lateralmente.
- Ponerse el guante en la mano dominante ajustándolo hacia el sitio exacto con la otra mano.
- Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante.
- Ajustarlos guantes entrelazando las manos.
- Para retirar los guantes, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.
- Después de su uso desechar en un contenedor de residuos apropiados

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Conservar el producto en el empaque original.
- No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
- Conservar en un lugar de almacenamiento seco y ventilado.
- Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
- Humedad relativa permanente: máximo 70%
- Almacene en estibas de madera o plástico bien conformadas, separadas aproximadamente 10 cm del suelo.
- En el área de almacenamiento no deben mantenerse sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como: pinturas, pegantes, disolventes (tinner, varsol, gasolina) que podrían afectar al producto.
- El área debe estar libre de goteras y de entrada de gases contaminantes como los de combustión de automotores (monóxido de carbono o dióxido de carbono).
- El almacén debe estar dotado de ventilación adecuada sobre todo en climas cálidos.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL

La vida útil de este producto es de 5 años. Se garantiza siempre y cuando el empaque esté intacto y se mantengan las condiciones de almacenamiento indicadas por el fabricante.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

- Producto desechable para uso único.
- Verificar que el empaque esté en perfecto estado, en caso contrario desechar el producto.
- No utilizar si el producto excede la fecha de expiración.
- No utilizar si el empaque se encuentra roto y/o abierto.
- No tener uñas artificiales, ni largas, mantener el borde natural de las uñas por debajo de 6 mm de longitud.
- Quitar anillos, relojes y pulseras antes de comenzar el lavado.
- Lavado higiénico de manos siempre después de retirar los guantes.
- Evite el contacto con productos químicos como aceites, ácidos fuertes y solventes orgánicos.

- **ESTANDARES CALIDAD FABRICANTE:**
- EN 455 1: 2000: Guantes médicos para un solo uso. Parte 1: Requisitos y prueba de libertad de agujeros
- EN455: 2: 2000: Guantes médicos para un solo uso. Parte 2: Requisitos y prueba de propiedades físicas
- EN 455 3: 2006: Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y pruebas para evaluación biológica
- EN455 4: 2009 Guantes médicos para un solo uso Parte 4: Requisitos y pruebas para la determinación de la vida útil.
- EN 3742: 2003 Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos Parte 2: Determinación de resistencia a la penetración
- EN 3743: 2003 Guantes protectores contra productos químicos y microorganismos Parte 3: Determinación de resistencia a la permeación por productos químicos

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEMS DE PRUEBA			ESPECIFICACIONES	
			ESTÁNDAR	NIVEL DE CALIDAD AQL
ANTES DEL ENVEJECIMIENTO	Resistencia a la tracción MPa	S	≥14	2.5
	Elongación MPa		≥500%	
	Resistencia a la tracción MPa	M	≥14	2.5
	Elongación MPa		≥500%	
	Resistencia a la tracción MPa	L	≥14	2.5
	Elongación MPa		≥500%	
	Resistencia a la tracción MPa	XL	≥14	2.5
	Elongación MPa		≥500%	
TAMAÑOS	Longitud (mm)	S	≥220	2.5
	Ancho (mm)		85±5	
	Longitud (mm)	M	≥230	2.5
	Ancho (mm)		95±5	
	Longitud (mm)	L	≥230	2.5
	Ancho (mm)		105±5	
	Longitud (mm)	XL	≥230	2.5
	Ancho (mm)		115±5	

Elaboró y revisó: Asuntos regulatorios
Aprobó: Dirección técnica

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co

FUNCIONAMIENTO

RESISTENCIA QUÍMICA GUANTES PARA EXAMEN DE NITRILO				
SUSTANCIA	MUY BUENA	BUENA	MEDIANA	NO RECOMENDADO
Isobutanol	X			
Gasolina	X			
Metilamina	X			
Nafta VM&P	X			
Tributilfosfato				X
Nitrobenceno				X
Cloroformo			X	
Benceno			X	
Percloroetileno	X			
Quroseno	X			
Tetracloruro de carbono		X		
Tolueno, tuluol		X		
Trietanolamina (85%), TEA	X			
Xileno, Xilol		X		

PRESENTACIONES COMERCIALES

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES DE MEDIDA					
414000129	Guante Examen Nitrilo Negro T S	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037102261				27702037102258	
414000130	Guante Examen Nitrilo Negro T M	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037102278				27702037102265	
414000131	Guante Examen Nitrilo Negro T L	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037102285				27702037102272	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES DE MEDIDA					
414000096	Guante Examen Nitrilo T S	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037567015				27702037567019	
414000097	Guante Examen Nitrilo T M	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037567022				27702037567026	
414000098	Guante Examen Nitrilo T L	UNIDAD	1 DSP	SUBEMPAQUE	N.A.	CORRUGADO	20 DSP
		7702037567039				27702037567033	

Av. Calle 26 No. 57 – 83 Torre 7 Piso 4 – Bogotá D.C. – Colombia
Telf.: (057) 260 11 00 Fax: (051) 570 2727
www.precisioncare.com.co