	ORDEN DE SERVICIO *MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INDUSTRIAL*	***Código***	*PM-MCAL-02*
		Versión	*1.0*
		Fecha	*2017-05-20*
		N° De Orden de Servicio	
	calmet.metrologia@gmail.com - www.calmetamericas.com		
	Cel . 321 832 9545; 321 742 3634	***MNCF-0595***	
	Cra 16 #35-48;Medellín-Colombia		

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

CLIENTE:	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS			**SEDE:**	PRINCIPAL
MUNICIPIO:	SN FRANCISCO ANT.				
EQUIPO:	CONGELADOR	**MODELO:**	CV-425	**PLACA INVEN:**	1498
MARCA:	CHALLYNGER	**SERIE:**	220905-4254130065	**UBICACIÓN:**	VACUNACIÓN

TIPO DE SERVICIO

PREVENTIVO:	**X**	**CORRECTIVO:**		**BAJA DE EQUIP.**		**GARANTIA:**	

MODALIDAD DEL SERVICIO:

LOCATIVO:		**DOMICILIO:**	**X**	**CONTRATO:**	**SI:**	**NO:**

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

TIPO DE EQUIPO	**ELÉCTRICO/ ELECTRÓNICO**	**X**	**ESTADO INICIAL DEL EQUIPO** Funcional/no funicional ↓	
	NEUMÁTICO/ MECÁNICO		EQUIPO FUNCIONAL	

PROTOCOLO			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO APLICA**	**REPUESTO**
1.Verificación de gas refrigerante.			X			
2.Verificación del relay, térmico y compresor.			X			
3.Verificación de la evaporadora,ventilador y tuberia de alta			X			
4.Verificación de la condensadora y tuberia de baja			X			
5.VerificaCión y limpieza de filtros			X			
6.Revisión y limpenza del empaque y junturas internas			X			
5.Verificación del controlador electrónico o análogo.			X			
6.Limpieza de condensadora y evaporadora.			X			
7.Limpieza y lubricación de ventiladores.			NA	NA	NA	NA
8. Estado del cable de poder, enchufe y suiches.			X			
9. Mediciones de amperaje y voltaje.	119,2VAC	1,12A	X			
10.Limpieza general del sistema(tarjeta de Control, relevos,pruebas en set-point y estructura)			X			
11. Verificación de resistencia			X			
12. Verificación de temperatura programada.			X			

OBSERVACIONES.

Fecha de Mantenimiento:	14/05/2026	**Ejecutó:**	Ing. Andrés Felipe Restrepo Muñoz
Recibe:		**Cargo:**	Ingenieria