

ANEXO 1 INSUMOS

- ✓ Peróxido de Hidrógeno (58%).
- ✓ Indicadores químicos en tirillas.
- ✓ Indicadores Biológicos (31 unidades mes por cada equipo).
- ✓ Cinta indicadora de procesos externos
- ✓ Papel de impresión para registro físico del proceso de esterilización.

EQUIPO COMODATO:

- ✓ Equipo CASP 50 (77L)
- ✓ PAPEL GRADO MEDICO Y TYVEK

Condiciones especiales para instalación de esterilizador CASP modelo 50D

Los esterilizadores CASP modelo 50D, son equipos que necesitan unas adecuaciones y espacios necesarios, para su buen funcionamiento y poder cumplir las exigencias de esterilización deseadas, a continuación, se describen las condiciones más importantes que deben tenerse en cuenta para su instalación:

- La máquina tiene un peso aproximado de 450Kg.
- Las dimensiones externas son: 178 cm de altura, 104cm de profundidad, 95cm de ancho.
- El equipo tiene un consumo de 3.5 KW y requiere una alimentación de 220V +/- 22V, con polo a tierra
- El equipo debe estar en un espacio ideal de 200cm de ancho por 200cm de largo con una altura mínima de 250cm. Esto para un fácil uso y manejo. Además de un adecuado acceso a la hora de realizarle algún tipo de mantenimiento.
- En caso de instalación con barrera sanitaria dejar libres 2 cm a cada lado del equipo, esto para el fácil movimiento de los equipos en la ejecución de los manteamientos.
- Temperatura de funcionamiento 6°C-45°C

Imagen de los tamaños mínimos de las puertas para el ingreso del equipo hasta el área destinada de funcionamiento del esterilizador.

Consumibles entregados según los planes seleccionados para los equipos en comodato

- ✓ Agente esterilizante

- ✓ Papel Impresora
- ✓ Indicadores químicos
- ✓ Indicadores biológicos
- ✓ Cinta indicadora

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
SELLADORA UGAIYA	3001UG100-A
SELLADORA UGAIYA	3001UG100-A
SELLADORA UGAIYA	3001UG100-A

INSUMOS:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
32001100100	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 10 cm RLX100	RLX100
32001150100	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 15 cm RLX100	RLX100
32001200100	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 20 cm RLX100	RLX100
32001250100	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 25 cm RLX100	RLX100
32001300100	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 30 cm RLX100	RLX100
3002PAR380	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 50 cm RLX100	RLX100
32001400100	PAPEL GRADO MEDICO FUELLE 40 cm RLX100	RLX100
30020016	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 10 cm RLX200 STERIL	RLX200
30020011	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 15 cm RLX200 STERIL	RLX200
30020038	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 20 cm RLX200 STERIL	RLX200
320010039	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 25 cm RLX200 STERIL	RLX200
30020041	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 30 cm RLX200 STERIL	RLX200
30020026	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 40 cm RLX200 STERIL	RLX200
320010009	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 5 cm RLX200 STERIL	RLX200
320010010	PAPEL GRADO MEDICO PLANO 7.5 cm RLX200 STERIL	RLX200
30020050	ROLLO TYVEK 100MM RLx70 STERIL	RLX70
320010051	ROLLO TYVEK 150mm RLx70 STERIL	RLX70
320010052	ROLLO TYVEK 200mm RLx70 STERIL	RLX70
320010054	ROLLO TYVEK 250mm RLx70 STERIL	RLX70
30020046	ROLLO TYVEK 300MM RLx70 STERIL	RLX70
30020053	ROLLO TYVEK 350MM RLx70 STERIL	RLX70
300200464	ROLLO TYVEK 400MM RLx70 STERIL	RLX70
3002PAR659	ROLLO TYVEK 500mm RLx70	RLX70
30020043	ROLLO TYVEK DE 75MM RL x70 STERIL	RLX70
30022121005	ENVOLVEDERA 50GR 1.00 X 1.00 PQX100	PQX100
30023002014	ENVOLVEDERA 50GR 120 x 120 PWM PQX100	PQX100
3002BD125x71	TEST BOWIE DICK PAQUE TE	UND

IMPRESORA:

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
IMPRESORA TSC TE200	3001TE200
IMPRESORA TSC TE200	3001TE200
IMPRESORA TSC TE200	3001TE200

3002016	ETIQUETA ADHESIVA OXIDO ETILENO RLX800	RLX800
3002ETTT7035-40	ETIQUETA ADHESIVA PRINTEX VAPOR RLX500	RLX500
3002ETTTK7035-40	ETIQUETA TYVEK PLASMA-PEROXIDO RLX500	RLX500
3002TTR	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA IMPRESORA	UND

INDICADORES PARA VAPOR

3002UGTP0101	CINTA INDICADORA VAPOR RLX50 UG	RLX50
3002CT22	CINTA INDICADORA PARA VAPOR RLX50m	RLX50
3002UGB10201	INDICADOR BIOLÓGICO VAPOR 20MIN CJX50 UG	CJX50
3002IT26-1YS	TIRA INDICADORA VAPOR CLASE 5 X 200	CJX200
3002IT26-C	INTEGRADOR CLASE 5 DESPLAZAMIENTO PQX250	PQX250
3200170201176354	INTEGRADOR DESPLAZAMIENTO TIPO 5 1243B 3M	CJX100