INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO DE COMODATO No. CO1.PCCNTR. 1883788 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 01/01/2026
Hasta: 31/03/2026

DATOS GENERALES

CONTRATISTA:	**SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ**
IDENTIFICACION:	Nit. 899.999.017-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08/10/2020
OBJETO:	El Fondo Financiero Distrital hace entrega real y material a la SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ a título de comodato o préstamo de uso, para su uso gratuito y con cargo a restituir los equipos biomédicos para el funcionamiento de las Unidades de Cuidado Intensivo.
VALOR INICIAL:	Teniendo en cuenta que el contrato suscrito es de naturaleza gratuita, su valor es de cero pesos ($0)
PLAZO INICIAL:	Un (1) año, Del 08 de Octubre de 2020 al 07 de Octubre de 2021. Prorroga 1. Del 08 de octubre de 2021 al 07 de octubre de 2022. Dos (2) años. Prorroga 2. Del 08 de octubre de 2022 al 07 de octubre de 2024. Prorroga 3. Del 08 de octubre de 2024 al 07 de octubre de 2026.
SUPERVISOR ACTUAL:	A partir del 06 de noviembre de 2024: CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS Profesional Especializado Código 222 Grado 27 Subdirección de Bienes y Servicios

SUPERVISIÓN ANTERIOR:

A partir del 02 de noviembre de 2023:
DIANA MARCELA ACOSTA RUBIO
Subdirectora
Subdirección de Bienes y Servicios

A partir del 10 de julio de 2023
EDIZABETT RAMIREZ RODRÍGUEZ
Profesional Especializado Código 222 Grado 27
Dirección de Provisión de Servicios de Salud

MAURICIO ROJAS PEREZ
Profesional Universitario código 219 grado 14
Dirección de Provisión de Servicios de Salud

NOVEDADES CONTRACTUALES:

PRORROGA No. 1. PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de comodato N°. 1883788 de 2020 por el termino de (01) un año, contados a partir del ocho (08) de octubre de 2021 hasta el siete (07) de octubre de 2022.
PRORROGA No. 2. SEGUNDA: PRORROGAR el plazo del contrato de comodato N°. 1883788 de 2020 por el término de (02) dos años, contados a partir del ocho (08) de octubre de 2022 hasta el siete (07) de octubre de 2024.

MODIFICACIÓN No. 1. Al contrato de comodato No. CO1. PCCNTR.1883788 de 2020. Por lo anterior se acuerdan las siguientes cláusulas:

PRIMERA-MODIFICAR la cláusula ***"CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO."*** quedando de la siguiente manera:

"Para el desarrollo del objeto contractual, los Equipos Biomédicos a entregar a título de comodato precario son los siguientes:

Ventiladores:

No.	MARCA	MODELO	SERIAL
1	AEONMED	MODELO V670	XZZT24706
2	AEONMED	MODELO V670	XZZT24265
3	AEONMED	MODELO V670	XZZT24419
4	AEONMED	MODELO V670	XZZT24284
5	***NEUMOVENT***	***TS***	***200846711083A1V***
6	***NEUMOVENT***	***TS***	***200846721083A1V***
7	***NEUMOVENT***	***TS***	***200851041083A1V***

8	***NEUMOVENT***	***TS***	***200851051083A1V***
9	***NEUMOVENT***	***TS***	***200851061083A1V***
10	***NEUMOVENT***	***TS***	***200851071083A1V***
11	***NEUMOVENT***	***TS***	***200851081083A1V***
12	***NEUMOVENT***	***TS***	***200851091083A1V***

Monitores de signos vitales:

No.	LOTE	MARCA	SERIAL
1	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3688***
2	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3705***
3	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3677***
4	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3687***
5	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3676***
6	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3718***
7	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3709***
8	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3714***
9	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3716***
10	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3684***
11	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3679***
12	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3686***
13	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1891***
14	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1890***
15	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1898***
16	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF2744***
17	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF2739***
18	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1895***
19	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1173***
20	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3157***
21	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3173***
22	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3164***
23	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF2473***
24	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF2431***
25	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1198***
26	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1191***
27	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF1180***
28	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3168***
29	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3166***
30	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3161***
31	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF3165***
32	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF2426***
33	***DRAGER***	***VISTA 120S***	***S2SNF2452***

Cánulas de alto flujo:

No.	MARCA	MODELO	SERIAL
1	***FISHER & PAYKEL***	***AIRVO 2***	***210218248227***
2	***FISHER & PAYKEL***	***AIRVO 2***	***210218248229***
3	***FISHER & PAYKEL***	***AIRVO 2***	***210218248230***
4	***FISHER & PAYKEL***	***AIRVO 2***	***210218248231***
5	***FISHER & PAYKEL***	***AIRVO 2***	***210218248232***

SEGUNDA-MODIFICAR **LA CLAUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL COMODATARIO,** en el sentido de incluir los numerales 11 a 18 los cuales quedaran así:

"(…)

11. ***Mantener, actualizar y tener disponible la documentación de cada uno de los equipos otorgados a través del comodato.***
12. ***Formular y actualizar periódicamente el inventario de la tecnología contemplada en el comodato.***
13. ***Realizar jornadas de inducción y reinducción en uso de la tecnología por lo menos una vez al año.***
14. ***Presentar cronograma de mantenimientos preventivos y calibraciones según recomendaciones de fábrica.***
15. ***Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones que requieran los equipos durante el plazo de ejecución del comodato, garantizando que los repuestos, accesorios, partes e insumos utilizados para la tecnología contemplada en el comodato sean originales y que se apliquen los procedimientos o protocolos de mantenimiento y calibraciones recomendados por los fabricantes de los equipos.***
16. ***Tener la tecnología en óptimas condiciones físico-funcionales de acuerdo con los parámetros del fabricante.***
17. ***Cuando la tecnología contemplada en el comodato incurra en una alerta sanitaria, realizar la notificación inmediata a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato y allegar la trazabilidad de resarcimiento a la entidad.***
18. ***Cuando se presente una falla en la tecnología que se relacione con un daño irreparable notificar a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato.*** *(…)"*

TERCERA-MODIFICAR **"LA CLAUSULA DECIMA NOVENA - GARANTIAS",** la cual quedará de la siguiente manera:

EL COMODATARIO *se compromete a incluir los equipos entregados en comodato a un seguro todo riesgo que cubra el 100% del valor de los equipos, por el plazo de ejecución del comodato y en todo caso hasta la devolución efectiva al COMODANTE, que cubra por lo menos los siguientes riesgos:*

- *Daño o pérdida*
- *Hurto*
- *Eventos excepcionales por desastres Naturales amotinamientos o por alteración del orden público.*

- *Incendio y/o rayo, explosión, daños por agua o por anegación*

***NOTA: EL COMODATARIO** se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía, en el evento que se aumente el número de equipos o se prorrogue o suspenda su vigencia, en todo caso, la vigencia de la garantía deberá corresponder desde la presente modificación y hasta la terminación de este.*

***PARÁGRAFO PRIMERO- PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL COMODATARIO** es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la acusación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato.*

***PARÁGRAFO SEGUNDO- SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS: EL COMODATARIO** debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de la garantía otorgada. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o el número de equipos se aumente, respectivamente, EL COMODATARIO deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el número de equipos, según sea el caso. "*

MODIFICACIÓN No. 2. Al contrato de comodato No. CO1. PCCNTR.1883788 de 2020. Por el cual se acuerdan las siguientes cláusulas:

PRORROGA No. 3 PRIMERA: PRORROGAR el plazo del contrato de comodato por dos (2) años, contados a partir del ocho (8) de octubre de 2024 hasta el siete (7) de octubre de 2026.

SEGUNDA: EXCLUIR E INCLUIR de la CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO, los equipos biomédicos que se mencionan de la siguiente manera:

"Para el desarrollo del objeto contractual, los Equipos Biomédicos a entregar a título de comodato precario son los siguientes:

Ventiladores:

No.	MARCA	MODELO	SERIAL
~~1~~	~~AEONMED~~	~~MODELO V670~~	~~XZZT24706~~
~~2~~	~~AEONMED~~	~~MODELO V670~~	~~XZZT24265~~
~~3~~	~~AEONMED~~	~~MODELO V670~~	~~XZZT24419~~

~~4~~	**~~AEONMED~~**	**~~MODELO V670~~**	**~~XZZT24284~~**
5	NEUMOVENT	TS	200846711083A1V
6	NEUMOVENT	TS	200846721083A1V
7	NEUMOVENT	TS	200851041083A1V
8	NEUMOVENT	TS	200851051083A1V
9	NEUMOVENT	TS	200851061083A1V
10	NEUMOVENT	TS	200851071083A1V
11	NEUMOVENT	TS	200851081083A1V
12	NEUMOVENT	TS	200851091083A1V
***13**	**MINDRAY**	**SV 300**	**GB05019069**
***14**	**MINDRAY**	**SV 300**	**GB05020157**
***15**	**GENTINGE (MAQUET)**	**SERVO AIR**	**14363**
***16**	**GENTINGE (MAQUET)**	**SERVO AIR**	**14369**
***17**	**GENTINGE (MAQUET)**	**SERVO AIR**	**17179**

Monitores de signos vitales:

No.	LOTE	MARCA	SERIAL
1	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3688
2	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3705
3	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3677
4	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3687
5	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3676
6	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3718
7	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3709
8	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3714
9	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3716
10	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3684
11	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3679
12	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3686
13	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1891
14	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1890
15	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1898
16	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2744
17	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2739
18	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1895
19	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1173
20	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3157
21	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3173
22	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3164
23	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2473
24	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2431
25	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1198
26	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1191
27	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF1180
28	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3168
29	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3166
30	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3161
31	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF3165
32	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2426
33	DRAGER	VISTA 120S	S2SNF2452

Cánulas de alto flujo:

No.	MARCA	MODELO	SERIAL
1	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210218248227
2	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210218248229
3	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210218248230
4	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210218248231
5	FISHER & PAYKEL	AIRVO 2	210218248232

FECHA DE INICIO: 08/10/2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 07/10/2026

VALOR FINAL: Teniendo en cuenta que el contrato suscrito es de naturaleza gratuita, su valor es de cero pesos ($0)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES:

En desarrollo de la supervisión, se realizó seguimiento del uso y funcionamiento de los equipos biomédicos bajo el cuidado y custodia de la IPS SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ., el día 14 de Abril de 2025, con el apoyo de ingenieros biomédicos de la Dirección Administrativa - Secretaría Distrital de Salud.

En consecuencia, a través del presente informe se realiza el reporte del estado de los equipos y cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Comodato No. CO1.PCCNTR. 1883788 de 2020 así:

- Decimo Octavo Informe de supervisión correspondiente al periodo 01 de Enero al 31 de Marzo de 2026.

Respecto al cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas en el contrato se informa lo siguiente:

<table>
<tr><th colspan="3">OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO</th></tr>
<tr><th>OBLIGACION</th><th>CUMPLE / NO CUMPLE</th><th>AVANCE DE CUMPLIMIENTO</th></tr>
<tr><td>1. Recibir en calidad de precario los equipos objeto del presente y suscribir el acta de entrega con el correspondiente inventario, en conjunto con el supervisor del contrato y responsable del área de almacén de cada una de las entidades o designados para tal fin, indicando el estado en que se</td><td>CUMPLE</td><td>Se realiza seguimiento trimestral, realizado el recorrido por los diferentes servicios, con el acompañamiento de la Ingeniera Janet Goméz Goméz, asignada por el Ingeniero Biomédico Wilson Arturo Moya, Coordinador de Ingeniería de la IPS, a fin de corroborar el estado físico y de funcionamiento de los equipos biomédicos en los diferentes servicios y unidades:
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>MARCA</th><th>SERIE</th><th>SERVICIO</th></tr>
<tr><td>CANULAS DE ALTO FLUJO</td><td>FISHER & PAYKEL</td><td>210218248227</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>CANULAS DE ALTO FLUJO</td><td>FISHER & PAYKEL</td><td>210218248229</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>CANULAS DE ALTO FLUJO</td><td>FISHER & PAYKEL</td><td>210218248230</td><td>URGECIAS REANIMACIÓN</td></tr>
<tr><td>CANULAS DE ALTO FLUJO</td><td>FISHER & PAYKEL</td><td>210218248231</td><td>UCIPEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>CANULAS DE ALTO FLUJO</td><td>FISHER & PAYKEL</td><td>210218248232</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200846711083A1V</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200846721083A1V</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200851041083A1V</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200851051083A1V</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200851061083A1V</td><td>Recuperación Salas De Cirugía</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200851071083A1V</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200851081083A1V</td><td>UCI ADULTO</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>encuentran, dejando que considere pertinente.</td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>VENTILADOR MECANICO</td><td>NEUMOVENT</td><td>200851091083A1V</td><td>URGECIAS RECUPERACIÓN</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1173</td><td>Fuera de Servicio</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1180</td><td>URGENCIAS PEDIATRICAS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1191</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1198</td><td>SALAS CX</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1890</td><td>Recupera Cx</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1891</td><td>Recupera Cx</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1895</td><td>Fuera de Servicio</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF1898</td><td>HEMODINAMIA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF2426</td><td>SALAS DE PARTOS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF2431</td><td>Recupera CX</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF2452</td><td>SALAS CX</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF2473</td><td>Recupera Cx</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF2739</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF2744</td><td>Recupera Cx</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3157</td><td>SALAS CX</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3161</td><td>Fuera de Servicio</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3164</td><td>SALAS DE PARTOS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3165</td><td>REANIMACION URGENCIAS PEDIATRICAS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3166</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3168</td><td>Radiología</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3173</td><td>Fuera de Servicio</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3676</td><td>REANIMACION URGENCIAS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3677</td><td>REANIMACION URGENCIAS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3679</td><td>UCI CORONARIO</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3684</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3686</td><td>REANIMACION URGENCIAS</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3687</td><td>UCI Intermedia</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3688</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3705</td><td>UCI PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3709</td><td>FUNDADORES</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3714</td><td>UCI Pediatrica</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3716</td><td>HEMATOLOGIA</td></tr>
<tr><td>MONITOR DE SIGNOS VITALES</td><td>DRAGER</td><td>S2SNF3718</td><td>UCI CORONARIO</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECÁNICO</td><td>MINDRAY</td><td>GB05019069</td><td>UCI Adulto</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECÁNICO</td><td>MINDRAY</td><td>GB05020157</td><td>Fuera de Servicio</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECÁNICO</td><td>MAQUET</td><td>14363</td><td>UCI Adulto</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECÁNICO</td><td>MAQUET</td><td>14369</td><td>UCI Adulto</td></tr>
<tr><td>VENTILADOR MECÁNICO</td><td>MAQUET</td><td>17179</td><td>UCI Adulto</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Dar al bien el uso propio de su naturaleza y proveer lo necesario para su adecuada custodia como lo es seguridad, un punto fijo de instalación, toma corriente,</td>
<td>CUMPLE</td>
<td>La Institución cuenta con adecuadas instalaciones de manera segura para el uso y funcionamiento de los equipos biomédicos.

Del mismo modo, cabe resaltar que la IPS cuenta con el aseguramiento de los equipos biomédicos, a través del documento de Póliza todo riesgo, N°74596 de la CHUBB., con vigencia hasta el 27 de Agosto de 2026.

(Ver 2. SOPORTES)</td>
</tr>
</table>

protección física y funcionamiento.		
3. Conservar por su cuenta y riesgo, mantenimiento en perfectas condiciones, estado de presentación y seguridad, el bien objeto de este comodato, salvo el deterioro normal para su uso. En todo caso se aclara que la IPS no será responsable por efecto o daños propios de los ventiladores y que vengan del proceso de producción, ensamblaje, distribución, comercialización de los equipos.	**CUMPLE**	La mayoría de los equipos biomédicos, se encuentran funcionales dentro de los servicios: UCI Adulto, UCI Coronaria, UCI Intermedia, UCI pediátrica, Salas de Cx, Salas de Parto, Hemodinamia, Rx.
4. Atender de forma inmediata las solicitudes y requerimientos de la supervisión del contrato y permitirle la inspección de los bienes objetos del comodato de manera fácil y expedita.	**CUMPLE**	La IPS atendió oportunamente la solicitud del requerimiento realizado por parte de la supervisión de la SDS, permitiendo el fácil acceso a la información relacionada con la tecnología biomédica suscrita en el actual contrato de comodato.
5. Asumir el pago de los servicios públicos, expensas comunes de administración y demás gastos a que haya lugar relacionados con el uso del bien durante el plazo del presente contrato.	**CUMPLE**	La IPS aporta factura Electrónica, correspondiente al pago del servicio de energía eléctrica mediante: - Período Diciembre 2025, Comprobante de pago realizado en el mes de Enero de 2026, por un valor de $175.236.730. - Período Enero 2026, Comprobante realizado en el mes de Febrero de 2026, por un valor de $159.046.330. - Período Febrero 2026, Comprobante de pago realizado en el mes de Marzo de 2026, por un valor de $148.398.150. En virtud de lo anterior, queda pendiente verificar en la próxima visita de seguimiento Trimestral el comprobante de pago correspondiente al mes de Abril 2026. (Ver 2. SOPORTES)
6. Restituir los bienes al término del	**NO SE PRESENTÓ**	No se presentó la restitución de los bienes al término del comodato, toda vez que actualmente se encuentra vigente el contrato de comodato No. 1883788 - 2020, entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD- SDS / FONDO

comodato, mediante acta e inventario suscritos por la supervisión, en el que conste de manera clara y expresa el estado en que se encuentra, las especificaciones, características y accesorios a que haya lugar.		FINANCIERO DISTRITAL DE SALUDFFDS y la IPS SOCIEDAD DE CIRUGIA HOSPITAL DE SAN JOSE.
7. Responder por los bienes objeto de este comodato en los términos establecidos en el artículo 2203 del código civil, lo cual conlleva a obligarse e emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa objeto del presente comodato, respondiendo hasta de la culpa levísima.	**CUMPLE**	Los aspectos de conservación y cuidado aplicados por la IPS con respecto al equipamiento biomédico se encuentran en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2203 del código civil, puesto que se han garantizado las condiciones medioambientales ideales para su uso y preservación.
8. Devolver los bienes objeto de este comodato, en el mismo estado en que los recibió, salvo el deterioro generado en el transcurso del tiempo y en todo caso responderá el comodatario, por los daños causados que no correspondan al uso normal del bien entregado de cara a la vida útil del mismo.	**NO SE PRESENTÓ**	A la fecha, no se ha presentado devolución de la tecnología biomédica, en razón a que la IPS SOCIEDAD DE CIRUGIA HOSPITAL DE SAN JOSE cuenta con el Contrato de Comodato N.° 1883788 - 2020, el cual se encuentra vigente; en consecuencia, durante el presente seguimiento, la institución continua con el interés en continuar haciendo uso y garantizando la adecuada conservación de la tecnología biomédica entregada en virtud de dicho contrato.
9. Darle a los bienes objetos del presente comodato única y exclusivamente uso, goce y disfrute lícito.	**CUMPLE**	Las condiciones de uso e instalación de la tecnología biomédica son adecuadas y están siendo utilizados según las recomendaciones dadas por el fabricante.

10. Responder por el pago de salarios y prestaciones a que haya lugar, del personal que operara los bienes dados en comodato. En todo caso ningún pago sobre el particular será a cargo del FFDS/SDS ni generará relación contractual alguna con el FFDS/SDS.	**CUMPLE**	La IPS aporta Certificado de pago de aportes para el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de los meses de Octubre de 2025 a Marzo de 2026, según lo establecido en la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 y artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, emitido por el revisor fiscal de la IPS, con fecha del 09 de Abril de 2026. (Ver 2. SOPORTES)
11. Mantener, actualizar y tener disponible la documentación de cada uno de los equipos otorgados a través del comodato.	**CUMPLE**	La IPS cuenta con la documentación técnica COMPLETA de los equipos biomédicos que le fueron entregados bajo contrato de comodato N°1883788 – 2020, y cuentan con: el Formato de Hoja de vida, Declaraciones de Importación y Registros sanitarios – INVIMA: • DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: ***Cuenta con la declaración de importación, donde se evidencia las series de todos los equipos de manera completa.*** REGISTROS SANITARIOS DE TODOS LOS EQUIPOS BIOMEDICOS ***(VIGENTE).***
12. Formular y actualizar periódicamente el inventario de la tecnología contemplada en el comodato.	**CUMPLE**	El inventario que se encuentra en la IPS es correspondiente a la base de datos de la Secretaría Distrital De Salud.
13. Realizar jornadas de inducción y reinducción en uso de la tecnología por lo menos una vez al año.	**CUMPLE**	Para el año 2026, la IPS, elabora Cronograma De Capacitación Institucional, con la siguiente proyección, teniendo en cuenta la disponibilidad de los Servicios para la ejecución de las capacitaciones respecto a monitores de signos vitales. - Unidad Quirúrgica – Enero, Julio - Guillermo Gómez – Marzo, Septiembre - Hemodinamia – Mayo, Noviembre - Radiología – Mayo, Noviembre - Pabellón Fundadores – Junio - Manrique – Junio, Diciembre - UCI Coronaria, Enero, Julio - UCI Intermedio - Abril , Octubre - UCI Adulto – Enero, Julio - UCI Pediátrica – Febrero, Agosto - Urgencias Adulto – Abril, Octubre - Urgencias Pediatría – Febrero, Agosto En ese sentido, para el seguimiento correspondiente al trimestre de Enero, Febrero y Marzo, la IPS informa que no se ejecutaron para este Primer semestre, por lo que se ejecutan en el segundo mes programado.
14. Presentar cronograma de mantenimientos preventivos y calibraciones según	**CUMPLE**	De acuerdo con el Cronograma de Mantenimiento Preventivo Institucional año 202, la IPS, tiene programado ejecutar los mantenimientos de la siguiente manera:

<table>
<tr>
<td>recomendaciones de fábrica.</td>
<td></td>
<td>
• Monitores de signos vitales DRAGER, tienen una periodicidad semestral y se ejecuta conforme al servicio en donde se encuentran instalados:
- Unidad Quirúrgica – Abril - Octubre
- Guillermo Gómez – Marzo - Septiembre
- Hemodinamia – Junio - Diciembre
- Pabellón Fundadores – Enero – Julio
- Manrique – Marzo - Septiembre
- UCI Coronaria, Abril y Octubre
- UCI Intermedio – Marzo - Septiembre
- UCI Pediátrica – Junio - Diciembre
- Urgencias Adulto – Mayo – Noviembre
- Urgencias Pediatría – Febrero - Agosto

• Ventiladores Mecánicos – Tecme-Neumovent, tienen una periodicidad Anual (Mayo y Junio)
• Ventiladores Mecánicos – MAQUET, tienen una periodicidad Anual, Mayo
• Ventiladores Mecánicos – MINDRAY, tienen una periodicidad Anual Mayo
</td>
</tr>
<tr>
<td>15. Realizar los mantenimientos preventivos, correctivos y calibraciones que requieran los equipos durante el plazo de ejecución del comodato, garantizando que los repuestos, accesorios, partes e insumos utilizados para la tecnología contemplada en el comodato sean originales y que se apliquen los procedimientos o protocolos de mantenimiento y calibraciones recomendados por los fabricantes de los equipos.</td>
<td>CUMPLE</td>
<td>
A continuación, la IPS, informa la ejecución de los siguientes mantenimientos preventivos:

1. <u>MONITORES DE SIGNOS VITALES – DRAGER:</u>

El mantenimiento preventivo fue ejecutado en el mes correspondiente a la programación por servicios, conforme adonde se encuentran instalados los equipos, los mantenimientos fueron ejecutados por parte del proveedor Novatecnica:
<table>
<tr><th>SERIE</th><th>FECHA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTADO</th><th>OBSERVACIONES</th><th>REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</th></tr>
<tr><td>S2SNF1173 **Fuera de Servicio</td><td>21 de Enero de 2026</td><td>Ninguna</td><td>NV04-1171</td></tr>
<tr><td>S2SNF1180</td><td>14 de Enero de 2026</td><td>Ninguna</td><td>NV04-1167</td></tr>
<tr><td>S2SNF1191</td><td>21 de Enero de 2026</td><td>Ninguna</td><td>NV04-1170</td></tr>
<tr><td>S2SNF1198</td><td>06 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1564</td></tr>
<tr><td>S2SNF1890</td><td>28 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1601</td></tr>
<tr><td>S2SNF1891</td><td>30 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1616</td></tr>
<tr><td>S2SNF1895 **Fuera de Servicio</td><td>22 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1580</td></tr>
<tr><td>S2SNF1898</td><td>7 de Enero de 2026</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV04-1166</td></tr>
<tr><td>S2SNF2426</td><td>25 de Noviembre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV05-0720</td></tr>
<tr><td>S2SNF2431</td><td>2 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1567</td></tr>
<tr><td>S2SNF2452</td><td>3 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1568</td></tr>
<tr><td>S2SNF2473</td><td>29 de Octubre de 2025</td><td>Equipo funcionando correctamente</td><td>NV02-1610</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

S2SNF2739	21 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1174
S2SNF2744	30 de Octubre de 2025	Equipo funcionando correctamente	NV02-1614
S2SNF3157	1 de Octubre de 2025	Equipo funcionando correctamente	NV02-1566
S2SNF3161**Fuera de Servicio	21 abril 2025	Ninguna	NV02-1277
S2SNF3164	24 de Noviembre de 2025	Equipo funcionando correctamente	NV05-0721
S2SNF3165	14 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1168
S2SNF3166	11 de Diciembre de 2025	Ninguna	NV04-1077
S2SNF3168	25 de Ocutbre de 2025	Equipo funcionando correctamente	NV02-1613
S2SNF3173** fuera de servicio	30 abril 2025	Ninguna	NV02-1285
S2SNF3676	16 de Diciembre de 2025	Ninguna	NV02-1701
S2SNF3677	16 de Diciembre de 2025	Ninguna	NV022-1702
S2SNF3679	24 de Octubre de 2025	Equipo funcionando correctamente	NV01-2254
S2SNF3684	21 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1173
S2SNF3686	16 de Diciembre de 2025	Ninguna	NV02-1700
S2SNF3687	21 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1176
S2SNF3688	21 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1175
S2SNF3705	21 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1172
S2SNF3709	12 de Marzo de 2026	Ninguna	NV01-0237
S2SNF3714	21 de Enero de 2026	Ninguna	NV04-1169
S2SNF3716	13 de Febrero de 2026	Ninguna	NV01-1054
S2SNF3718	24 de Octubre de 2025	Equipo funcionando correctamente	NV01-2258

Mantenimiento Correctivo **Pendientes:**

A la fecha del seguimiento, este compromiso continúa pendiente. El monitor de signos vitales con número de serie S2SNF3161 se encuentra fuera de servicio desde el mes de marzo de 2025 debido a una falla en el módulo NIBP. Frente a esta situación, la IPS gestionó la adquisición del repuesto requerido, el cual fue instalado conforme al reporte N.° NV02-1404, ejecutado el 12 de junio de 2024. No obstante, desde el 9 de septiembre se presentó nuevamente una falla en el módulo NIBP, ante lo cual la IPS gestionó un segundo Dx con el Proveedor Drager:

S2SNF3161**Fuera de Servicio	23 de Septiembre de 2025	Dx: Falla medición NIBP, por falla en tarjeta de control NIBP.	FE6C7A0B

Por otro lado, el monitor de signos vitales con número de serie S2SNF3173 se encuentra fuera de servicio desde septiembre debido a una falla en el módulo de NIBP, para lo cual la IPS gestionó un segundo Dx con el Proveedor Drager:

S2SNF3173** fuera de servicio		Dx: Falla de memoria y no	

	23 de Septiembre de 2025	permite cargar actualización de software, se identifica falla en tarjeta de control NIBP. Fuga en Bomba, falla en tarjeta principal	3A44EB33D

En virtud de lo anterior, la IPS gestionó las cotizaciones para la adquisición de los repuestos, las cuales informan que resultaron con un costo muy superior para la ejecución del correctivo, por tanto, la IPS, durante la visita solicita como gestionar esta situación. En ese sentido se le informa a la IPS, que se debe adjuntar un informe, anexando los reportes de diagnóstico, las cotizaciones y el concepto de biomédica en el cual justifique técnicamente la no adquisición de los repuestos.

De otro lado, para las siguientes series, se identifica durante la visita, que se encuentran fuera de servicio, para lo cual la IPS, informa que ya se encuentra gestionando el servicio de diagnóstico directamente con el Proveedor Drager: S2SNF1895, S2SNF1173.

2. <u>VENTILADORES MECÁNICOS – TECME-NEUMOVENT:</u>

De acuerdo con el cronograma institucional, la periodicidad de los mantenimientos de acuerdo con el cronograma institucional es ***ANUAL***, y fueron ejecutados por el Proveedor Gilmedical, la IPS ya se encuentra gestionando el mantenimiento para el mes en curso:

SERIE	REPORTE N°	OBSERVACIONES	Fecha de mtto.
200846711083A1V	OT-2025-15768	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	23 abril 2025
200851041083A1V	OT-2025-15770	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	23 abril 2025
200851051083A1V	OT-2025-15771	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	07 mayo 2025
200851061083A1V	OT-2025-15772	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	23 abril 2025
200851071083A1V	OT-2025-15773	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	13 junio 2025
200851081083A1V	OT-2025-15774	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	23 abril 2025
200851091083A1V	OT-2025-15775	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	23 abril 2025
200846721083A1V	OT-2025-15767	En el mantenimiento anterior se le instaló Kit de mantenimiento + batería	23 abril 2025

3. <u>CÁNULAS DE ALTO FLUJO – FISHER & PAYKEL:</u>

La IPS realizó ajuste al Cronograma de mantenimiento preventivo institucional, quedando fuera de la programación institucional, teniendo en cuenta la información del fabricante, siendo estos equipos libres de mantenimiento. No obstante, se recomienda revisar lo establecido en el manual del fabricante respecto a la periodicidad sugerida para el reemplazo de los filtros de aire.

4. <u>VENTILADOR MECÁNICO – MINDRAY:</u>

De acuerdo con el cronograma institucional, la periodicidad de los mantenimientos de acuerdo con el cronograma institucional es ***ANUAL,*** la IPS ya se encuentra gestionando el mantenimiento para los ventiladores que se encuentran programados en el presente mes:

SERIE	MTTO. PREVENTIVO	REPORTE NO.	OBSERVACIONES
GB05019069	**9 de Dciembre de 2024**	**CV-1390 Requiere cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit**	**Equipo operativo**
	22 de Abril de 2025	**Reporte N° LR-0135, ejecutado por Bimedco: Se realizó cambio de válvula exlatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2**	Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realiza actualización de software, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante
	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Reporte N° 4078556, ejecutado por Bimedco	Se realizó la verificación del equipo en el cual se efectuó el cambio del kit para configurar el ventilador en versión estándar. Posteriormente, se realizó la actualización correspondiente y el equipo fue llevado al laboratorio de Mindray para efectuar las pruebas de volumen y presión, cuyos resultados se presentan a continuación: Valores programados VC 120; F 16; PEEP OFF Valores obtenidos VC: 109,1 ; F 16 Valores programados VC 300; F 12; PEEP OFF Valores obtenidos VC: 280,5 ; F 12 Valores programados VC 600; F 8; PEEP OFF Valores obtenidos VC: 578,8 F 8 Valores programados PINSP 10; F 15; PEEP OFF Valores obtenidos PINSP 10,6; F 15 Valores programados PINSP 15; F 8; PEEP

			OFF Valores obtenidos PINSP 15,66; F 8 Valores programados PINSP 20; F 10; PEEP OFF Valores obtenidos PINSP 20,9; F 10 ***Equipo Operativo***
GB05020157	**9 DICIEMBRE 2024**	CV-1391 Requeire cambio de válvula exhlatoria – inspiratoria y cambio de Kit	**Equipo operativo**
	22 ABRIL 2025	***Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:*** Se realizó cambio de válvula exhalatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2	Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realizaron calibraciones, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante
	22 ABRIL 2025	***Reporte N° LR-0136, ejecutado por Bimedco:*** Se realizó cambio de válvula exhalatoria, + Kit de mantenimiento + celda de O2	Reporta fuga durante las actividades de mantenimiento preventivo, se realizaron calibraciones, continuando con fuga, por lo que se extrae log de errores y se escala con el fabricante
	17 de Junio de 2025	***Reporte N°4076515***	Se realizó cambio de repuesto. Equipo Operativo

5. VENTILADOR – MAQUET:

De acuerdo con el cronograma institucional, la periodicidad de los mantenimientos de acuerdo con el cronograma institucional es ***ANUAL*** y fue ejecutado por el Proveedor Gentinge, por lo cual s encuentran vigentes:

Serie	Observaciones	Reporte No.	Fecha de ejecución
14363	Se ejecutó Mantenimiento preventivo + Cambio de Kit + Celda de O2. *(Requiere módulo de batería)*	**23104**	**4 junio 2025**
14369	Se realizan actividades de mantenimiento preventivo, limpieza desinfección y pruebas de funcionamiento	**24312**	**11 de Diciembre de 2025**

		17179	Se realizan actividades de mantenimiento preventivo, limpieza desinfección y pruebas de funcionamiento	**24313**	**11 de Diciembre de 2025**
16. Tener la tecnología en óptimas condiciones físico-funcionales de acuerdo con los parámetros del fabricante.	**CUMPLE**	De acuerdo con lo evidenciado por el ente territorial, los equipos instalados dentro de la IPS HOSPITAL DE SAN JOSÉ, se encuentran funcionales en su mayoría, dentro del área de servicio de UCI Adulto, UCI Pediátrica, UCI Coronario, Salas de cirugía, Terapia Respiratoria, Salas de Partos, Hemodinamia y Hospitalización, lo anterior respaldado en los soportes de mantenimiento preventivos ejecutados.			
17. Cuando la tecnología contemplada en el comodato incurra en una alerta sanitaria, realizar la notificación inmediata a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato y allegar la trazabilidad de resarcimiento a la entidad.	**NO SE PRESENTÓ**	NO SE PRESENTÓ			
18. Cuando se presente una falla en la tecnología que se relacione con un daño irreparable notificar a la Secretaría Distrital de Salud a través del supervisor del comodato.	**NO SE PRESENTÓ**	NO SE PRESENTÓ			

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA: No aplica por la naturaleza del contrato

Teniendo en cuenta que el contrato suscrito es de naturaleza gratuita, su valor es de cero pesos ($0)

Anticipo y forma de amortización: No aplica por la naturaleza del contrato

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Certificaciones del Revisor Fiscal, presentadas por la **SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ**, durante la ejecución del contrato de comodato, se verifica el pago de los aportes a la seguridad social al

talento humano, responsable de la operación, custodia y cuidado de la tecnología biomédica entregada bajo contrato de comodato No. 1883788 de 2020.

GARANTÍAS: Las pólizas entregadas por el comodatario, se encuentran vigentes.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Que, de conformidad con la información reportada por parte de los ingenieros biomédicos mediante el acta de seguimiento del día 14 de Abril de 2026, el supervisor informa que las actividades específicas se han desarrollado de acuerdo con el objeto contractual y conforme a lo descrito en el presente informe, en relación con el periodo de ejecución reportado. En este sentido, se acredita el cumplimiento de las obligaciones hasta la fecha de corte establecida en el reporte de ejecución del contrato.

RIESGOS DEL CONTRATO: En la siguiente tabla se registra e informa el estado de los riesgos de ejecución, reportados en la matriz de riesgos de los estudios previos al corte de este informe:

Nº	***Descripción del Riesgo***	***¿Se materializo el riesgo? (Marque con una X)***		***Observaciones (Describa la(s) causa(s) por las cuales se materializo el riesgo)***
		SI	***NO***	
	No legalización del contrato por parte del Comodatario		*X*	
	Medidas cautelares, actuaciones judiciales y en general acciones que son originadas en actuación de una autoridad competente en ejercicio de sus funciones administrativa		*X*	
	Incumplimiento del cronograma de entrega y recibo de los bienes		*X*	
	Cambios en la reglamentación vigente sobre la contratación estatal y del tipo de contrato utilizado		*X*	
	Pérdida o daño de los bienes		*X*	
	Hurto o daño de los bienes del comodatario		*X*	

	(entregados por el Ministerio) necesarios para la ejecución del comodato			
	Huelgas, bloqueos, manifestaciones, vandalismo, actos terroristas		*X*	

❖ *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los veinte y cuatro (24) días del mes de Abril de 2026

Firmado digitalmente por Carlos Fernando Meza Solís

CARLOS FERNANDO MEZA SOLIS
Profesional Universitario Código 222 Grado 27
Supervisor

Elaboró: Carmen Rocío Arias Vanegas – Profesional Contratista Dirección Administrativa
Revisó: Guillermo Alberto Miguel Solano Muriel - Abogado Contratista D.A
Alexander Cárdenas Suárez-Profesional Universitario Contratista- Subdirección de Bienes y Servicios