ET SERVICES
INGENIERÍA BIOMÉDICA

COMPROBANTE DE SERVICIO TÉCNICO

Líneas Soporte
Sincelejo — Cel. 317 640 6120
Oficina Sincelejo — Cel. 311 639 0123
Bogotá — Tel. (5) 2498583
Oficina Bogotá — Cel. 315 571 6757
Tel. (1) 7802612

Fecha	21-04-2026	Hora		PGID14-F01	N°. de Servicio	33048

Datos del Cliente (Clínica/Hospital/Consultorio independiente)

Cliente	Hospital San Juan de Dios Rionegro		
Dirección	Cr 48, No 56-54		
Dependencia	Biomedica	Ciudad	Rionegro

Ubicación del Equipo

Cirugía ☐ Cons. externa ☐ Otra ☒
UCI ☐ Imagen Diag. ☐ ¿Cuál?
Lab. ☐ Hospitaliz. ☐ Urgencias

Predictivo		Preventivo	X	Correctivo		Verificación	
						Horas de uso	20634

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
Ventilador Mecanico	Siriusmed	R30	03310184046 4

FALLA REPORTADA

Se recibe equipo para mantenimiento preventivo

Accesorios del equipo

brazo, carro, manguera O2, cable AC.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desarme del equipo	☑	Verificación de funcionamiento	☑	Ajuste mecánico	☐
Limpieza interna	☑	Verificación de accesorios	☑	Lubricación	☐
Limpieza externa	☑	Verificación de batería	☑	Verificación transductores	☐
Limpieza de tarjetas electrónicas	☑	Verificación. Pantalla , Táctil	☑	Verificación Panel	☐
Prueba de fugas	☑	Verificación de válvulas	☑	Indicación de manejo	☐
Funcionamiento de partes	☑	Verificación de Botones, Encoder	☑	Mantenimiento eléctrico	☐

Ajuste de fábrica de los siguientes parámetros: Calibraciones modo servicio

REGISTRO DE MEDICIONES

Parámetro	Vt	Parámetro	PeeP	Parámetro	FiO2	Parámetro	f
Unidad	ml	Unidad	cmH2O	Unidad	%	Unidad	RPM
Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido
400	398	10	9,4	40	41	12	12
500	525	5	4,5	80	81	20	20
600	614	4	3,6	60	60	14	14

¿Equipo dentro de los parámetros del fabricante? Si ☒ No ☐

Analizador/Simulador: Siriusmed G08 — Serial: 090801840013

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Sensor O2 SN° 20241113008 2	1	Valvula espiratoria	1
Sensor de flujo	1	Membrana	1

OBSERVACIONES

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo, limpieza del equipo y pruebas funcionales sin novedad. Compresor Serial: DSND0056
Cambio de filtro ventilador y compresor

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Equipo operativo	Si ☑ No ☐	¿Se retira equipo de la institución?	Si ☐ No ☒
Equipo fuera de servicio	Si ☐ No ☒	Tiempo *estimado* de entrega	

FIRMAS

Firma Funcionario ET SERVICES S.A.S.		Recibido a Satisfacción	
Nombres y Apellidos:	Sebastian Lopez	Nombres y Apellidos:	Juan Manuel Gonzalez
N° de Documento	1047753911	N° de Documento	15'434.825.