ET SERVICES
INGENIERÍA BIOMÉDICA

COMPROBANTE DE SERVICIO TÉCNICO

Líneas Soporte
Sincelejo — Cel. 317 640 6120
Oficina Sincelejo — Cel. 311 639 0123
Bogotá — Tel. (5) 2498583
Oficina Bogotá — Cel. 315 571 6757
Tel. (1) 7802612

Fecha	21-04-2026	Hora		PGID14-F01	N°. de Servicio	33050

Datos del Cliente (Clínica/Hospital/Consultorio independiente)

Cliente	Hospital San Juan de Dios Rionegro		
Dirección	Cr 48 No 56-59		
Dependencia	Biomedica	Ciudad	Rionegro

Ubicación del Equipo

Cirugía ☐ Cons. externa ☐ Otra ☒
UCI ☐ Imagen Diag. ☐ ¿Cuál?
Lab. ☐ Hospitaliz. ☐ Urgencias

Predictivo		Preventivo	x	Correctivo		Verificación	
						Horas de uso	11927h

DATOS DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIAL
Ventilador Mecanico	Siriusmed	R30	03310184046G

FALLA REPORTADA

Se recibe equipo para mantenimiento preventivo

Accesorios del equipo

brazo, carro, cable AC, manguera O2, aire.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Desarme del equipo	☑	Verificación de funcionamiento	☑	Ajuste mecánico	☐
Limpieza interna	☑	Verificación de accesorios	☑	Lubricación	☐
Limpieza externa	☑	Verificación de batería	☑	Verificación transductores	☐
Limpieza de tarjetas electrónicas	☑	Verificación. Pantalla , Táctil	☑	Verificación Panel	☑
Prueba de fugas	☑	Verificación de válvulas	☑	Indicación de manejo	☐
Funcionamiento de partes	☑	Verificación de Botones, Encoder	☑	Mantenimiento eléctrico	☐

Ajuste de fábrica de los siguientes parámetros: Calibracion modo servicio

REGISTRO DE MEDICIONES

Parámetro	Vt	Parámetro	PeeP	Parámetro	FiO2	Parámetro	F
Unidad	ml	Unidad	cmH2O	Unidad	%	Unidad	BPM
Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido
400	400	10	9.1	40	40	12	12
500	505	5	5.0	80	80	20	20

¿Equipo dentro de los parámetros del fabricante? Si ☒ No ☐

Analizador/Simulador: Siriusmed 608 — Serial: 09080184001B

REPUESTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Filtro interno y de ventilador	1	Membrana espiratoria	1
Sensor de flujo	1	Valvula espiratoria	1

OBSERVACIONES

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo, limpieza del equipo y pruebas funcionales, compresor serial: DSNV 0046

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Equipo operativo	Si ☒ No ☐	¿Se retira equipo de la institución?	Si ☐ No ☒
Equipo fuera de servicio	Si ☐ No ☒	Tiempo *estimado* de entrega	

FIRMAS

Firma Funcionario ET SERVICES S.A.S.		Recibido a Satisfacción	
Nombres y Apellidos:	Sebastian Lopez	Nombres y Apellidos:	Juan Manuel Gonzalez
N° de Documento	1014275341	N° de Documento	1543488988