

		COMPROBANTE DE SERVICIO TÉCNICO		Líneas Soporte Sincelejo Oficina Sincelejo Bogotá Oficina Bogotá		Cel. 317 640 6120 Cel. 311 639 0123 Tel. (5) 2498583 Cel. 315 571 6757 Tel. (1) 7802612	
Fecha	21-04-2026	Hora		PGID14-F01	N°. de Servicio	34219	
Datos del Cliente (Clínica/Hospital/Consultorio independiente)				Ubicación del Equipo			
Cliente	Hospital San Juan de Dios Rionegro			Cirugía ☐ UCI ☐ Lab. ☐	Cons. externa ☐ Imagen Diag. ☐ Hospitaliz. ☐	Otra ☒ ¿Cuál? Urgencias	
Dirección	Cra 48 No 56-59						
Dependencia	Biomédica	Ciudad	Rionegro				
Predictivo		Preventivo	☒	Correctivo		Verificación	
						Horas de uso	1536h
DATOS DEL EQUIPO							
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO		MARCA		MODELO		SERIAL	
Ventilador Mecánico		Siriusmed		R30		033101840468	
FALLA REPORTADA						Accesorios del equipo	
Se recibe equipo para mantenimiento						brazo, carro, cable AC. manguera O2-wire.	
ACTIVIDADES REALIZADAS							
Desarme del equipo	☒	Verificación de funcionamiento	☒	Ajuste mecánico	☐		
Limpieza interna	☒	Verificación de accesorios	☒	Lubricación	☐		
Limpieza externa	☒	Verificación de batería	☒	Verificación transductores	☐		
Limpieza de tarjetas electrónicas	☒	Verificación. Pantalla, Táctil	☒	Verificación Panel	☒		
Prueba de fugas	☒	Verificación de válvulas	☒	Indicación de manejo	☐		
Funcionamiento de partes	☒	Verificación de Botones, Encoder	☒	Mantenimiento eléctrico	☐		
Ajuste de fábrica de los siguientes parámetros: <u>Calibración modo servicio.</u>							
REGISTRO DE MEDICIONES							
Parámetro	vt	Parámetro	Peep	Parámetro	Fio2	Parámetro	f
Unidad	ml	Unidad	cmH2O	Unidad	%	Unidad	bpm
Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido
400	391	10	10.3	40	40	12	12
500	485	5	4.5	80	80	70	70
¿Equipo dentro de los parámetros del fabricante? Si ☒ No ☐							
Analizador/Simulador		Siriusmed 608		Serial		090801840013	
REPUESTOS INSTALADOS							
DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	
Filtro ventilador y compresor		1		Válvula espiratoria		1	
Sensor de flujo		1		Membrana espiratoria		1	
OBSERVACIONES							
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo, limpieza del equipo y pruebas funcionales sin novedades, Compresor Serial: OSND0055.							
ESTADO FINAL DEL EQUIPO							
Equipo operativo		Si ☒ No ☐		¿Se retira equipo de la institución?		Si ☐ No ☒	
Equipo fuera de servicio		Si ☐ No ☒		Tiempo estimado de entrega			
FIRMAS							
Firma Funcionario ET SERVICES S.A.S.				Recibido a Satisfacción			
Nombres y Apellidos:		Sebastian Lopez		Nombres y Apellidos:		Juan Manuel Gonzalez	
N° de Documento		101427581		N° de Documento		15434828	