

COMPROBANTE DE SERVICIO TÉCNICO

Líneas Soporte
Sincelejo
Oficina Sincelejo
Bogotá
Oficina Bogotá
Cel. 317 640 6120
Cel. 311 639 0123
Tel. (5) 2498583
Cel. 315 571 6757
Tel. (1) 7802612

Fecha: **21-04-2026** Hora: PGID14-F01 N°. de Servicio: **34220**

Datos del Cliente (Clínica/Hospital/Consultorio independiente)
Ubicación del Equipo
 Cliente: **Hospital San Juan de Dios Rionegro** Cirugía ☐ Cons. externa ☐ Otra ☒
 Dirección: **Ciudad No 56-59** UCI ☐ Imagen Diag. ☐ ¿Cuál?
 Dependencia: **Biomedica** Ciudad: **Rionegro** Lab. ☐ Hospitaliz. ☐ **urgencias**

Predictivo ☐ Preventivo ☒ Correctivo ☐ Verificación ☐
 Horas de uso: **1208h.**

DATOS DEL EQUIPO
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: **Ventilador Mecanico** MARCA: **Siriusmed** MODELO: **R30** SERIAL: **033101840469**
 FALLA REPORTADA: **Se recibe equipo para mantenimiento preventivo** Accesorios del equipo: **brazo, carro, manguera ozgare.**

ACTIVIDADES REALIZADAS
 Desarme del equipo ☒ Verificación de funcionamiento ☒ Ajuste mecánico ☐
 Limpieza interna ☒ Verificación de accesorios ☒ Lubricación ☐
 Limpieza externa ☒ Verificación de batería ☐ Verificación transductores ☐
 Limpieza de tarjetas electrónicas ☒ Verificación. Pantalla, Táctil ☒ Verificación Panel ☐
 Prueba de fugas ☒ Verificación de válvulas ☒ Indicación de manejo ☐
 Funcionamiento de partes ☒ Verificación de Botones, Encoder ☒ Mantenimiento eléctrico ☐

Ajuste de fábrica de los siguientes parámetros: **Calibracion modo servicio**

REGISTRO DE MEDICIONES							
Parámetro	Unidad	Parámetro	Unidad	Parámetro	Unidad	Parámetro	Unidad
Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido	Programado	Medido
400	406	10	9.4	40	40	12	12
500		5		80		20	20

¿Equipo dentro de los parámetros del fabricante? Si ☒ No ☐
 Analizador/Simulador: **Siriusmed 608** Serial: **090801840013**

REPUESTOS INSTALADOS			
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Filtro ventilador y compresor	1	Membrana espiratoria	1
Sensor de Alto	1	Válvula espiratoria	1

OBSERVACIONES
 Se realiza rutina de mantenimiento preventivo, limpieza del equipo y pruebas funcionales sin novedad, compresor Serial: DSVD0052

ESTADO FINAL DEL EQUIPO
 Equipo operativo Si ☒ No ☐ ¿Se retira equipo de la institución? Si ☐ No ☒
 Equipo fuera de servicio Si ☐ No ☒ Tiempo estimado de entrega

FIRMAS
 Firma Funcionario ET-SERVICES S.A.S.: **Sebastián López** Recibido a Satisfacción: **Juan Manuel González**
 Nombres y Apellidos: N° de Documento: **161475361** Nombres y Apellidos: N° de Documento: **154134828**