Santiago de Cali, 2026

ASUNTO: Resultados PICCAP 2024 - 2025

Nos permitimos informar los resultados de nuestra participación en las pruebas Inter laboratorio del programa PICCAP, correspondientes al periodo 2024 - 2025.

Alcalinidad, mg CaCO3/L

SM 2320 B	153,8	-0,1	Aceptable	1	Válida

Calcio mg, Ca/L

SM 3500-Ca B	79,7	-0,8	Aceptable	2,2	Válida

Cloruros mg, Cl-/L

SM 4500 Cl- B	127,8	-0,7	Aceptable	2,9	Válida

Conductividad, uS/cm

SM 2510 B	1341	1,4	Aceptable	2,9	Válida

Dureza Cálcica, mg CaCO3/L

SM 3500 Ca B	198,8	-0,8	Aceptable	2,2	Válida

Dureza Total, mg CaCO3/L

SM 2340 C	233,9	-0,9	Aceptable	2,3	Válida

Magnesio, mg Mg/L

SM 3500-Mg B	8,5	-0,4	Aceptable	2,9	Revisar

pH, unidades de pH

SM 4500 H+B	7,26	-0,1	Aceptable	0,2	Revisar

Turbiedad, UNT

SM 2130 B	8,3	-1,5	Aceptable	2,9	Revisar

Bact-1 y Bact-2

ISO 9308-1:2014	1	Concordante	1	Concordante
ISO 9308-1:2014	0	Concordante	0	Concordante



MAURICIO DUQUE MOLANO
C.C. No.79.954.508 de Bogotá
GERENCIA MICROLAB SAS