CRONOGRAMA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS

FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA
CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE
NIT: 901 142 353-2
2024 - 2025

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2024							03					

AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2025							03					

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80 764 129-0

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: TERMOMETRO DE NEVERA **Marca:** NO REGISTRA
Modelo: NO REGISTRA **Tipo:** DIGITAL **SN:** NO REGISTRA
Fabricante: NO REGISTRA **País:** CHINA
Registro invima: NO REQUIERE
Fecha: Año: 2024 **Mes:** 07 **Día:** 03
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2 **DIR:** CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación	1.5V	Voltaje min. de operación	NR
Corriente máx. de operación	NA	Corriente min de operación	NA
Consumo máximo de potencia en watts	NA	Frecuencia en hertz	NA
Peso neto	NR	Capacidad	NA
División	0.1°C	Presión	NA
Rango temperatura	-50°C-70°C	Temperatura de operación	10°C a 40°C
Rango humedad	NA	Humedad de operación	15%HR- 75%HR

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** NA
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** NA	**Básico:** X **Medio:** NA **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** NA **Rehabilitación:** NA **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

NA: NO APLICA, **NR:** NO REGISTRA

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	EQUIPO	TERMOMETRO DE NEVERA
NIT ò CC	901 142 353-2	MARCA	NO REGISTRA
DIRECCION	CHINAUTA	MODELO	NO REGISTRA
UBICACION	CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE	SERIE	NO REGISTRA
FALLAS		ESTADO DEL EQUIPO	Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos	X			Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos				Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas Neumáticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores y transductores			
Carcasa	X			Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	X	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

NA: NO APLICA, NR: NO REGISTRA

Fecha	03	07	2024
Próximo mantenimiento	03	07	2025

Firma y sello técnico
JOSE LUIS BOCACHICA O.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20241443

Fecha de calibración 2024-06-03

SOLICITANTE:	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA
DIRECCIÓN:	CHINAUTA
UBICACION:	CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE
EQUIPO:	TERMOMETRO DE NEVERA
MARCA:	NO REGISTRA
MODELO:	NO REGISTRA
NÚMERO DE SERIE:	NO REGISTRA

MÉTODO DE CALIBRACIÓN TEMPERATURA

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con el documento normativo de calibración de termómetros de contacto de lectura directa NTVVS 103: 1994.

MÉTODO DE CALIBRACIÓN HUMEDAD

El método utilizado es por comparación de las mediciones del instrumento a calibrar con el patrón, de acuerdo con la guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre en la calibración de higrómetros de humedad relativa CENAM:2013.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 29.2

Humedad Relativa %: 61.1

RANGOS DE MEDICION

Temperatura: 10 – 35°C (4 puntos)

Humedad: 30 – 70% (4 puntos)

TRAZABILIDAD

EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
DATALOGGER	TECPEL	322	080202640	LTA240088, LT240119, LH240080	2024/03/27



Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20241443

Fecha de calibración 2024-06-03

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95%.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PATRON T (°C)	INSTRUMENTO T (°C)	CORRECCIÓN T (°C)	K	INCERTIDUMBRE T (°C)
2.1	1.5	0.6	1.97	0.87
4.1	3.5	0.6	1.97	0.87
6.5	6.1	0.4	1.97	0.87
8.6	8.1	0.5	1.97	0.87

Nota:

Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones. Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado--

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
NIT. 80.764.123-0

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: BASCULA **Marca:** BBG
Modelo: LOGISTICS **Tipo:** ELECTRONICO **SN:** 231200000259
Fabricante: BBG COLOMBIA SAS
Registro invima: NO REQUIERE
Fecha: Año: 2024 **Mes:** 06 **Día:** 03
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2 **DIR:** CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación	5V	Voltaje min. de operación	NR
Corriente máx. de operación	NA	Corriente min de operación	NA
Consumo máximo de potencia en watts	NA	Frecuencia en hertz	NA
Peso neto	NR	Capacidad	150Kg
División	20g	Presión	NA
Rango temperatura	NA	Temperatura de operación	10°C a 40°C
Rango humedad	NA	Humedad de operación	15%HR- 75%HR

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** X
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	NA	NA	NA

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** X **Medio:** NA **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** NA **Rehabilitación:** NA **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

NA: NO APLICA, **NR:** NO REGISTRA

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80 764 129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20241427

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	**EQUIPO**	BASCULA DIGITAL
NIT ò CC	901 142 353-2	**MARCA**	BBG
DIRECCION	CHINAUTA	**MODELO**	LOGISTICS
UBICACIÓN	CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE	**SERIE**	231200000259
OBSERVACIONES		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores			
Carcasa				Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X
NA: NO APLICA, NR: NO REGISTRA					

Fecha mantenimiento	03	06	2024
Próximo mantenimiento	03	06	2025

Firma y sello técnico
JOSE LUIS BOCACHICA O.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20241427

Fecha de calibración 2024-06-03

SOLICITANTE:	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA
DIRECCIÓN:	CHINAUTA
UBICACION:	CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE
EQUIPO:	BASCULA
MARCA:	BBG
MODELO:	LOGISTICS
NÚMERO DE SERIE:	231200000259

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 29.8

Humedad Relativa %: 60.4

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
MASA 5Kg	M1	PESATRONIK	JB01	M240453	2024-03-27
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	M240454	2024-04-01
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001, 002, 003, 004	M240446, M240447, M240448, M240449	2024-03-27



INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20241427

Fecha de calibración 2024-06-03

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

EXACTITUD

PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
5	5.02	0.02	1,97	0,34
15	15.02	0.02	1,97	0,34
20	20.02	0.02	1.97	0,34
35	35.02	0.02	1,97	0,50
55	55.02	0.02	1,97	0,50

REPETIBILIDAD

CARGA N°	PATRON Kg	INSTRUMENTO Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.02	0.02	1,97	0,34
2	20	20.02	0.02		
3	20	20.02	0.02		

EXCENTRICIDAD

CARGA Punto	PATRON Kg	INDICACIÓN Kg	CORRECCIÓN Kg	K	INCERTIDUMBRE g
1	20	20.02	0.02	1,97	0,34
2	20	20.02	0.02		
3	20	20.02	0.02		
4	20	20.02	0.02		
5	20	20.02	0.02		

Nota: *Este certificado de calibración no puede ser reproducido en su totalidad, sin firma y sello no es válido.*

El usuario es responsable de la calibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

Los resultados del presente certificado se refieren al dispositivo relacionado, en el momento y a las condiciones en que se realizaron las mediciones, Ekimedicos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento.

Revisado y Aprobado
JOSE LUIS BOCACHICA ORTIZ

--Final de Certificado—

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

HOJA DE VIDA

1. DATOS DEL EQUIPO

Nombre: BASCULA **Marca:** BBG
Modelo: LOGISTICS **Tipo:** ELECTRONICO **SN:** 231200000184
Fabricante: BBG COLOMBIA SAS
Registro invima: NO REQUIERE
Fecha: Año: 2024 **Mes:** 06 **Día:** 03
Ubicación del equipo: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA **NIT:** 901 142 353-2 **DIR:** CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE

2. Datos técnicos

Voltaje máx. de operación	5V	Voltaje min. de operación	NR
Corriente máx. de operación	NA	Corriente min de operación	NA
Consumo máximo de potencia en watts	NA	Frecuencia en hertz	NA
Peso neto	NR	Capacidad	150Kg
División	20g	Presión	NA
Rango temperatura	NA	Temperatura de operación	10°C a 40°C
Rango humedad	NA	Humedad de operación	15%HR- 75%HR

FUENTES DE ALIMENTACION

Agua: NA **Gas:** NA **Aire:** NA **Vapor:** NA **Electricidad:** X
Energía solar: NA **Derivados del petróleo:** NA **Otros:** NA **Baterías:** X
Especificar:

3. Clasificación

BIOMEDICA					CRITICIDAD					RIESGO BIOMEDICO			
TTO	DX	RHTA	LC	SV	1	2	3	4	5	I	IIA	IIB	III
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	X	NA	NA	NA

4. Sistemas de consulta, información y clasificación:

Planos	Manuales	Uso
Operación: X **Mantenimiento:** X **Catálogo de partes:** NA **Otros:** X	**Eléctricos:** NA **Hidráulicos.** NA **Neumáticos:** NA **Mecánicos:** NA **Electrónicos:** X	**Básico:** X **Medio:** NA **Avanzado:** NA
Tecnología		**Clasificación**
Eléctricos: NA **Electrónicos:** X **Mecánicos:** NA **Electromecánicos:** NA	**Hidráulicos:** NA **Neumáticos:** NA **Vapor:** NA **Energía solar:** NA	**Diagnósticos:** NA **Rehabilitación:** NA **Tratamiento:** NA

5. Elementos de consumo:

Empaques: NA	**Bombillos:** NA	**Interruptores:** NA	**Brazaletes:** NA	**Traductores de presión:**
Filtros: NA	**Bases:** NA	**Jeringas triples:** NA	**Pasadores:** NA	**Integrados:** NA
Microfiltros: NA	**Turbinas:** NA	**Fibra óptica:** NA	**Papel:** NA	**Tambores:** NA
Sensores: NA	**Fusibles:** NA	**Shuts:** NA	**Ventanillas:** NA	**Equipo de infusión:** NA
Electrodos: NA	**Cambia fresas:** NA	**Tubos de lámpara:** NA	**Transistores:** NA	

NA: NO APLICA, **NR:** NO REGISTRA

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

REPORTE TECNICO
TIPO DE MANTENIMIENTO

Preventivo ☑ correctivo ☐

Garantía ☐ otros ☐

No. 20241428

INSTITUCION	FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA	**EQUIPO**	BASCULA DIGITAL
NIT ò CC	901 142 353-2	**MARCA**	BBG
DIRECCION	CHINAUTA	**MODELO**	LOGISTICS
UBICACIÓN	CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE	**SERIE**	231200000184
OBSERVACIONES		**ESTADO DEL EQUIPO** Bueno ☑ Regular ☐ Irregular ☐	
		Dado de baja:	

VERIFICACIÓN DE ESTADO

Verificación de:	Bueno	Regular	Malo	Verificación de:	Bueno	Regular	Malo
Sistemas Eléctricos				Interruptores – perillas	X		
Orings Empaques				Indicadores, monitores, display	X		
Válvulas control de seguridad				Selectores de controladores			
Sistemas Electrónicos	X			Registradores			
Sistemas Mecánicos				Fuente de voltaje			
Sistemas ópticos				Adaptadores			
Frascos y mangueras				Alarmas			
Bombillos				Sensores			
Carcasa				Brazaletes			
Conectores				Cables			

TRABAJO REALIZADO

LIMPIEZA INTERNA	NA	AJUSTE GENERAL	NA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	X
LIMPIEZA EXTERNA	X	REEMPLAZO INSUMOS	NA	REVISION DE FILTROS	NA
LUBRICACION	NA	CABLES A PACIENTE	NA	VERIFICACION	NA
REVISION DE SOFTWARE	NA	ACCESORIOS	NA	CALIBRACION	X

NA: NO APLICA, NR: NO REGISTRA

Fecha mantenimiento	03	06	2024
Próximo mantenimiento	03	06	2025

Firma y sello técnico
JOSE LUIS BOCACHICA O.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner

ekimédicos
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

NIT. 80.764.129-0

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No. 20241428

Fecha de calibración 2024-06-03

SOLICITANTE: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA

DIRECCIÓN: CHINAUTA

UBICACION: CENTRO COMUNIDAD CUIDADO SAN JOSE

EQUIPO: BASCULA

MARCA: BBG

MODELO: LOGISTICS

NÚMERO DE SERIE: 231200000184

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método utilizado es por comparación directa, de acuerdo con la Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático SIM MWG7/cg-01/v.00:2009.

CONDICIONES AMBIENTALES

Durante la calibración del instrumento fueron:

Temperatura °C: 29.8

Humedad Relativa %: 60.4

TRAZABILIDAD

INSTRUMENTO	CLASE	FABRICANTE	SERIE	CERTIFICADO	FECHA
MASA 5Kg	M1	PESATRONIK	JB01	M240453	2024-03-27
MASA 10Kg	M1	PRODUPESAS	JB02	M240454	2024-04-01
MASAS 20Kg	M1	PRODUPESAS	001, 002, 003, 004	M240446, M240447, M240448, M240449	2024-03-27



INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre de la medición fue estimada conforme a la GUM "GUIA PARA LA EXPRESIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA" Edición 2008 Se declara la incertidumbre expandida con un factor de cobertura (k), para un Intervalo de confianza de aproximadamente un 95 %.

Calle 46 N° 13 – 44 - Tel: 601 402 4678
Cel: 301 436 7547 – 304 349 3326
joseluisbocachica@yahoo.es
ekimedicos@outlook.com
Bogotá D.C. – Colombia

Bogotá D.C. – Colombia

Powered by CamScanner