



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 17 04 2026

SEDE: San Francisco

SERVICIO: Odontología

AREA:

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Unidad odontológica MARCA: Nautil MODELO: eléctrica

SERIE: mt ACTIVO: PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realizó cambio de bombillo en lampara por disminución de intensidad. Se deja preparado en buen estado.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

30m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	bombillo bipin 12v 50w		

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

Heddy A- Oliveras

NOMBRE: Auxiliar
CARGO:

