



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 17 04 2026

SEDE: San Francisco

SERVICIO: odontologia

AREA:

BIOMÉDICA ☒

TIPO DE DEPENDENCIA

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: placamento alta

MARCA: Prodental

MODELO: Tup red.

SERIE: H2400290052

ACTIVO: no

PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se encontraba pendiente cambio de turbina, se limpia lubrica y se realiza el respectivo cambio se deja funcionando en buen estado

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

20 m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL

BUENO ☐

REGULAR ☐

MALO ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.

DESCRIPCIÓN

CANT.

DESCRIPCION

1

turbina prodental

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

Heddy A - Olivero

NOMBRE: Auxiliar
CARGO:

