



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA  
GESTION DE RECURSOS FISICOS  
SUBPROCESO ALMACEN  
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017  
FECHA SEPTIEMBRE 2024  
VERSION 001  
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 17 04 2026

SEDE: San Francisco

SERVICIO: Odontologica

AREA:

BIOMEDICA ☒

TIPO DE DEPENDENCIA

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACION ☐

DESCRIPCION DEL EQUIPO

EQUIPO: Placa mano alta

MARCA: Prodentel

MODELO: Tub red

SERIE: H2409290040

ACTIVO: nT

PERIODICIDAD:

DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO

Se encontraba pendiente cambio de turbina. Se realiza el  
respectivo cambio con limpieza y lubricación. Se deja en buen  
estado funcionando.

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

20 min

CONDICION Y/O ESTADO FISICO GENERAL BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION
1	turbina prodentel		

FECHA PROXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

NOMBRE: Julian Rodriguez  
CARGO: Ingeniero

RECIBI CONFORME:

NOMBRE: Auxiliar  
CARGO:

