



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493

FECHA: 27 04 2016

SEDE: HSE

SERVICIO: Sala portar

AREA: hospitales

TIPO DE DEPENDENCIA

BIOMÉDICA ☒

INDUSTRIAL ☐

CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO ☐

CORRECTIVO ☒ OsTicket N°

INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Cama eléctrica MARCA: 105 PINOS MODELO: 260 109

SERIE: 500934 ACTIVO: 3669 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

*Se realiza cambio de brazo doble elevador. por daño. Se
deja en buen estado y funcionando*

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

TIEMPO

20m

CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐ FUERA DE SERVICIO ☐

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
<u>1</u>	<u>brazo doble elevador.</u>		

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Signature]

NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

[Signature]

NOMBRE: *[Signature]*
CARGO: Enfermero

