



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
SUBPROCESO ALMACEN
FORMATO MANTENIMIENTO BIOMEDICO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO

GRF-AL-FT-017
FECHA SEPTIEMBRE 2024
VERSION 001
PAGINA 1 DE 1

CONTRATO 493 FECHA: 27 04 2026
SEDE: HSP SERVICIO Sala de paps AREA

TIPO DE DEPENDENCIA
BIOMÉDICA ☒ INDUSTRIAL ☐ CADENA DE FRIO ☐

TIPO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☒ OsTicket N° INSTALACIÓN ☐

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: Equipo de oxígeno MARCA: vech A11YN MODELO: Rochet
SERIE: NT ACTIVO: 8760 PERIODICIDAD:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Se realiza limpieza de porta botellas el cual presentaba
corrosión. Se deja funcionando en buen estado

OBSERVACIONES - PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD (Técnico / Solicitante)

	TIEMPO
	20m
CONDICIÓN Y/O ESTADO FÍSICO GENERAL	
BUENO <input checked="" type="checkbox"/>	
REGULAR <input type="checkbox"/>	
MALO <input type="checkbox"/>	
FUERA DE SERVICIO <input type="checkbox"/>	

MATERIALES Y REPUESTOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

FECHA PRÓXIMO MANTENIMIENTO:

RESPONSABLE:

[Firma]
NOMBRE: Julian Rodriguez
CARGO: Ingeniero

RECIBÍ CONFORME:

[Firma]
NOMBRE: [Firma]
CARGO: [Firma]

