

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS			F3.G8.PP	28/01/25
				Versión 5	Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ____ Balanza Pesa Personas _X_ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CAS001	SECA	803	880309018249	CDI CASTILLO DE COLORES	COORDINADORA-NUTRICIONISTA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
1254	16/11/21	CUMPLE	1254	16/11/21	CUMPLE	nov-25

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	150 Kg	Juego de pesas clase	M1 certificado de calibracion DE 3710-23 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2023	25/02/26	25/05/26
Carga mínima (Min)	2kg	Número de Certificado	MG23710-23	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0,1kg			CAROLINA GIRALDO CORREA	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0,1				

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 35kg		
Punto	Indicación	Diferencia
1	34,9	0,1
2	34,9	0,1
3	34,9	0,1
4	34,9	0,1
5	34,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	cumple	

EXACTITUD


CARGA EN PRUEBA 35kg (35kg-30kg-25kg-20kg-15kg)		
Punto	Indicación	Diferencia
1	34,9	0,1
2	29,9	0,1
3	25	0
4	19,9	0,1
5	24,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

PRUEBAS

REPETIBILIDAD		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	34,9	0,1
2	34,9	0,1
3	34,9	0,1
4	34,9	0,1
5	34,9	0,1
Error máximo obtenido en la prueba		0,1
Error mínimo obtenido en la prueba		0,1
RESULTADO	cumple	

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	NO PRESENTA
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	