

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS				F3.G8.PP	30/05/2023
					Versión 4	Página 1 de 1
					Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos ☒ Balanza Pesa Personas ☐ Balanza Pesa Bebés ☐



No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CAS 004	ORION	TEK	PO 0031122 2 000957	CDI CASTILLO DE COLORES	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
285560	13/11/2024	CUMPLE	285560	13/11/2024	CUMPLE	nov-28

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	5kg	Juego de pesas clase	MI CILINDRICO	5/11/2024	5/02/2025
Carga mínima (Min)	10 g	Número de Certificado	ALB-437-19	RESPONSABLE DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1g			CAROLINA GIRALDO	
Repetibilidad (indicación en manual)	SD	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Masas patrón del Centro Zonal de Kenned			
Error Máximo Permitido (EMP)	SD				

PRUEBAS		
EXCENTRICIDAD		
CARGA EN PRUEBA 50g		
Punto	Indicación	Diferencia
1	50	0
2	50	0
3	50	0
4	50	0
5	50	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
EXACTITUD		
CARGA EN PRUEBA 100-200-500-1000g		
Punto	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	200	0
3	300	0
4	500	0
5	1000	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	
RESULTADO: Cumple o no cumple		

REPETIBILIDAD		
CARGA EN PRUEBA 100g		
No. Medición	Indicación	Diferencia
1	100	0
2	100	0
3	100	0
4	100	0
5	100	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

GUIA EXCENTRICIDAD	
	
Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaría por fuera del error máximo permitido	

OBSERVACIONES:	EQUIPO CUMPLE
----------------	---------------

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.