PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

Guadalajara de Buga , mayo 20 de 2026

Señor
Ludwig Mauricio Rojas Delgado
Subdirector (E) SENA CAB

Asunto: Evaluación Técnica Proceso de Contratación por Mínima Cuantia No. MC-VLL-CAB-0007-2026

Con toda atención nos dirigimos al Sr. Ludwig Mauricio Rojas Delgado, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de los requisitos habilitantes técnicos en el marco del proceso del asunto, así:

Objeto del proceso:
Contratar el servicio de mantenimiento y calibración de equipos del Laboratorio de Servicios Tecnológicos del Centro Agropecuario de Buga.

			3	4	5	6	7
		FECHA Y HORA RECIBIDO	**15/05/2026 15:14**	**15/05/2026 15:58**	**15/05/2026 0:15**	**15/05/2026 13:18**	**15/05/2026 10:42**
		OFERENTE	**BomBo Origen**	**C.I GLOBAL SCIENTIFIC S.A.S**	**BIOMECHING SAS**	**TEPROC**	**ADVANCED INSTRUMENTS SAS**
		NIT	**90137858-2**	**830067880-4**	**901581027-9**	**900683997-2**	**830.101.830**
		REP LEGAL	**Wilson Dario Arboleda Vasquez**	**Mario Hernandez Benavides**	**Laura Angela Ramirez Libreros**	**Nelson Giovanny Perez Gonzalez**	**Angel Leonardo Garcia Neira**
		C.C.	**10.353.024.371**	**79.264.084**	**1.115.081.055**	**88.256.053**	**79.374.663**
1	**REQUISITOS HABIITANTES TECNICOS**	**Verificación Documentos requeridos o respuesta**					
1.1	**EXPERIENCIA TÉCNICA**: El proponente deberá acreditar mediante dos (2) certificaciones o documentos que acrediten la ejecución de contratos con entidades públicas o privadas, relacionados directamente con el objeto a contratar y/o guarde relación directa con la naturaleza de los bienes objeto del presente proceso, cuyo valor individual o sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial establecido.	El proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar las certificaciones y/o actas de liquidación	**No cumple – Subsanar:** El proponente no evidencia la documentación requerida para acreditar la experiencia técnica exigida en el proceso, toda vez que no se anexan las certificaciones o documentos que demuestren la ejecución de contratos con entidades públicas o privadas relacionados directamente con el objeto contractual o con la naturaleza de los bienes y servicios requeridos. En consecuencia, no es posible verificar el cumplimiento de las dos (2) certificaciones exigidas, ni validar que el valor individual o acumulado de los contratos ejecutados corresponda como mínimo al 100% del presupuesto oficial establecido para el presente proceso.	**Cumple:** El proponente acredita la experiencia técnica requerida mediante certificaciones y documentos que evidencian la ejecución de contratos relacionados con mantenimiento y calibración de equipos, celebrados con entidades públicas, entre ellas universidades y el SENA, durante vigencias recientes comprendidas entre los años 2022 y 2024. Asimismo, se anexan las correspondientes certificaciones de experiencia, permitiendo verificar el cumplimiento del requisito relacionado con la naturaleza del objeto contractual y la experiencia exigida en el presente proceso.	**Cumple:** El proponente acredita la experiencia técnica requerida mediante certificaciones y documentos que evidencian la ejecución de contratos relacionados con mantenimiento y calibración de equipos, celebrados con entidades públicas como el SENA y entidades privadas, durante vigencias recientes comprendidas entre los años 2022 y 2024. Asimismo, se anexan las correspondientes certificaciones de experiencia, permitiendo verificar el cumplimiento del requisito relacionado con la naturaleza del objeto contractual y la experiencia exigida en el presente proceso.	**Cumple:** El proponente acredita la experiencia técnica requerida mediante certificaciones y documentos que evidencian la ejecución de contratos relacionados con mantenimiento y calibración de equipos, celebrados con entidades públicas como el SENA, durante vigencias recientes comprendidas entre los años 2022 y 2024. Asimismo, se anexan las correspondientes certificaciones de experiencia, permitiendo verificar el cumplimiento del requisito relacionado con la naturaleza del objeto contractual y la experiencia exigida en el presente proceso.	**Cumple:** El proponente acredita la experiencia técnica requerida mediante certificaciones y documentos que evidencian la ejecución de contratos relacionados con mantenimiento y calibración de equipos, celebrados con entidades públicas como y el Laboratorio de Salud Publia Departamental del Valle y Policia Nacinal de Colombia, durante vigencias recientes comprendidas entre los años 2024 y 2025. Asimismo, se anexan las correspondientes certificaciones de experiencia, permitiendo verificar el cumplimiento del requisito relacionado con la naturaleza del objeto contractual y la experiencia exigida en el presente proceso.
2	**REQUISITOS TÉCNICOS**						
2.1	El proponente deberá presentar con la propuesta el listado del personal técnico encargado del mantenimiento, o calibración, aportando sus títulos académicos y/o Certificados de Aptitud Profesional (CAP) en áreas relacionadas con mantenimiento o calibración de equipos de laboratorio. Se debe acreditar formación en la norma ISO/IEC 17025:2017 y una experiencia mínima de dos (2) años en la prestación del servicio.		**No cumple – Subsanar:** El proponente no cumple con el requisito relacionado con el personal técnico para la prestación del servicio, toda vez que presenta tres (3) carpetas correspondientes a la misma persona, situación que no permite evidenciar la disponibilidad de personal técnico adicional para atender las actividades de mantenimiento y/o calibración requeridas. Adicionalmente, la documentación aportada se encuentra incompleta, ya que no se evidencian hojas de vida debidamente soportadas ni información suficiente que permita verificar el perfil, la experiencia mínima requerida y la formación en la norma ISO/IEC 17025:2017, conforme a las exigencias del proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito relacionado con el personal técnico encargado del mantenimiento y/o calibración, ya que se evidencian anexos correspondientes a certificados y soportes de formación del personal presentado en la propuesta, conforme a lo requerido en el proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito relacionado con el personal técnico encargado del mantenimiento y/o calibración, ya que se evidencian anexos correspondientes a certificados y soportes de formación del personal presentado en la propuesta, conforme a lo requerido en el proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito relacionado con el personal técnico encargado del mantenimiento y/o calibración, ya que se evidencian anexos correspondientes a certificados y soportes de formación del personal presentado en la propuesta (norma ISO 17025:2017), conforme a lo requerido en el proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito relacionado con el personal técnico encargado del mantenimiento y/o calibración, ya que se evidencian anexos correspondientes a certificados y soportes de formación del personal presentado en la propuesta (norma ISO 17025:2017), conforme a lo requerido en el proceso.
2.2	El proponente debe aportar una certificación firmada por el representante legal indicando que conoce y que asegura que el servicio de mantenimiento correctivo incluye a todo costo repuestos e insumos que se requieren para el perfecto funcionamiento de los equipos y corresponderán al modelo (marca) del equipo		**No cumple-Subsanar :** no aporta certificación firmada por parte del representante legal indicando que conoce y asegura el servicio de mantenimiento correctivo a todo costo.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.
2.3	Presentar con la propuesta una certificación firmada por el representante legal, donde especifique los nombres de las empresas prestadoras de servicios de calibración, la cual deberá ser acreditada para la ejecución de dichos servicios en las diferentes magnitudes con respecto al intervalo de medición, incertidumbre expandida de medida de los instrumentos a calibrar y de los patrones utilizados para los diferentes equipos de laboratorio. Al momento de la ejecución deberá soportarlo mediante la resolución vigente del Organismo Nacional de Acreditación (ONAC) bajo la norma ISO/IEC 17025:2017, garantizando la trazabilidad de las mediciones		**No cumple-Subsanar :** la certificación firmada por parte del representante legal incluye la empresa prestadora del servicio de calibración: BIO-METRO S.A.S acreditado bajo código 24-LAC-031, sin embargo este laboratorio no está acreditado para las magnitudes: temperatura, humedad y volumen, que son necesarias para dar cumplimiento al requerimiento técnico.	**Cumple:** la certificación firmada por parte del representante legal incluye la empresa prestadora del servicio de calibración: METROLOGICAL CENTER S.A.S acreditado bajo código 18-LAC-024 para las magnitudes: temperatura, humedad y volumen, que son necesarias para dar cumplimiento al requerimiento técnico.	**Cumple:** la certificación firmada por parte del representante legal incluye las siguientes empresas prestadoras del servicio de calibración: COLMETRO S.A.S: Código 18-LAC-010, METROLOGIC COLOMBIA S.A.S: Código 10-LAC-050. TECSERVICE S.A.S: Código 18-LAC-027, TESLA LABORATORIO DE METROLOGÍA S.A.S: Código 18-LAC-018. SET Y GAD S.A.S: Código 18-LAC-004	**Cumple:** la certificación firmada por parte del representante legal incluye las siguientes empresas prestadoras del servicio de calibración: METROLOGICAL CENTER S.A.S: Código 18-LAC-024 METROLOGIC COLOMBIA S.A.S: Código 10-LAC-050.	**No Cumple-subsanar :** la certificación firmada por parte del representante legal incluye las siguientes empresas prestadoras del servicio de calibración: ATE MEDICAL GROUP S.A.S: Código 16-LAC-017 (cumple) UNIÓN METROLÓGICA S.A.S: Código 14-LAC-033 (no cumple, porque la incertidumbre para la smagnitudes de temperatura y volúmen son muy altas) para los procesos rutinarios del laboratorio.
2.4	El proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal donde garantice que los certificados de calibración cumplirán con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 y tendrán el sello del ente acreditador ONAC; declarando así la conformidad de la calibración de los equipos del laboratorio. Los certificados de calibración serán entregados después de concluido el servicio en un tiempo máximo de quince (15) días hábiles		**No cumple-Subsanar :** no aporta certificación firmada por el representante legal donde garantice que los certificados de calibración cumplirán con los requisitos de la norma y tendran el sello del ente acreditador ONAC.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.
2.5	Presentar oferta técnica incluyendo la información suficiente de los servicios ofertados, con especificidad técnica suficiente y la descripción completa de las condiciones de entrega para facilitar la supervisión del servicio		**No cumple – Subsanar:** El proponente no presenta un anexo o documento técnico que describa de manera detallada la oferta de servicios ofertados, ni se evidencia información suficiente sobre el alcance técnico de las actividades a ejecutar. Adicionalmente, no se especifican las condiciones de prestación del servicio ni la intervención metrológica que se realizará a los equipos objeto del proceso, lo cual impide verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas y dificulta la adecuada supervisión del servicio.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito solicitado, ya que presenta los soportes correspondientes de la oferta técnica, incluyendo información de los servicios ofertados y documentación relacionada con las condiciones de prestación del servicio requeridas en el proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito solicitado, ya que presenta los soportes correspondientes de la oferta técnica, incluyendo información de los servicios ofertados y documentación relacionada con las condiciones de prestación del servicio requeridas en el proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito solicitado, ya que presenta los soportes correspondientes de la oferta técnica, incluyendo información de los servicios ofertados y documentación relacionada con las condiciones de prestación del servicio requeridas en el proceso.	**Cumple:** El proponente cumple con el requisito solicitado, ya que presenta los soportes correspondientes de la oferta técnica, incluyendo información de los servicios ofertados y documentación relacionada con las condiciones de prestación del servicio requeridas en el proceso.

2.6	El proveedor deberá presentar con su propuesta la documentación que acredita (por el fabricante) la competencia del personal para realizar la intervención de los equipos que así lo requieran en la ficha técnica. (Certificados de Capacitación generados por el fabricante del equipo)		**No cumple – Subsanar.** La documentación presentada, no evidencia capacitación del personal técnico por parte del fabricante en los equipos especializados.	**No cumple – Subsanar.** La documentación presentada, no evidencia capacitación del personal técnico por parte del fabricante en los equipos especializados.	**No cumple – Subsanar.** La documentación presentada, no evidencia capacitación del personal técnico por parte del fabricante en los equipos especializados.	**Cumple:** Se evidencias soportes de capacitación para el personal técnico : Carlos Francisco Catro ortiz por parte de las empresas SI ANALYTICS WTW, BINDER, RADWAG, ESCO Biosefety institute, TUTTNAUER, Gerhardt GMBH & co, LABBRANDS. Jonathan Perez GONZALES -Tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumental industrial, Presenta formación en "fundamentos de la norma ISO/IEC 17025:2017", metrología básica, mantenimiento de equipos de temperatura, termohigrómetros digitales y analogos, mantenimiento de bombas, compresores, centrifugas y agitadores, mantenimiento de equipos d etemperatura de las marcas THERMOLYNE BINDER Y MEMMERT,mantenimiento de equipos de pesaje de las marcas OHAUS, METTLER , RADWAG.	**Cumple:** Se evidencian soportes de capacitación para el personal técnico: Ing. Héctor Suarez Rodrpiguez , cuenta con cursos de manejo y mantenimiento de equipos de mciroscopia marca Olympus y Leica, mantenimiento e instalación de autoclaves horizontales y verticales marca TUTTNAUER, Mantenimiento de equipos de laboratorios marca LABTECH, entrenameinto con ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S para mentenimiento de cabinas de bioseguridad, cabinas extractoras de gases y capacitación en incubadoras de convección natural y forzada de la marca BINDER. Ing. Juan Castro , tiene entrenamiento con ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S para balanzas, uenta con cursos de manejo y mantenimiento de equipos de mciroscopia marca Olympus y Leica, mantenimiento e instalación de autoclaves horizontales y verticales marca TUTTNAUER, Mantenimiento de equipos de laboratorios marca LABTECH,entrenameinto con ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S para mentenimiento de cabinas de bioseguridad, cabinas extractoras de gases y capacitación en incubadoras de convección natural y forzada de la marca BINDER.	**Cumple:** Se evidencian soportes de capacitación para el personal técnico: Ing. Héctor Suarez Rodrpiguez , cuenta con cursos de manejo y mantenimiento de equipos de mciroscopia marca Olympus y Leica, mantenimiento e instalación de autoclaves horizontales y verticales marca TUTTNAUER, Mantenimiento de equipos de laboratorios marca LABTECH, entrenameinto con ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S para mentenimiento de cabinas de bioseguridad, cabinas extractoras de gases y capacitación en incubadoras de convección natural y forzada de la marca BINDER. Ing. Juan Castro , tiene entrenamiento con ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S para balanzas, uenta con cursos de manejo y mantenimiento de equipos de mciroscopia marca Olympus y Leica, mantenimiento e instalación de autoclaves horizontales y verticales marca TUTTNAUER, Mantenimiento de equipos de laboratorios marca LABTECH,entrenameinto con ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S para mentenimiento de cabinas de bioseguridad, cabinas extractoras de gases y capacitación en incubadoras de convección natural y forzada de la marca BINDER.
2.7	El proveedor deberá presentar con la propuesta una certificación firmada por el representante legal, indicando que los informes de calibración emitidos bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 deben incluir la declaración de conformidad de los equipos siguiendo las directrices de la guía ILAC-G8:09/2019 (Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity). Con el fin de determinar su cumplimiento dentro del rango de medición calibrado		**No cumple-Subsanar:** no aporta certificación firmada por el representante legal, indicando que los informes de calibración emitidos bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.
2.8	El proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal, donde garantice la recogida y entrega de los instrumentos a calibrarse en las instalaciones del Laboratorio LAMFA del Centro Agropecuario de Buga, ubicado en la Carretera central Variante Buga-Tuluá. Además de que el costo del servicio de mantenimiento deberá incluir el transporte de ida y regreso de los equipos, así como el desplazamiento del técnico en caso de que la calibración se realice en sitio		**No cumple-Subsanar:** no aporta certificación firmada por el representante legal, donde garantice la recogida y entrega de los instrumentos a calibrarse en las instalaciones del Laboratorio LAMFA.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.
2.9	El proponente deberá incluir en su oferta, un cronograma de mantenimiento (preventivo y/o corrrectivo) y calibración de los equipos. Dichas actividades se realizarán en días hábiles, de lunes a viernes de 07:00 am a 5:00 pm. No se aceptarán servicios fuera de este horario ni en días festivos		**No cumple-Subsanar**: no aporta cronograma del servicio de mantenimiento y calibración.	**Cumple:** Aporta cronograma para la ejecución de los servicios de mantenimiento y calibración.	**Cumple:** Aporta cronograma para la ejecución de los servicios de mantenimiento y calibración.	**Cumple:** Aporta cronograma para la ejecución de los servicios de mantenimiento y calibración.	**Cumple:** Aporta cronograma para la ejecución de los servicios de mantenimiento y calibración.
2.10	El proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal, donde garantice disponibilidad de soporte técnico en situaciones de daño como garantía del servicio, durante seis meses contados a partir de la entrega del servicio, indicando también que la respuesta de atención será dentro de las 48 horas a partir de la fecha de la solicitud por parte de la entidad, a través del supervisor del contrato.		**No cumple-Subsanar:** no aporta certificación firmada por el representante legal, donde garantice disponibilidad de soporte técnico como garantía del servicio.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.	**Cumple:** Aporta certificación firmada por parte del representante legal.
3	**REQUISITOS SST**						
3..1	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST		**No cumple – Subsanar. NO Aporta** Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	**Cumple Aporta** Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	**Cumple:** Aporta Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	**Cumple Aporta** Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST	**Cumple Aporta** Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST
3.2	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST		**No cumple/ Subsanar:** La licencia del Responsable del SG-SST no esta vigente.	**Cumple:** Aporta documentos del Responsable del SG-SST	**N/A**	**Cumple:** Aporta documentos del Responsable del SG-SST	**No cumple/ Subsanar:** La licencia del Responsable del SG-SST no esta vigente.
3.3.	Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL O Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.	Nota: Debe incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	**Cumple:** Aporta certificado de Estandares mínimos del SGSST por ARL SURA, Resultado 100%	**Cumple:** Aporta certificado de Estandares mínimos del SGSST por ARL Positiva, Resultado 95%	**N/A**	**Cumple:** Aporta certificado de Estandares mínimos del SGSST por ARL Colmena y Ministerio, Resultado 97%	**Cumple:** Aporta certificado de Estandares mínimos del SGSST por ARL SURA, Resultado 100%
3.4	Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Nota: De acuerdo con la resolución 0312 de 2019 en el Parágrafo 2. No están obligados a implementar los Estándares Mínimos los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo		**N/A**	**N/A**	**Cumple:** Aporta Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.	**N/A**	**N/A**
3.5	Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva		**No cumple – Subsanar.** Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación. En caso de que al proveedor no le aplique el requisito, deberá presentar la justificación respectiva	**Cumple: Aporta** Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022	**Cumple:** El proponente aporta certificación de no aplicabilidad del PESV conforme a la Resolución 2022304004059S de 2022, indicando que no cuenta con flota vehicular ni personal conductor. Adicionalmente, manifiesta compromiso con la seguridad vial y la prevención de riesgos laborales durante la ejecución contractual.	**Cumple: Aporta** Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2022	**Cumple: Aporta** Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la resolución 40595 de 2023
4	**REQUISITOS AMBIENTALES**						
4.1	Certificación o declaración de cumplimiento ambiental: Documento firmado por el representante legal donde se manifieste el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a las actividades del contrato.		**No cumple/ Subsanar:** El proponente no presenta documento o certificción de cumplimiento ambiental suscrito por el respresentante legal, en el que se manifieste el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable segun lo requerido	**Cumple:** El proponente presenta declaración suscrita por el representante legal en la cual manifiesta el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto contractual, incluyendo compromisos de gestión de residuos peligrosos y control ambiental durante la ejecución del contrato	**Cumple:** el proponente presenta la documentación correspondiente mediante la cual declara el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, cumpliendo con lo sugerido en el requisito.	**Cumple:** El proponente aporta documento correspondiente a la declaración del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, cumpliendo con lo sugerido en el requisito	**Cumple:** El proponente aporta documento correspondiente a la declaración del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable, cumpliendo con lo sugerido en el requisito
4.2	Procedimiento de mantenimiento y calibración con enfoque ambiental. El proponente deberá presentar copia del procedimiento definido para la ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de laboratorio, en el cual se incluyan las actividades, equipos, insumos y controles ambientales a implementar.		**No cumple/ Subsanar:** El proponente no presenta el procedimiento de mantenimiento y calibración con enfoque ambiental, en el que se establezca todo lo requerido	**Cumple:** El proponente presenta el procedimiento de mantenimiento y calibración con enfoque ambiental, en el cual se incluyen las actividades, equipos, insumos y controles ambientales a implementar para la ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de laboratorio, conforme a lo requerido	**Cumple:** El proponente aporta el procedimiento de mantenimiento y calibración con enfoque ambiental solicitado, incluyendo actividades, equipos, insumos y controles ambientales	**No cumple / Subsanar:** El proponente presenta Plan de Manejo Ambiental de carácter general; sin embargo, no se evidencia un procedimiento específico para la ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos de laboratorio, ni la inclusión detallada de actividades, equipos, insumos y controles ambientales requeridos	**No cumple/ Subsanar:** El proponente presenta procedimiento de mantenimiento y calibración con actividades, insumos y herramientas definidas; sin embargo, no se evidencian de manera explícita los controles ambientales a implementar durante la ejecución del servicio, conforme a lo requerido
	RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE REQUISITOS TECNICOS INCLUYE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ASPECTO AMBIENTAL ==>		**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

FIRMA EVALUADORES ASPECTOS TÉCNICOS

Nombre: Jose Libardo Tapiero
Cargo: Instructor G20 - Sennova

Nombre: Jessica Andrea Vargas
Cargo: Contratista SST CAB

Nombre: Dayana Andrea Zabala
Cargo: Dinamizador ambiental y energetico