BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos __X__ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
CAS 004	ORION	TEK	PO 00311222 000957	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI CASTILLO DE COLORES	Coordinadora - Nutricionista

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
285560	13/11/2024	CUMPLE	285560	13/11/2024	CUMPLE	NOVIEMBRE DEL 2028

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	3kg	Juego de pesas clase	MI CILINDRICO	28/08/2025	28/11/2025
Carga mínima (Min)		Número de Certificado	ALB-437-19	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	0.1g			CAROLINA GIRALDO CORREA	
Repetibilidad (indicación en manual)		INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON			
Error Máximo Permitido (EMP)	0.1g				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA 1000g

Punto	Indicación	Diferencia
1	1000	0
2	1000	0
3	1000	0
4	1000	0
5	1000	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA 1000g

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	1000	0
2	1000	0
3	1000	0
4	1000	0
5	1000	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA 1000g-800g-700g-500g-300g

Punto	Indicación	Diferencia
1	1000	0
2	800	0
3	700	0
4	500	0
5	300	0
Error máximo obtenido en la prueba		0
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	cumple	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	Gramera en adecuado estado
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.