	COTIZACIÓN
OBJETO	**"Adquirir la dotación de dispositivos médicos conforme a las necesidades de las Unidades de Servicios de Salud del Distrito que hayan sido priorizadas y viabilizadas de la red pública hospitalaria adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá D.C, para el componente de Urgencias de baja complejidad en el marco del nuevo Modelo de atención en salud MAS Bienestar"**

FECHA:	ENERO 22 DE 2026	**NIT:**	900180069-3	**CELULAR:**	3152471784
EMPRESA:	INCLISER LTDA	**CONTACTO:**	CAROLINA CUERVO	**CARGO:**	EJECUTIVA LIDER
		E-MAIL:	carolina.cuervo@incliser.com	**CIUDAD:**	BOGOTA

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:
1. Revisar las especificaciones descritas en la Ficha Técnica
2. Expresar el VALOR UNITARIO ANTES DE IVA en PESOS COLOMBIANOS. Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
3. Anexar la documentacion tecnica correspondiente (catalogo, manuales y/o ficha técnica) del ítem ofertado emitida por el fabricante en idioma castellano.
4. Se debera presentar el presente documento debidamente firmado por el representante legal indicando el tiempo de vigencias de la presente cotizacion

MARCA	COMEN, FRANCEHOPITAL, BISTOS, CA-MI
MODELO/REFERENCIA	S5, PL40C5, BT770, NEW ASPIRE

No (ITEM, ETAPAS O PROCESOS)	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS SDS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)	IVA (%)	VALOR UNITARIO + IVA	TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL + IVA
	DESFIBRILADOR							
	GENERALIDADES							
	Energía suministrada desde 5 Joules o menor							
	Onda bifásica							
	Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz							
	Descarga máxima suministrada entre 200 y 360 Joules							
	Modos de funcionamiento - Sincrónico, asincrónico, cardioversión y monitoreo							
	Selección de nivel de energía en el panel frontal							
	Carga y descarga de energía desde las palas y el panel frontal							
	Con sistema para probar la energía de descarga y prueba automática del desfibrilador.							
	Pantalla LCD o TFT de mínimo 5.6"							
	Visualización de: 1) Valor seleccionado y descargado de energía en Joules, 2) Onda de electrocardiograma de mínimo 6 derivadas, 3) Valor de la frecuencia cardiaca hasta 300 lpm, 4) Marcapasos externo, 5) alarmas audibles y visibles (sistemas de seguridad), 6) Indicador de carga de batería.							
	Batería recargable con mínimo dos horas en monitoreo o 20 descargas a máxima potencia.							
	Con impresora térmica.							
	Modo manual y DEA							
	Modo sincronizado							
	Tiempo de carga a 200 Joules máximo 7 segundos							
	Tiempo de carga de energía máxima a 11 segundos							
	ACCESORIOS DESFIBRILADOR							
	Un (1) juego de palas adulto/pediátrico adicional							
	Un (1) Cable de ECG de cinco derivaciones adicional							
	Mínimo cien (100) electrodos ECG con fecha de vencimiento no inferior a un año							
	Un (1) Interface para marcapasos adicional							
	Mínimo tres (3) juegos de electrodos para desfibrilación adulto adicional							
	Mínimo tres (3) juegos de electrodos para desfibrilación pediatrico adicional							
	Mínimo veinte (20) unidades de papel térmico para la impresora							
	Un (1) Cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud							
	MONITOR DE SIGNOS VITALES							
	GENERALIDADES							
	Monitor modular, preconfigurado o mixto, escalable							
	Adulto y pediátrico							
	Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.							
	Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros							
	Con protección contra desfibrilación y electrobisturis							
	Alimentación eléctrica 110 - 120 VAC /50-60 Hz							
	Batería con autonomía mínimo de dos horas, **mínimo de 4 horas**							
	Almacenamiento de tendencias de mínimo 24 horas							
	Pantalla LCD o TFT a color de minimo 10"							
	MEDICIONES							
	ECG de 3 y 5 derivadas y onda en tiempo real							
	Frecuencia cardíaca con resolución menor o igual a 2 LPM							

	Respiración								
	Oximetría con resolución menor o igual al 1% precisión menor o igual a 2%								
	Presión no invasiva modo manual y automático, resolución menor o igual a 5 mmHg; precisión menor o igual a 5 mmHg								
	temperatura, resolución menor o igual a 1 °C; precisión menor o igual a 0,3 °C								
	VISUALIZACIÓN								
	Valor de frecuencia cardiaca								
	Valor de frecuencia respiratoria								
	Porcentaje de SPO2								
	Temperatura								
	Valor presión no invasiva								
	Onda de ECG								
	Onda de respiración								
	Onda de SPO2								
	INDICADORES DE								
	Estado de baterías								
	Alarmas								
	Alimentación								
CARRO DE PARO COMPLETO	**ACCESORIOS**								
	Cinco brazaletes adultos reutilizables libres de látex, de una sola vía adicional	**UNIDAD**	**8**	**$ 38.800.000,00**	**$ 7.372.000,00**	**$ 46.172.000,00**	**$ 310.400.000,00**	**$ 369.376.000,00**	
	Cinco brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex, una sola vía adicional								
	Dos interfaces de presión arterial no invasiva (PANI) adicional								
	Una interface de SPO2 adicional								
	Una interfaz de ECG con cinco derivaciones adicional								
	Dos sensores de oximetría de dedo adulto reutilizable adicional								
	Dos sensores de oximetría pediátrico reutilizable adicional								
	Dos sensores de temperatura de piel tipo lenteja adicional								
	Un Juego de electrodos ECG x 100 adicional								
	Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud adicional								
	SUCCIONADOR PORTATIL								
	GENERALIDADES								
	Unidad de succión eléctrica portatil								
	Motor libre de aceite								
	Requerimientos eléctricos: 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz								
	Presión de succión de minimo 500 mmHg								
	Potencia de succión de minimo 20 l/min								
	Incluye Vacuómetro en el panel frontal								
	Incluye perilla de regulación en el panel frontal								
	ACCESORIOS SUCCIONADOR								
	Un (1) Vaso de succión plastico de repuesto autoclavable de minimo 1 litro								
	Diez (10) Filtros microbianos								
	CARRO DE PARO								
	GENERALIDADES								
	Material: Plástico ABS								
	Gavetas: De 3 a 5 gavetas con divisiones interiores para el almacenamiento de fármacos en mínimo dos gavetas								
	Atril para líquidos parenterales								
	Tabla para masajes cardiorespiratorios plástica (No se acepta fabricación en madera)								
	Soportes para desfibrilador, tanque de oxígeno, guardián y contenedores de desechos								
	Parachoques de 360°								
	Sistema de seguridad para bloqueo de las gavetas								
	4 ruedas giratorias								
	Con freno mínimo en 2 ruedas								
	Que cuente con termohigrometro.								
	ACCESORIOS CARRO DE PARO								
	Un (1) termohigrometro con su correspondiente certificado de calibración vigente avalado por la ONAC								
	Cien (100) candados plasticos para el bloqueo del carro de paro								
	Una (1) multitoma con polo a tierra adherida al carro con cable de conexión eléctrica de mínimo 3 m de longitud								
	Un (1) laringoscopio con las siguientes caracteristicas: Con Mango: - Hecho de metal . - Compatible con todos los modelos de hojas. - Alimentación por baterías recargables o alcalinas - Tipo C, tipo D o tipo AA.-Iluminación: - Por Fibra óptica. - Luz blanca - Doble juego de Hojas en acero inoxidable: Neonatal. 00 (Macintosh y Miller)-Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller). Adultos. 3,4 y 5 (Macintosh y Miller). Estuche compacto,bombillo de repuesto.								
	GARANTIAS								

	1. Garantía: Mínimo de (2) años. 2. El oferente garantiza que, en caso de presentarse un evento adverso durante el tiempo de garantía, atribuible a fallas de los equipos médicos ofertados, se compromete a realizar el cambio de las partes o componentes que se haya demostrado han sido causantes del evento o a reparar la falla demostrada. En caso de que la falla no pueda ser reparada durante el tiempo de la garantía, el oferente garantiza que reemplazará el equipo irreparable por uno igual o mejor sin ningún costo adicional en los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha del evento. 3. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. 4. Tiempo de Respuesta: El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 6 horas. 5. Mantenimiento Preventivo: El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo a los protocolos establecidos en los manuales del equipo. 6. Mantenimiento Correctivo: El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía. 7. Soporte Postventa: El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, 8. Todos los equipos seran entregados e instalados en la ciudad de Bogota. 9. Registro sanitario INVIMA							
VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN		**90 DÍAS**		SI	X	OTRO		
				NO		UNIDAD DE TIEMPO		

Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.□

JAVIER ORLANDO PINEDA DURAN

Firmado digitalmente por JAVIER ORLANDO PINEDA DURAN
Fecha: 2026.01.22 14:38:38 -05'00'

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE
NOMBRE JAVIER ORLANDO PINEDA DURAN
CEDULA 91.272.720
CONTACTO 3153774972