worldmedical	**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**	**F-GC-028**
	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS	Fecha de Aprobación: 25 de Septiembre del 2018 VERSION 02

CATETER DE DRENAJE

NOMBRE COMERCIAL:	CATETER DE DRENAJE NON-LOCKING (NL)		
REFERENCIAS:	RNL-6-038S, RNL-8-038S-RNL-10-038S,RNL-12-038S, RNL-6-038J,RNL-8-038J,RNL-10-038J,RNL-12-038J		
MARCA:	MERIT MEDICAL SYSTEM INC	**MODELO:**	RESOLVE
FABRICANTE:	MERIT MEDICAL SYSTEM INC con Domicilio en Estados Unidos		
REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2017DM-0016812	**VIGENTE:**	12/09/2027
TITULAR:	MERIT MEDICAL SYSTEM INC	**RIESGO:**	IIA
PRESENTACIÓN:	Empaque Individual	**VIDA UTIL:**	3 AÑOS
DIMENSIONES:	61cm x 13cm (Largo X Ancho)		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Catetér de drenaje con recubrimiento hidrofílico, en forma de J o en punta recta, este cubrimiento permite una insición suave que no genera mucha molestia al paciente. Cada catetér viene con un color según la medida Fr estandarizada.



COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Policarbonato, adhesivo. Eje de Cateter: Carbonato y sulfato de bario noveno, estilete trocar, policarbonato, acero inoxidable y cánula metálica: Policarbonato y acero inoxidable.

STERILE EO

COMPOSICIÓN CUANTITATIVA

Composición cuantitativa no aplica para este producto.

INDICACIONES DE USO

Usado en procedimientos para drenaje en tiempos cortos y abscesos.

CONTRAINDICACIONES

El catéter para drenaje con seguro ReSolve está contraindicado para su uso cuando la caterización de drenaje percutáneo sea inaceptable.
El catéter para drenaje con seguro ReSolve está contraindicado para uso intravascular.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	F-GC-028
worldmedical	FICHA TECNICA DISPOSITIVOS MEDICOS	Fecha de Aprobación: 25 de Septiembre del 2018 VERSION 02

ADVERTENCIAS

El catéter para drenaje con seguro ReSolve no se debe utilizar para administrar complementos nutritivos.

REACCIONES ADVERSAS*

- Choque septicémico
- Bacteremia
- Hemorragia
- Superinfección
- Transgresión de intestinos
- Transgresión pleural
- Lesión vascular
- Desplazamiento del catéter
- Oclusión del catéter

PRECAUCIONES DE MANEJO

* Estéril y no pirógeno solo si el embalaje no ha sido abierto, no está dañado ni está roto.

* Leer el instructivo de manejo incluido en el paquete, antes del uso.

*Usar una sola vez, no reesterilizar.

*El procedimiento debe ser realizado por personal capacitado

* No apriete demasiado la conexión entre el catéter de drenaje y la tuberia de drenaje o la tapa con un punto muerto.

COMPATIBILIDAD CON OTROS DISPOSITIVOS MEDICOS

No Aplica

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Los dispositivos deben ser almacenados evitando el contacto con paredes, piso o techos.

RANGOS DE ACEPTACIÓN	Varaible a Controlar	Unidades	Rango Minimo	Rango Maximo
	Temperatura	**°C**	5°C	45°C
	Humedad	**%**	10%	65%