

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: Abril	Día: 14	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: Abril	Día: 14	Hora final:	
Marca: spartanet	Modelo: rtc-1	Serie: n/f	Inventario:		
Ubicación: Imagenología			Tipo de Equipo: Termohigrometro		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA	
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Limpieza y mantenimiento preventivo 5 Termohigrometros Imagenologic piso 2 HUS 47490 HUS 26345 HUS 26348 HUS 39301 Se cambia Bateria Termohigrometro de Tomografo 9 y no tiene # de HUS					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
Se programa mantenimiento preventivo de dispositivos de medición de temperatura y humedad.					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	Bateria				

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



OBSERVACIONES			
Se realiza limpieza general, aplicación de desplazador de humedad, limpiador electrónico, configuración y puesta en funcionamiento.			
HERRAMIENTAS UTILIZADAS			
Herramienta de mano			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	

Vicente Ardila
Nombre del técnico
CC. 91206016

José Luis Daza
Nombre de quien recibe a conformidad
CC.

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: