

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: Abril	Día: 14	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: Abril	Día: 14	Hora final:	
Marca: sparto Net	Modelo: Htc-1	Serie: n/t	Inventario:		
Ubicación: Farmacia.			Tipo de Equipo: Termohigrometro		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERÍODO GARANTÍA	
					FECHA FIN DE GARANTÍA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Limpieza y mantenimiento preventivo 5 Termohigrometros farmacia piso 2 HUS 34220 HUS 24766 Serie 12359374 HUS 31571 Se cambia Batería al 31571 Dos (2) Termohigrometros No tienen HUS.					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
Se realiza mantenimiento de los dispositivos de medición de temperatura y humedad según cronograma mensual de mantenimiento.					
CODIGO NTC:					
RÉPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	Batería				

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



OBSERVACIONES			
Se realiza limpieza general, limpieza de contactos y tarjeta con limpiador electrónico, se aplica desplazador de humedad, se realiza configuración y pruebas de funcionamiento.			
HERRAMIENTAS UTILIZADAS			
Herramienta de mano			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA		ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	

Vicente Ardila

Nombre del técnico

CC. 91206016

Andrés Horacio

Nombre de quien recibe a conformidad

CC. 63489665 / 1414126

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: