

Referencia Reporte: **58422**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Nevera (Ind)	Serie 98121130	Servicio Laboratorio Clínico
Código-Placa 23471/IMN-60	Código ECRI	Ubicación PASILLO DE NEVERAS
Marca Centrales	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo CC320SYLEO	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84441	Preventiva	Sábado 11, Abril 2026	Viernes 10, Abril 2026	10:53 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento Preventivo	Respuesta	Observaciones
Inspeccionar la ubicación, las condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el equipo	Realizado	Ninguna
Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta	Realizado	Ninguna
Revise que temperatura del equipo este dentro de las condiciones necesarias para congelar	Realizado	Ninguna
Realice limpieza del equipo interior y exterior	Realizado	Ninguna
Revisión de fuga de gas refrigerante	Realizado	Ninguna
Verifique el voltaje que está entregando la red eléctrica	Realizado	Ninguna
Realice limpieza de la unidad condensadora	Realizado	Ninguna
Realice la limpieza de la unidad compresora	Realizado	Ninguna
Realice la limpieza de la unidad enfriadora	Realizado	Ninguna
Revisar estado de las instalaciones eléctricas	Revisado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Voltaje 128.5

Amperaje 2.8

Temperatura de equipo 6.0

Temperatura tomada 5.7°C

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Divisor de lineas				
Termometro				
Herramientas de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES			
#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tec Edgar Murillo	2026-04-10 10:53:29	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-14 07:47:25	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-14 07:47:34	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)