

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES**
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



Fecha de inicio:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 01	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año: 2026	Mes: 04	Día: 01	Hora final:	
Marca:	Modelo:	Serie:	Inventario:		
Ubicación: Sala de parto			Tipo de Equipo: Extractores.		
TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA					FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: ☒	Correctivo: ☐	Instalación: ☐	Evaluación técnica: ☐	PERIODO GARANTIA	
					FECHA FIN DE GARANTIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS					
Se realiza mantenimiento preventivo a extractores axiales en la sala de parto a 6 equipos					
INSUMOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	•	DESCRIPCIÓN	
DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA					
CODIGO NTC:					
REPUESTOS UTILIZADOS					
CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.		DESCRIPCIÓN	

**FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



OBSERVACIONES

los equipos quedan funcionando.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

escalera, Herramienta de mano

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE
MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO
Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

carlos david Plata M.

Nombre del técnico
CC. 1098739778

* Valenina Sandabal

Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 1005325729

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo: