SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

INFORME MES DE MAYO 2026

2026

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

1. OBJETIVO.

a. Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos pertenecientes a la E.S.E. Hospital San Antonio de Arbeláez y sus centros de salud adscritos, garantizando su adecuado funcionamiento, seguridad operativa, confiabilidad y continuidad en la prestación de los servicios de salud.

2. ACTIVIDADES

b. Brindar apoyo a la E.S.E. en el seguimiento y actualización de las hojas de vida de los equipos biomédicos, así como de la demás documentación requerida, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Sistema Único de Habilitación.
c. Se cumple con los estándares de la resolución 3100 de 2019 vigente para la dotación de equipo biomédico en la E.S.E.
d. Con forme la actualización de cronograma de mantenimiento preventivo para el año 2026, se realiza el mantenimiento de los equipos encontrados en las áreas de laboratorio, transporte asistencial y residuos, de acuerdo al mes correspondiente; realizando limpieza externa e interna, verificación de estado físico para evidenciar si cuentan con algún golpe o avería no reportada, se hará la revisión de accesorios a los que cuentan con estos, ajuste de parámetros y pruebas funcionales *(Ver anexo reportes preventivos)*.




Tabla 1. Reportes Mantenimientos Preventivos Mes de Mayo 2026.

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

A continuación, se presenta la tabla de novedades ejecución mantenimientos preventivos mayo 2026

SERVICIO: LABORATORIO CLÍNICO

ÍTEM	SERVICIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	OBSERVACIÓN
1	LABORATORIO CLÍNICO	INCUBADORA	MEMMERT	1130	862607	3902	PRESENTA DESGASTE GENERAL
2	LABORATORIO CLÍNICO	LÁMPARA AUXILIAR	BIORED	N/R	10228	6429	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
3	LABORATORIO CLÍNICO	NEVERA	CENTRALES	CCN304FYBE0	539430683646	3646	PRESENTA DESGASTE GENERAL
4	LABORATORIO CLÍNICO	PIPETA	BRAND	100-1000 ul	02Z6762	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
5	LABORATORIO CLÍNICO	PIPETA	BRAND	100-1000 ul	11D7535	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
6	LABORATORIO CLÍNICO	PIPETA	BOECCO	20 ul	5077640	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
7	LABORATORIO CLÍNICO	PIPETA	BOECO	5-50 ul	NK1055449	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
8	LABORATORIO CLÍNICO	PIPETA	JOANLAB	2-20 uL	JN001648	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
9	LABORATORIO CLÍNICO	REFRIGERADOR	HEVIDENT	N/R	N/R	6436	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
10	LABORATORIO CLÍNICO	TERMOHIGRÓMETRO	KEX GERMANY	SH-109	Z-ID-027	6530	PRESENTA DESGASTE GENERAL
11	LABORATORIO CLÍNICO	TERMÓMETRO	VICI	TM-803	Z-ID-048	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
12	LABORATORIO CLÍNICO	DESIONIZADOR	MORA EQUIPOS LTDA	ROCH-02	120823541	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
13	LABORATORIO CLÍNICO	TERMOHIGRÓMETRO	NACIONAL	309	Z-ID-028	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
14	LABORATORIO CLÍNICO	CENTRÍFUGA	INDULAB	004-S	13378	6435	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
15	LABORATORIO CLÍNICO	TERMOHIGRÓMETRO	HTC	HTC-2	Z-ID-029	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
16	LABORATORIO CLÍNICO	NEVERA	BIORED	3 PIES	BI0100230	6433	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
17	LABORATORIO CLÍNICO	CONGELADOR	NO REGISTRA	5.4 PIES	NO REGISTRA	N/R	PRESENTA DESGASTE GENERAL
18	LABORATORIO CLÍNICO	AGITADOR DE MAZZINI	BOECO	OS-20	1010818040033	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
19	LABORATORIO CLÍNICO	MICROSCOPIO	LABOMED	CXL	9135006	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

SERVICIO CLÍNICOS Y HOSPITALARIOS

20	LABORATORIO CLÍNICO	TERMÓMETRO	VICI	TM-804	Z-ID-049	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
21	LABORATORIO CLÍNICO	AGITADOR DE MAZZINI	ROTATOR	DSR2100V	9601031-34	2913	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
22	LABORATORIO CLÍNICO	TERMÓMETRO	GENERICO	T-144	Z-ID-050	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
23	LABORATORIO CLÍNICO	TERMÓMETRO	GENERICO	T-144	Z-ID-051	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
24	LABORATORIO CLÍNICO	INCUBADORA	SCIENTIFIC	DNP-9025A	140647	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
25	LABORATORIO CLÍNICO	BAÑO SEROLÓGICO	MEMMERT	WNB	L419.0451	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
26	LABORATORIO CLÍNICO	CENTRÍFUGA	SCIENTIFIC	LC-045	230701040	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
27	LABORATORIO CLÍNICO	CABINA DE BIOSEGURIDAD	CABMET	CAB2	CBS0921	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
28	LABORATORIO CLÍNICO	EQUIPO DE COAGULACIÓN	N/R	N/R	6880729570012	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

SERVICIO: TAB

ÍTEM	SERVICIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	ACTIVO	OBSERVACIÓN
1	AMBULANCIA ODT642	MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR 8000E	E7221206109	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
2	AMBULANCIA ODT642	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA	HEARTSINE TECHNOLOGIES	SAM360P	22E91119142F22	N/R	REQUIERE PARCHE ADULTO
3	AMBULANCIA ODT642	TENSIÓMETRO	GMD	ADULTO	211002147	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
4	AMBULANCIA ODT642	GLUCÓMETRO	CARESENS	GM01WAA	F128130Q1001	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
5	AMBULANCIA ODT642	FONENDOSCOPIO	GMD	ADULTO	NO REGISTRA	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
6	AMBULANCIA ODT642	FONENDOSCOPIO	BOKANG	PEDIÁTRICO	NO REGISTRA	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
7	AMBULANCIA ODT642	TENSIÓMETRO	BOKANG	PEDIÁTRICO	210381	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
8	AMBULANCIA ODT642	SUCCIONADOR	CA-MI	NEW ASPIRET	170197	N/R	REQUIERE CAMBIO DE FILTRO HIDROFOBICO
9	AMBULANCIA ODT642	REGULADOR DE O2	MCARE	MDC870-L	200901840	N/R	FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

3. ANEXOS

- Reportes mantenimiento preventivo y correctivo.
- Capacitaciones.
- Reporte de tecnovigilancia.

Atentamente,



Alejandro Castellanos Prieto
CEL: 3188763334
acpsonic@gmail.com