Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

0	**NUMERO DE REPORTE**	MP_AM_2687

Equipo:	CAMILLA		
Marca:	SPENCER	**Clasificación:**	I
Modelo:	CR00007 CROSS UP	**Placa de inventario:**	88267 SN-0005605
Serie:	2129267047	**U.S.S:**	SIMON BOLIVAR- APH
Periodicidad mantenimiento:	SEMESTRAL	**Servicio:**	TAM. JQV 103- 6840 APH
Accesorios:	Colchoneta y canturon (1)		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	**Item a evaluar**	**SI**	**NO**
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?		✓

Actividad	C: CONFORME , N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA **C**	**N.C**	**N.A**
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo			✓
Verificación de plataforma.	✓		
Verificación de cordobán.	✓		
Limpieza y lubricación de partes móviles.	✓		
Verificación estado de pintura.		✓	
Verificación antideslizantes.	✓		

Observaciones:

Equipo operativo, se solicita colchoneta por deterioro, cabecera y piecero presentan fisuras, barra de cabecera con desviación se ajusta y entrega 1 canturon, se solicita una correa y pintura.

Accesorios y/o repuestos utilizados:	**Accesorios y/o repuestos a cotizar:**
Canturon (1).	Colchoneta (1) Espaldar o cabecera (1) Piecero (1) / Pintura. Barra de cabecera (1) / Correa para camilla (1).

Condiciones en las que se entrega el equipo:	**Item a evaluar**	**SI**	**NO**
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?		✓
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	6-abr-26	**Hora inicio:**	10:50:00 a. m.
Fecha finalización:	6-abr-26	**Hora finalización:**	11:20:00 a. m.

Calificación del servicio	
☺ ✓ 😐 ☹	
Raul Barrios Verbel MEDICO C.C. 1.045.138.018 UNIMETRO	Monica Cuevas- Ing. biomédica
Nombre y Sello	**Nombre y Sello**
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento