Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2819

Equipo:	REGULADOR DE OXÍGENO		
Marca:	ACARE	**Clasificación:**	IIA
Modelo:	VSC SERIES	**Placa de inventario:**	NO VISIBLE
Serie:	1625223	**U.S.S:**	ENGATIVA CALLE 80- APH
Periodicidad mantenimiento:	ANUAL	**Servicio:**	TAB. JQV 102- 6885 APH
Accesorios:	Manguera O2.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C: CONFORME, N.C: NO CONFORME, N.A: NO APLICA C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo	✓		
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
Verificacion y ajuste de manometro	✓		
Revision del estado de orings	✓		
Revision de componentes mecanicos del equipo	✓		
Verificacion y ajuste de sistema neumatico	✓		
Verificacion de fugas	✓		
Verificacion de acoples	✓		

Observaciones:

Equipo operativo

Accesorios y/o repuestos utilizados:	**Accesorios y/o repuestos a cotizar:**

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	17-abr-26	**Hora inicio:**	8:40:00 a. m.
Fecha finalización:	17-abr-26	**Hora finalización:**	8:50:00 a. m.

Calificación del servicio

☺	😐	☹
✓		

Monica Cuevas- Ing. biomédica	
Nombre y Sello	**Nombre y Sello**
Coordinador o encargado que recibe a satisfacción	**Responsable Mantenimiento**

Especificaciones técnicas
Rango de pruebas (33 - mmol/L)
Calibración de fábrica
Tipo de muestra
Enzima
Muestra
Tiempo de prueba
Temperatura de operación
Humedad de operación
Peso
Batería
Vida de la batería
Memoria
Apagar automático
VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd., Yuhang Economy Development Zone, Hangzhou, 311100, China
Copyright © VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. All Rights Reserved.

13/5/2020