Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO BIOMÉDICO	CÓDIGO : AP-AT-F-95-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA : 20/04/2022

NUMERO DE REPORTE	MP_AM_2869

Equipo:	REGULADOR DE OXÍGENO		
Marca:	GENTEC	**Clasificación:**	IIA
Modelo:	CGA 540	**Placa de inventario:**	NO VISIBLE
Serie:	20040592 077	**U.S.S:**	SIMON BOLIVAR- APH
Periodicidad mantenimiento:	ANUAL	**Servicio:**	TAM. LIS 764- 7098 APH
Accesorios:	Manguera. O2.		

Condiciones en las que se recibe el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se recibió limpio y desinfectado?	✓	
	¿Se entregan accesorios completos y en buen estado?	✓	

Actividad	C: CONFORME . N.C: NO CONFORME. N.A: NO APLICA C	N.C	N.A
Verificar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	✓		
Limpieza e inspección integral externa del equipo		✓	
Limpieza e inspeccion interna del equipo	✓		
Verificacion y ajuste de manometro	✓		
Revision del estado de orings	✓		
Revision de componentes mecanicos del equipo	✓		
Verificacion y ajuste de sistema neumatico	✓		
Verificacion de fugas	✓		
Verificacion de acoples		✓	

Observaciones:

Equipo operativo, se evidencian zonas sulfatadas se sugiere cambio de regulador y roscas desgastadas

Accesorios y/o repuestos utilizados:	**Accesorios y/o repuestos a cotizar:**
	Regulador de O2 de bala central (1)

Condiciones en las que se entrega el equipo:	Item a evaluar	SI	NO
	¿El equipo se entrega limpio y desinfectado?	✓	
	¿Los accesorios se entregan completos y en buen estado?	✓	
	Fecha de ultima calibración	—	—

Fecha inicio:	*20-abr-26*	**Hora inicio:**	*3:20:00 p. m.*
Fecha finalización:	*20-abr-26*	**Hora finalización:**	*3:30:00 p. m.*

Calificación del servicio		
☺ ✓	😐	☹

Cristhian Garcia 1026574085	Monica Cuevas- Ing. biomédica
Nombre y Sello	**Nombre y Sello**
Coordinador o Encargado que recibe a satisfacción	Responsable Mantenimiento